INF Nº 25/2021
Letra: DIZN-MS
Rio Grande, 09 de septiembre de 2021

Informe Técnico de Preadjudicación
Contratación Directa N° 309/21-525

En la ciudad de Río Grande a los 09 días del mes de septiembre de 2021, a fin de analizar las ofertas recibidas en la Contratación Directa N° 309/2021-525 tramitada por el expediente MS-E-31119-2021, referente a "Adquisición tecnología médica destinada DAPS Zona Norte", habiéndose analizado técnicamente lo presentado lo presentado por un único oferente, se procede a avalar la misma:

AVALAR TÉCNICAMENTE

Proveedor DV SRL CUIT Nº: 30-71156730-1: RENGLÓN 2, 6 y 10 ALT 00.

Proveedor ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO CUIT Nº 20-12284563-0: RENGLÓN 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 ALT 00, RENGLÓN 4, 5 y 11 ALT 01.

Proveedor INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA CUIT Nº: 30-71543714-3: RENGLÓN 2, 4, 5, 6 y 9 ALT 00. RENGLÓN 8 y 10 EN TODAS SUS ALTERNATIVAS.

Proveedor GERONIMO DOS SOLES SA CUIT Nº: 30-71074856-6: RENGLÓN 2, 6, 7 y 10 ALT 00.

Proveedor BORDANICH MARIANO GERMAN CUIT Nº 20-23462969-8: RENGLÓN 3, 4, 5, 6, 9 y 10 ALT 00.

Proveedor DINAMED BAHIA S.R.L CUIT Nº: 30-71196980-9: RENGLÓN 4 ALT 00.

NO AVALAR TÉCNICAMENTE

Proveedor DV SRL CUIT Nº: 30-71156730-1: RENGLÓN 3 ALT 00 por no incluir la cantidad y tamaño de brazaletes solicitados en formulario de cotización.

Proveedor ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO CUIT Nº 20-12284563-0: RENGLÓN 4 ALT 00 dado que lo ofertado no posee tallímetro incorporado, RENGLÓN 5 ALT 00 dado que lo ofertado no posee Display digital indicador.

Proveedor INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA CUIT Nº: 30-71543714-3: RENGLÓN 3 ALT 00 por no incluir la cantidad y tamaño de brazaletes solicitados en formulario de cotización. RENGLÓN 7 ALT 00 debido a que lo ofertado no informa datos técnicos necesarios que posibilite su evaluación de forma adecuada. RENGLÓN 11 ALT 00 dado que lo ofertado no cumple con el rango de tiempo solicitado en el reloj interruptos según lo requerido en formulario de cotización.

Proveedor GERONIMO DOS SOLES SA CUIT Nº: 30-71074856-6: RENGLÓN 3 ALT 00 por no incluir la cantidad y tamaño de brazaletes solicitados en formulario de cotización. RENGLÓN 4 ALT 00 por no cumplir con el rango de medición de 5 – 200 kg. RENGLÓN 5 ALT 00 dado que lo ofertado no posee Display digital indicador.

De igual manera, se aconseja preadjudicar a la firma consignada respetando el siguiente Orden de Mérito:

CUADRO DE PREADJUDICACIÓN POR ORDEN DE MÉRITO

N° ORDEN	ORDEN DE MÉRITO	ALT.	PROVEEDOR
ITEM 1	Fracasado		
ITEM 2	**ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO** **DV SRL** **GERONIMO DOS SOLES SA** **INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA**	00 00 00 00	**ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO**
ITEM 3	**BOGDANICH MARIANO ESTEBAN** **ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO**	00 00	**BOGDANICH MARIANO ESTEBAN**
ITEM 4	**DINAMED BAHIA SRL** **ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO** **INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA** **BOGDANICH MARIANO ESTEBAN**	00 01 00 00	**DINAMED BAHIA SRL**
ITEM 5	**BOGDANICH MARIANO ESTEBAN** **INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA** **ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO**	00 00 01	**BOGDANICH MARIANO ESTEBAN**
ITEM 6	**DV SRL** **INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA** **ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO** **GERONIMO DOS SOLES SA** **BOGDANICH MARIANO ESTEBAN**	00 00 00 00 00	**DV SRL**
ITEM 7	**ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO** **GERONIMO DOS SOLES SA**	00 00	**ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO**
ITEM 8	**ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO** **INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA** **INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA** **INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA** **INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA** **INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA**	00 04 01 00 02 03	**ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO**
ITEM 9	**ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO** **BOGDANICH MARIANO ESTEBAN** **INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA**	00 00 00	**ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO**
ITEM 10	**ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO** **BOGDANICH MARIANO ESTEBAN** **INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA** **GERONIMO DOS SOLES SA** **DV SRL** **INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA** **INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA**	00 00 02 00 00 01 00	**ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO**
ITEM 11	**ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO** **ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO**	00 01	**ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO**

En relación al ITEM 1 se declara fracasado dado que lo ofertado por los oferentes no se ajusta a la necesidad real de la Dirección de Atención Primaria ZN, por lo que se tramitará por cuerda separada.

Dra. Claudia Ramírez
Directora APS ZN
Ministerio de Salud TDF

Bioing. Luciana Ferro
Directora Ingeniería ZN
Ministerio de Salud TDF