Ushuaia, 06 de Octubre de 2021.-

INFORME TÉCNICO – EVALUACIÓN DE OFERTAS

REF. LICITACIÓN PÚBLICA N.º 06/2021 RAF 525 – EXP N.º 34453-MS-2021

Se reúnen en el día de la fecha, en el edificio del Hospital Regional Ushuaia, sito en la calle 12 de Octubre N.º 65 de la ciudad de Ushuaia, los integrantes de la Comisión de preadjudicación designados por resolución M.S. N.º 1086/2021, caratulado "ADQUISICION DE UN SISTEMA DE VIDEOENDOSCOPIA DIGITAL DESTINADO AL HOSPITAL REGIONAL USHUAIA", habiéndose establecido la convocatoria para la presentación de ofertas mediante el instrumento legal citado.

A. **OFERENTES:**

En tal sentido, se detallan los oferentes de la Licitación Pública N.º 06/2021, constatándose la recepción de tres (3) cotizaciones, a saber:

1. KARL STORZ ENDOSCOPIA ARGENTINA S.A. **CUIT N.º:** 30-67820498-2
2. GRIENSU S.A. **CUIT N.º:** 30-52649846-8
3. D.V. S.R.L **CUIT N.º:** 30-52649846-8

B. **PRESENTACIÓN DE OFERTAS:**

Al respecto, se detallan las ofertas recibidas:

- **Oferta N.º 1.:** KARL STORZ ENDOSCOPIA ARGENTINA S.A., la que se compone según lo actuado en Acta de apertura de sobres en Orden 41.
- **Oferta N.º 2.:** D.V. S.R.L, la que se compone según lo actuado en Acta de apertura de sobres en Orden 41.
- **Oferta N.º 3.:** GRIENSU S.A., la que se compone según lo actuado en Acta de apertura de sobres en Orden 41 (Oferta y Alternativa).

C. **ANÁLISIS Y DESARROLLO**

El día 01 de octubre, los miembros de la comisión de pre-adjudicación se reúnen en las instalaciones del Hospital Regio Ushuaia a los efectos de evaluar las ofertas.

Se confecciona tabla de cumplimiento, según lo solicitado en anexo de características técnicas, de lo cual se desprende:

AVAL TÉCNICAMENTE

- PROVEEDOR GRIENSU S.A. **CUIT N.º:** 30-52649846-8

  Alternativas N.º 0 y 1, por cumplir con lo solicitado en anexo técnico

NO AVAL TÉCNICAMENTE

- PROVEEDOR KARL STORZ ENDOSCOPIA ARGENTINA S.A. **CUIT N.º:** 30-67820498-2

Alternativas N.º 0 por **NO cumplir** con lo solicitado en anexo técnico: NO PRESENTA SISTEMA DE SOFTWARE Y HARDWARE solicitado, así como no da cumplimiento a consideraciones generales solicitadas, vease tabla anexa

- PROVEEDOR D.V. S.R.L **CUIT N.º:** 30-52649846-8

Alternativas N.º 0 por **NO cumplir** con lo solicitado en anexo técnico: NO PRESENTA BOMBA DE CO2 ni ACCESORIOS MÍNIMOS solicitados, así como no da cumplimiento a tecnología de luz led, presentando tecnología Xenón.

De igual modo, se aconseja preadjudicar a la firma consignada respetando el siguiente Orden de Mérito:

CUADRO DE PREADJUDICACION POR ORDEN DE MERITO

NUMERO DE ORDEN	ORDEN DE MERITO	ALT	PROVEEDOR
ITEM 1	*GRIENSU S.A.* *GRIENSU S.A.*	0 1	***GRIENSU S.A.***

Así mismo, se deja constancia que la oferta presentada por el proveedor *GRIENSU S.A.* **NO ES PERJUDICIAL económicamente** para el estado.

Sin Otro particular, atte.

Natalia Nuñez

Leg. 31472955/00

Bioing. Daniel Romero

Leg. 24374915/00

Dr. Cristian Eiris

Leg. 16304184/00