Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
Dirección Ingeniería Zona Norte - MS.

Rio Grande, 26 de Noviembre 2021

Referencia: Preadjudicación 410/2021

Informe Técnico de preadjudicación compra directa N° 410/2021-525

En la ciudad de Rio Grande a los 26 días del mes de Noviembre del 2021, a fin de analizar las ofertas recibidas en la CONTRATACIÓN DIRECTA N° 410/21-525 tramitada por el Expediente Nº Exp. MS-E-24376/2021, referente a la "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL CENTRO PROVINCIAL DE SALUD INFANTO JUVENIL, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE SALUD DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE SALUD", se procede a avalar las mismas en detalle según el cuadro comparativo que de adjunta a este informe.

AVALAR TECNICAMENTE:

- ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO - C.U.I.T. N° 20-12284563-0. Renglones Nº: 1 al 11, 13, 14 y 16.---- alternativa 00.
- D.V. S.R.L - CUIT Nº: 30-71156730-1. Renglones Nº: 10, 11, 14 y 16.---- alternativa 00.
- DINAMED BAHIA S.R.L - CUIT Nº: 30-71196980-9. Renglón Nº 15.--- alternativas 00.
- GERONIMO DOS SOLES S.A. - CUIT Nº: 30-71074856-6. Renglones Nº: 10 y 14. ---- alternativas 00.
- INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA - CUIT Nº: 30-71543714-3. Renglones Nº: 1 al 3, 11, 13, 15 y 16. ---- alternativa 00.

NO AVALAR TECNICAMENTE:

- ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO –C.U.I.T. N° 20-12284563-0. **Renglón Nº 12** alternativas 00 ya que no cumple con las especificaciones técnicas: iluminación led**. Renglón Nº 15** alternativas 00 ya que no cumple con las especificaciones técnicas: desfibrilador manual.
- DINAMED BAHIA S.R.L - CUIT Nº: 30-71196980-9. **Renglón Nº 1** alternativa 00, ya que no cumple con especificar Marca y Modelo. **Renglón N° 2** alternativa 00, ya que no cumple con las especificaciones técnicas: peso max. 200 Kg. **Renglón Nº 11** alternativa 00, ya que no cumple con las especificaciones técnicas: 4 ramas curvas para adulto. **Renglón Nº 12** alternativas 00 ya que no cumple con las especificaciones técnicas: iluminación led**.**
- GERONIMO DOS SOLES S.A. - CUIT Nº: 30-71074856-6. **Renglón Nº 1** alternativa 00, ya que no cumple con especificar Marca y Modelo. **Renglón N° 2** alternativa 00, ya que no cumple con las especificaciones técnicas: peso max. 200 Kg. **Renglón Nº 11** alternativa 00, ya que no cumple con las especificaciones técnicas: 4 ramas curvas para adulto. **Renglón Nº 12** alternativas 00 ya que no cumple con las especificaciones técnicas: iluminación led. **Renglón Nº 15** alternativas 00 ya que no cumple con las especificaciones técnicas: desfibrilador manual.
- INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA - CUIT Nº: 30-71543714-3. **Renglón Nº 4** alternativa 00, ya que no cumple con las especificaciones técnicas: apto para silla de ruedas.

NO AVALAR ECONOMICAMENTE:

- DINAMED BAHIA S.R.L - CUIT Nº: 30-71196980-9. **Renglón Nº 5** alternativa 00, ya que no se considera que sea económicamente conveniente para el estado.

Cuadro de preadjudicación por orden de mérito:

Nº DE ORDEN	ORDEN DE MERITO	ALT	PROVEEDOR
Ítem 1	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS S.A.	00 00	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO
Ítem 2	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS S.A.	00 00	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO
Ítem 3	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS S.A.	00 00	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO
Ítem 4	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO *Oferta única*	00	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO
Ítem 5	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO *Oferta única*	00	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO
Ítem 6	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO *Oferta única*	00	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO
Ítem 7	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO *Oferta única*	00	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO
Ítem 8	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO *Oferta única*	00	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO
Ítem 9	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO *Oferta única*	00	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO
Ítem 10	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO D.V. S.R.L GERONIMO DOS SOLES S.A	00 00 00	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO
Ítem 11	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO D.V. S.R.L INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS S.A.	00 00 00	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO
Ítem 12	DESIERTO		
Ítem 13	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS S.A.	00 00	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO
Ítem 14	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO D.V. S.R.L GERONIMO DOS SOLES S.A.	00 00 00	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO
Ítem 15	DINAMED BAHIA S.R.L INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS S.A.	00 00	DINAMED BAHIA S.R.L
Ítem 16	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO D.V. S.R.L INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS S.A.	00 00 00	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
Dirección Ingeniería Zona Norte - MS.

ACLARACIONES IMPORTANTES

Los ítems con la leyenda DESIERTO deben considerarse que persiste la necesidad de su utilización, por lo cual se tramitará por cuerda separada su adquisición.

En relación a los ítems con OFERTA ÚNICA, se deja constancia que su precio no resulta económicamente perjudicial para el estado.

Ing. Faccendini Leandro
Dto. de TM APS, ambulancias y Sistemas ZN
Ministerio de Salud de TDF

Dra. María Belén NASIF
Dirección Médica
Centro Provincial Infanto Juvenil

Bioing. Ferro Luciana
Dir. Ingeniería Hosp. ZN
Ministerio de Salud TDF

Firmado Electrónicamente por
INGENIERO FACCENDINI LEANDRO
JUSTO CARMELO
Gobierno de Tierra del Fuego
JEFE DE DEPARTAMENTO Tec.
Medicas APS ZN