



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

MINISTERIO DE SALUD

USHUAIA, 17 MAR 2022

VISTO el Expediente MS-E-10464-2022 del registro de esta Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la adquisición de elementos destinados al Centro Provincial de Salud Infanto Juvenil perteneciente al Ministerio de Salud de la Provincia.

Que a orden 2 obra Nota S/Nº mediante la cual la Directora de Ingeniería Sanitaria Zona Norte solicita al Director General Ingeniería Sanitaria se gestione la adquisición de elementos destinados al Centro Provincial de Salud Infanto Juvenil perteneciente al Ministerio de Salud de la Provincia.

Que a orden 13, obra autorización del Señor Secretario de Gestión de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud.

Que consecuentemente resulta procedente efectuar la Contratación Directa Nº 29/22-525.

Que se cuenta con partida presupuestaria para afrontar el gasto y el mismo será solventado con Fondos de Afectación Específica.

Que la presente contratación se encuadra legalmente dentro de lo establecido en las Leyes Provinciales Nº 1015, Artículo 18º, Inciso l) y Nº 1399, en los Decretos Provinciales Nº 674/11, Nº 2840/21 y las Resoluciones O.P.C Nº 17/21, Anexo I, Capítulo I, Inciso a), sus modificatorias y complementarias y O.P.C. Nº 58/21.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, en virtud de lo dispuesto por los Decretos Provinciales Nº 4537/19, sus modificatorios y complementarios, Nº 05/22 Anexo II, y la Resolución M.S. Nº 1337/19.

Por ello:

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la Contratación Directa Nº 29/22-525, que tramita la adquisición de elementos destinados al Centro Provincial de Salud Infanto Juvenil perteneciente al Ministerio de Salud de la Provincia, en los términos establecidos en el Inciso l), del Artículo 18º de la Ley Provincial Nº 1015. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º. - Aprobar el Formulario de Cotización y Anexo I adjunto.

ARTÍCULO 3º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la UGG 9066UG, UGC UC9066, Clasificación 20.000 y 40.000, correspondiente al Fondo Específico RAF 525, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

DISPOSICIÓN D.G.A.F. Nº

000026

/22.

M.S.
C.S.
Handwritten initials

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

[Handwritten Signature]

JESICA P. CORDOBA
Jefa de Depto. Registro y Despacho Administrativo
MINISTERIO DE SALUD

[Handwritten Signature]

Rubén Omar Vallé
Director Gral.
Adm. Financiera
M. de Salud



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Gestión de Redes Asistenciales
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

000026

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00029/2022

Pieza Administrativa E Nro. 10464- -2022- 1728 - 0/

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SALUD

Fecha: 17/03/22

Apertura: 22/3/2022 11:00

Encuadre Legal: LP 1015 ART 18 L) COMP. ABREV.

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Comentario : -LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO Y/O CUALQUIER OTRO DATO QUE PERMITA LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DEL BIEN OFERTADO.

-SE DEBERÁN ADELANTAR LAS OFERTAS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO AL CORREO ELECTRÓNICO:
comprasms@tierradelfuego.gob.ar

-LA PRE-ADJUDICACIÓN SERÁ PUBLICADA EN LA PAGINA OFICIAL: compras.tierradelfuego.gob.ar

Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/525 43 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	Camilla. Unidad			
>>	<p>corresponde cotiza según lo detallado a continuación</p> <p>CORRESPONDE COTIZAR: CAMILLA DE TRANSPORTE</p> <p>ADULTO/PEDIATRICO:</p> <p>Características técnicas mínimas (a modo orientativo):</p> <p>La medidas deberán ser de al menos largo 1,8 x ancho 0,60 x altura 0,70 m, estructura con</p> <p>perfiles de acero aleación SAE1010 de al menos 40 x 20 x 1,6 mm; las patas deben ser de</p> <p>caño acero aleación SAE1010 de de al menos 2 ¼ x 1,6 mm.</p> <p>Deberá soportar pacientes de al menos 180 Kg.</p> <p>Las barandas laterales deberán ser volcables con traba automática, el portasuero regulable en altura para ser colocado en al menos 2 esquinas, ruedas de al menos 125 mm. de diámetro. Las superficies deberán tener tratamiento desoxidante y fosfatizado y la pintura híbrida en polvo, del tipo epoxi poliéster. El lecho deberá ser tapizado en tela vinática lavable símil cuero.</p> <p>Manijones de empuje tren rodante 4 ruedas de 125 mm de diámetro con giro de 360 grados</p> <p>Parachoques metálicos con recubrimiento anti impacto de goma en ambos extremos. Las soldaduras deberán ser continuas y sin rebabas a la vista. Deberá poseer el Porta tubo de oxígeno y una capacidad de carga de al menos 120 Kg.</p> <p>Accesorios a incluir por camilla: Portasuero construidos en perfiles de acero, pintado c/pintura híbrida epoxi horneada, regulable en altura, con extremo superior en acero cromado con al menos dos ganchos. Opción: estructura</p>	1.00

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Jessica S. CORDOBA
Jefa de Depto. Registro y
Despacho Administrativo
MINISTERIO DE SALUD



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Gestión de Redes Asistenciales
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

000026

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00029/2022

Pieza Administrativa E Nro. 10464- -2022- 1728 - 0/

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SALUD

Fecha: 17/03/22

Apertura: 22/3/2022 11:00

Encuadre Legal: LP 1015 ART 18 L) COMP. ABREV.

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Comentario : -LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO Y/O CUALQUIER OTRO DATO QUE PERMITA LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DEL BIEN OFERTADO.

-SE DEBERÁN ADELANTAR LAS OFERTAS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO AL CORREO ELECTRÓNICO:
comprasms@tierradelfuego.gov.ar

-LA PRE-ADJUDICACIÓN SERÁ PUBLICADA EN LA PAGINA OFICIAL: compras.tierradelfuego.gov.ar

Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/525 43 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	<p>completa de acero inoxidable. Se debe tener en cuenta la siguiente información: -Lugar de entrega: Pañol HRRG -Domicilio de entrega: Florentino Ameghino Nº 709 Rio Grande - TDF -Plazo y tipo de entrega: 30 días de recibida la orden de compra</p>			
2	BALANZA DE PIE. UNIDAD			
>>	<p>CORRESPONDE COTIZAR SEGUN LO DETALLADO A CONTINUACIÓN BALANZA DE PIE ADULTO. Características técnicas mínimas: Tipo mecánica con altímetro incluido. Rango de medición: 5 - 200 kg . Esc. superior de 0 a 10 Kg.: graduación por 200 g. Esc. inferior de 0 a 140 Kg.: graduación por 10 Kg. Tallímetro: Rango de medición de 1,1 m a 2,0m. Escala graduada en relieve en acero inoxidable. Superficies con tratamientos anticorrosivos. Dispositivo de traba de Brazo. Asientos y cuchillas de acero. Patas regulables. Estructura totalmente metálica recubierta con pintura epoxi. Plataforma de apoyo en material antideslizante. Se debe tener en cuenta la siguiente información: -Lugar de entrega: PAÑOL Regional Río Grande -Domicilio de entrega: Florentino Ameghino Nº 709- Rio Grande - TDF -Plazo y tipo de entrega: 30 días de recibida la orden de compra</p>	3.00

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Jessica F. CORDOBA
Jefa de Depto. Registro y
Despacho Administrativo
MINISTERIO DE SALUD



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

000026

Secretaría de Gestión de Redes Asistenciales
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00029/2022

Pieza Administrativa E Nro. 10464- -2022- 1728 - 0/

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SALUD

Fecha: 17/03/22

Apertura: 22/3/2022 11:00

Encuadre Legal: LP 1015 ART 18 L) COMP. ABREV.

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Comentario : -LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO Y/O CUALQUIER OTRO DATO QUE PERMITA LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DEL BIEN OFERTADO.

-SE DEBERÁN ADELANTAR LAS OFERTAS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO AL CORREO ELECTRÓNICO:

comprasms@tierradelfuego.gob.ar

-LA PRE-ADJUDICACIÓN SERÁ PUBLICADA EN LA PAGINA OFICIAL: compras.tierradelfuego.gob.ar

Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/525 43 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
3	Balanza digital. Unidad			
>>	CORRESPONDE COTIZAR: BALANZA NEONATAL / PEDIÁTRICA Características técnicas mínimas: Balanza para bebés con capacidad de hasta al menos 16kg. Sensibilidad de registro de al menos 10grs. Con display digital indicador. Base/asiento de acero y plato curvo de acero inoxidable. Debe incluir mesa soporte. Alimentación 220v 50hz. Se debe tener en cuenta la siguiente información: -Lugar de entrega: Depósito del Hospital Regional Río Grande - Río Grande - TDF -Domicilio de entrega: Florentino Ameghino Nº 709 -Plazo y tipo de entrega: 30 días de recibida la orden de compra	1.00
4	Balanza. Unidad			
>>	CORRESPONDE COTIZAR: BALANZA DE PISO Características técnicas mínimas: Balanza para pacientes jóvenes y adultos con capacidad de hasta 300Kg. Sensibilidad de registro de al menos 100grs. Con display digital indicador, Hermético y en acero inoxidable. Dimensiones mínimas 80 cm x 65 cm, apto para sillas de ruedas. Base de plataforma de acero inoxidable. Fuente de alimentación 220 V o batería 12 V Se debe tener en cuenta la siguiente información: -Lugar de entrega: Pañol del Hospital Regional Río Grande - Río Grande - TDF -Domicilio de entrega: Florentino Ameghino Nº 709 -Plazo y tipo de entrega: 30 días de recibida la orden de compra	1.00

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL
JOSINA P. CORDOBA
Jefa de Depto. Registro y
Despacho Administrativo
MINISTERIO DE SALUD



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Gestión de Redes Asistenciales
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

000026

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00029/2022

Pieza Administrativa E Nro. 10464- - 2022- 1728 - 0/

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SALUD

Fecha: 17/03/22

Apertura: 22/3/2022 11:00

Encuadre Legal: LP 1015 ART 18 L) COMP. ABREV.

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Comentario : -LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO Y/O CUALQUIER OTRO DATO QUE PERMITA LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DEL BIEN OFERTADO.

-SE DEBERÁN ADELANTAR LAS OFERTAS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO AL CORREO ELECTRÓNICO:
comprasms@tierradelfuego.gob.ar

-LA PRE-ADJUDICACIÓN SERÁ PUBLICADA EN LA PAGINA OFICIAL: compras.tierradelfuego.gob.ar

Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/525 43 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
5	PEDIOMETRO PARA MEDIR BEBE. UNIDAD			
>>	<p>corresponde cotizar según lo detallado a continuación</p> <p>Características técnicas mínimas</p> <p>Tabla de medición sólida y ligera para el uso móvil.</p> <p>Tope para los pies, desmontable, se desliza firmemente sobre las guías. La superficie lisa facilita la limpieza y los materiales de alta calidad aseguran una larga vida útil.</p> <p>Tope para la cabeza rígida, que facilita el posicionamiento del bebé.</p> <p>Tope sobre rieles de guía especiales, el tope para los pies sube con precisión.</p> <p>Los mismos se utilizarán para medir los pacientes menores de 2 años.</p> <p>Se debe tener en cuenta la siguiente información:</p> <p>-Lugar de entrega: Pañol del Hospital Regional Río Grande - Río Grande - TDF</p> <p>Domicilio de entrega: Florentino Ameghino Nº 709</p> <p>-Plazo y tipo de entrega: 30 días de recibida la orden de compra</p>	2.00

6	Tallimetro/Altimetro			
>>	<p>se debe cotizar según lo detallado a continuación</p> <p>Características técnicas mínimas</p> <p>Altimetros de pared desde 1.00 a 2 mts</p> <p>Se utilizará para realizar controles antropométricos a niños de 2 años en adelante, desde 1.00 a 2 mts.</p> <p>Se debe tener en cuenta la siguiente información:</p> <p>-Lugar de entrega: pañol del Hospital Regional Río Grande - Río Grande - TDF</p>	2.00

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Jessica P. CONDODA
Jefa de Depto. Registro y
Despacho Administrativo
MINISTERIO DE SALUD



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Gestión de Redes Asistenciales
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

000026

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00029/2022

Pieza Administrativa E Nro. 10464- -2022- 1728 - 0/

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SALUD

Fecha: 17/03/22

Apertura: 22/3/2022 11:00

Encuadre Legal: LP 1015 ART 18 L) COMP. ABREV.

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Comentario : -LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO Y/O CUALQUIER OTRO DATO QUE PERMITA LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DEL BIEN OFERTADO.

-SE DEBERÁN ADELANTAR LAS OFERTAS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO AL CORREO ELECTRÓNICO:

comprasms@tierradelfuego.gob.ar

-LA PRE-ADJUDICACIÓN SERÁ PUBLICADA EN LA PAGINA OFICIAL: compras.tierradelfuego.gob.ar

Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/525 43 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	-Domicilio de entrega: Florentino Ameghino Nº 709 -Plazo y tipo de entrega: 30 días de recibida la orden de compra			
7	Kit de antropometria. unidad			
>>	ORRESPONDE COTIZAR: CALIBRE DE DIÁMETRO ÓSEOS Características técnicas mínimas Herramienta de uso específico para la medición de los Diámetros del Húmero, Fémur, Biestiolideo, Bimaleolar, Ancho de Mano y Pie. Para realizar mediciones antropométricas, sobre todo en pacientes con parálisis cerebral Se debe tener en cuenta la siguiente información: -Lugar de entrega: pañol del Hospital Regional Río Grande - Río Grande - TDF -Domicilio de entrega: Florentino Ameghino Nº 709 -Plazo y tipo de entrega: 30 días de recibida la orden de compra	1.00
8	Cinta antropométrica			
>>	corresponde cotizar según lo detallado a continuación Características técnicas mínimas Cinta métrica inextensibles con divisiones cada 1 mm Para realizar mediciones antropométricas de perímetro de cintura, cefálico, etc. Se debe tener en cuenta la siguiente información: -Lugar de entrega: Depósito del Hospital Regional Río Grande - Río Grande - TDF -Domicilio de entrega: Florentino Ameghino Nº 709 -Plazo y tipo de entrega: 30 días de recibida la orden de compra	2.00
9	Resucitador manual Pediátrico (Ambu). Unidad			

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL
Jesica P. CORDOBA
Jefa de Depto. Registro y
Despacho Administrativo
MINISTERIO DE SALUD



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

000026

Secretaría de Gestión de Redes Asistenciales
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00029/2022

Pieza Administrativa E Nro. 10464- -2022- 1728 - 0/

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SALUD

Fecha: 17/03/22

Apertura: 22/3/2022 11:00

Encuadre Legal: LP 1015 ART 18 L) COMP. ABREV.

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Comentario : -LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO Y/O CUALQUIER OTRO DATO QUE PERMITA LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DEL BIEN OFERTADO.

-SE DEBERÁN ADELANTAR LAS OFERTAS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO AL CORREO ELECTRÓNICO:
comprasms@tierradelfuego.gob.ar

-LA PRE-ADJUDICACIÓN SERÁ PUBLICADA EN LA PAGINA OFICIAL: compras.tierradelfuego.gob.ar

Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/525 43 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
>>	<p>corresponde cotizar según lo detallado a continuación</p> <p>Características técnicas mínimas</p> <p>1 (un) ambu con bolsa autoinflable y mascarilla pediátrico Para realizar reanimación avanzada en PCR Se debe tener en cuenta la siguiente información: -Lugar de entrega: Pañol del Hospital Regional Río Grande - Río Grande - TDF Domicilio de entrega: Florentino Ameghino Nº 709 -Plazo y tipo de entrega: 30 días de recibida la orden de compra</p>	3.00
10	Laringoscopio. Unidad			
>>	<p>corresponde cotizar según lo detallado a continuación</p> <p>Características técnicas mínimas :</p> <p>1 (UN) Laringoscopio Adulto con las siguientes características: Luz transmitida por fibra óptica. Iluminación automática con la rama en posición de operación y apagado al rebatir la misma. Mango metálico cromado de superficie antideslizante. Debe entregarse con set de 4 ramas curvas para adultos. Debe poseer caja o estuche para su guardado. Funcionamiento con pilas recargables, debe incluir pilas y cargador. Lámpara de repuesto. Se debe tener en cuenta la siguiente información: -Lugar de entrega: Pañol del Hospital Regional Río Grande - Río Grande - TDF -Domicilio de entrega: Florentino Ameghino Nº 709 -Plazo y tipo de entrega: 30 días de recibida la orden de compra</p>	1.00

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Jessica F. CORDOBA
Jefa de Depto. Registro y
Despacho Administrativo
MINISTERIO DE SALUD



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

000026

Secretaría de Gestión de Redes Asistenciales
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00029/2022

Pieza Administrativa E Nro. 10464- - 2022- 1728 - 0/

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SALUD

Fecha: 17/03/22

Apertura: 22/3/2022 11:00

Encuadre Legal: LP 1015 ART 18 L) COMP. ABREV.

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Comentario : -LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO Y/O CUALQUIER OTRO DATO QUE PERMITA LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DEL BIEN OFERTADO.

-SE DEBERÁN ADELANTAR LAS OFERTAS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO AL CORREO ELECTRÓNICO:
comprasms@tierradelfuego.gov.ar

-LA PRE-ADJUDICACIÓN SERÁ PUBLICADA EN LA PAGINA OFICIAL: compras.tierradelfuego.gov.ar

Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/525 43 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
11	Optotipo instrumento oftalmológico. unidad			
>>	Características técnicas mínimas: Debe contar con iluminación de luz fría LED de alta duración y mínimo consumo. Construido de material termoformado Debe contar con llave de encendido Apto para colgar. Superliviano Se debe tener en cuenta la siguiente información: -Lugar de entrega: Pañol del Hospital Regional Río Grande - Río Grande - TDF -Domicilio de entrega: Florentino Ameghino Nº 709 -Plazo y tipo de entrega: 30 días de recibida la orden de compra	2.00
12	Tensiómetro. Unidad			
>>	CORRESPONDE COTIZAR: TENSÍMETRO DIGITAL Características técnicas mínimas: Medición de TA en brazo Capaz de medir Presión sistólica, Presión diastólica, Frecuencia cardíaca Tipo de inflado automático Debe incluir brazaletes tamaño Adulto y pediátrico. Tipo de alimentación: pila AA Se debe tener en cuenta la siguiente información: -Lugar de entrega: Pañol del Hospital Regional Río Grande - Río Grande - TDF -Domicilio de entrega: Florentino Ameghino Nº 709 -Plazo y tipo de entrega: 30 días de recibida la orden de compra	5.00
13	Caja de acero para instrumental. unidad			
>>	CORRESPONDE COTIZAR: CAJA INSTRUMENTAL DE CIRUGIA Características técnicas mínimas	2.00

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Jessica F. CORDOBA
Jefa de Depto. Registro y
Despacho Administrativo
MINISTERIO DE SALUD

000026



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Gestión de Redes Asistenciales
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00029/2022

Pieza Administrativa E Nro. 10464- - 2022- 1728 - 0/

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SALUD

Fecha: 17/03/22

Apertura: 22/3/2022 11:00

Encuadre Legal: LP 1015 ART 18 L) COMP. ABREV.

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Comentario : -LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO Y/O CUALQUIER OTRO DATO QUE PERMITA LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DEL BIEN OFERTADO.

-SE DEBERÁN ADELANTAR LAS OFERTAS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO AL CORREO ELECTRÓNICO:

comprasms@tierradelfuego.gob.ar

-LA PRE-ADJUDICACIÓN SERÁ PUBLICADA EN LA PAGINA OFICIAL: compras.tierradelfuego.gob.ar

Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/525 43 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	<p>Caja de cirugía menor (de acero inoxidable sanitario) de 20 x 10 x 4 cm, compuesta por pinzas kocher recta 14 cm, portaagujas mayo /hegart 14 cm, tijera de mayo recta 14 cm, sonda acanalada 12,5 cm, pinza de disección 13 cm, mango de bisturí N° 4, tijera mayo curva de 14 cm, pinza diente de ratón de 13 cm, estilete olivar y separadores de Farabeuf Se debe tener en cuenta la siguiente información: -Lugar de entrega: Pañol del Hospital Regional Río Grande - Río Grande - TDF -Domicilio de entrega: Florentino Ameghino N° 709 -Plazo y tipo de entrega: 30 días de recibida la orden de compra</p>			
14	Carro de reanimacion con desfibrilador. Unidad			
>>	<p>corresponde cotizar según lo detallado a continuación Características técnicas mínimas: Carro de reanimación cardiopulmonar c/ desfibrilador: Estructura de acero con tratamiento electrostático de alta resistencia para choque perimetral revestido en p.v.c. Bandeja con soporte para monitor desfibrilador y accesorio para 2 (dos) tubos de oxígeno de aluminio con válvula reductora. Soporte telescópico para suero. Cuatro cajones con divisorios; el superior para medicamentos; cajón inferior para accesorios de profundidad. autoinflable para pediatría, doble bolsa. 2 (dos) cajas para procedimientos quirúrgicos menores y flebotomía con instrumental. 2 (dos) conjuntos de accesorios e instrumental para</p>	1.00

Página 8 de 11

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Jessica E. CORDOBA
Jefa de Depto. Registro y
Despacho Administrativo
MINISTERIO DE SALUD



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

000026

Secretaría de Gestión de Redes Asistenciales
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00029/2022

Pieza Administrativa E Nro. 10464- -2022- 1728 - 0/

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SALUD

Fecha: 17/03/22

Apertura: 22/3/2022 11:00

Encuadre Legal: LP 1015 ART 18 L) COMP. ABREV.

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Comentario : -LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO Y/O CUALQUIER OTRO DATO QUE PERMITA LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DEL BIEN OFERTADO.

-SE DEBERÁN ADELANTAR LAS OFERTAS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO AL CORREO ELECTRÓNICO:
comprasms@tierradelfuego.gob.ar

-LA PRE-ADJUDICACIÓN SERÁ PUBLICADA EN LA PAGINA OFICIAL: compras.tierradelfuego.gob.ar

Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/525 43 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
15	<p>intubación endotraqueal y reanimación de adultos y pediátricos. 1 (un) estuche con elementos de evaluación clínica: tensiómetro, estetoscopio, otoscopio, oftalmoscopio y linterna laringoscopia para adulto y pediátricos. Debe incluir Unidad compacta, integrada y portátil para desfibrilación manual y automática que cumpla con las siguientes especificaciones: Pantalla de 5" o más. Forma de onda de desfibrilación bifásica. Visualización en pantalla de onda ECG, Frecuencia Cardiaca, SPO2, valor de energía seleccionada, límites de alarma, etc. Control de descarga desde paletas. Con paletas externas desmontables para adultos y pacientes pediátricos. Registro de ECG a través de cable paciente y paletas. Función de test de energía. Indicador de carga completa audible y grafica Selección de energía hasta 360J (unidad mínima de variación 1J). Con programación de alarmas audiovisuales de alta y baja frecuencia de ECG. Debe incluir cable ECG 5 derivaciones, papel printer, electrodos descartables para DEA, cable troncal para electrodos DEA. Batería de autonomía de al menos 120 minutos.</p> <p>Se debe tener en cuenta la siguiente información:</p> <p>-Lugar de entrega: Pañol del Hospital Regional Río Grande - Río Grande - TDF</p> <p>-Domicilio de entrega: Florentino Ameghino Nº 709</p> <p>-Plazo y tipo de entrega: 30 dias de recibida la orden de compra</p>			

15 Otros Equipos. PESOS

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Jesica P. CORDOBA
Jefa de Depto. Registro y
Despacho Administrativo
MINISTERIO DE SALUD



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

000026

Secretaría de Gestión de Redes Asistenciales
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00029/2022

Pieza Administrativa E Nro. 10464- - 2022- 1728 - 0/

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SALUD

Fecha: 17/03/22

Apertura: 22/3/2022 11:00

Encadre Legal: LP 1015 ART 18 L) COMP. ABREV.

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Comentario : -LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO Y/O CUALQUIER OTRO DATO QUE PERMITA LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DEL BIEN OFERTADO.

-SE DEBERÁN ADELANTAR LAS OFERTAS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO AL CORREO ELECTRÓNICO:
comprasms@tierradelfuego.gob.ar

-LA PRE-ADJUDICACIÓN SERÁ PUBLICADA EN LA PAGINA OFICIAL: compras.tierradelfuego.gob.ar

Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/525 43 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
>>	<p>corresponde cotizar</p> <p>1 (UN) Laringoscopio Pediátrico con las siguientes características:</p> <p>Con Luz transmitida por fibra óptica.</p> <p>Iluminación automática con la rama en posición de operación y apagado al rebatir la misma.</p> <p>Mango metálico cromado de superficie antideslizante.</p> <p>Debe entregarse con set de 3 ramas rectas para pediatría.</p> <p>Debe poseer caja o estuche para su guardado.</p> <p>Funcionamiento con pilas recargables.</p> <p>Debe incluir pilas y cargador.</p> <p>Lámpara de repuesto.</p> <p>-Lugar de entrega: pañol del Hospital Regional Río Grande - Río Grande - TDF</p> <p>-Domicilio de entrega: Florentino Ameghino Nº 709</p> <p>-Plazo y tipo de entrega: 30 días de recibida la orden de compra</p>	1.00

Memo (Nro: 3) - FORMULARIO DE COTIZACIÓN CONTRATACION DIRECTA

LA OFERTA DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL (PRESENCIAL O VIA CORREO ELECTRONICO). SU PRESENTACIÓN Y EL HECHO DE COTIZAR Y FIRMAR EL PRESENTE FORMULARIO, IMPLICA EL PLENO CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN, COMO ASÍ TAMBIÉN DE LAS OBLIGACIONES EMERGENTES DE LA ADJUDICACIÓN. TODAS LAS HOJAS QUE CONFORMEN LA OFERTA DEBERÁN ESTAR FIRMADAS Y ACLARADAS POR EL OFERENT O POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO. ASIMISMO, LA OFERTA DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADA DEL CERTIFICADO PROTDF VIGENTE.

SE INDICA QUE LA OFERTA DEBERÁ COMPLETARSE UTILIZANDO DOS DECIMALES EN LAS COLUMNAS DE CANTIDAD Y PRECIO, EN TODOS LOS RENGLONES QUE LA COMPONEN.

ADEMÁS, LA COTIZACIÓN DEBERÁ REALIZARSE SIN CONSIDERAR EL I.V.A., SEGÚN LEY NUMERO 19.640 DE SER NECESARIO, LOS REQUERIMIENTOS, PLAZOS DE CUMPLIMIENTO, Y OTRAS CONDICIONES Y ACLARACIONES ADICIONALES RELACIONADAS CON LA PRESENTE CONTRATACIÓN, SE

Roben Omar Valle
Director Gral.
Adm. Financiera
M. de Salud

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Jessica F. CORDOBA
Jefa de Depto. Registro y
Despacho Administrativo
MINIS. TIERRA DEL FUEGO DE SALUD



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

000026

Secretaría de Gestión de Redes Asistenciales
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00029/2022

Pieza Administrativa E Nro. 10464- - 2022- 1728 - 0/

RAF 525 FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MIN. SALUD

Fecha: 17/03/22

Apertura: 22/3/2022 11:00

Encadre Legal: LP 1015 ART 18 L) COMP. ABREV.

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Comentario : -LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO Y/O CUALQUIER OTRO DATO QUE PERMITA LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DEL BIEN OFERTADO.

-SE DEBERÁN ADELANTAR LAS OFERTAS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO AL CORREO ELECTRÓNICO:

comprasms@tierradelfuego.gov.ar

-LA PRE-ADJUDICACIÓN SERÁ PUBLICADA EN LA PAGINA OFICIAL: compras.tierradelfuego.gov.ar

Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/525 43 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
DETALLARAN EN UN ANEXO ADJUNTO EN CASO DE CORRESPONDER.				

TOTAL :\$

Son Pesos:

.....
Firma y Sello Responsable

Los precios deberán expresarse en pesos hasta dos decimales (\$

Forma de Pago	30 (TREINTA) DÍAS DESDE LA CONFORMIDAD DE LA FACTURA, SEGÚN DTO. PCIAL. 674/11, ART. 34, PTO 96
Plazo de Entrega:	30 (TREINTA) DÍAS DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.
Mantenimiento de Oferta:	30 (TREINTA) DÍAS PRORROGABLES, SEGÚN DTO. PCIAL. N° 674/11, ART. 34, PTO 47.
Lugar de Entrega:	DEPÓSITO CENTRAL DEL HOSPITAL REGIONAL RÍO GRANDE - SITO EN CALLE AMEGHINO 709 - RÍO GRANDE - CP 9420 - TDF
Recepción de Sobres Cerrados hasta:	PLAZO MÁXIMO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS HASTA EL 22/03/22 A LAS 11:00 HS (NO SE REQUIERE SOBRE CERRADO)
Domicilio de presentación de ofertas:	MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS -- M.S.- SITO EN AV.L.ALEM N° 629 - 2° PISO - USHUAIA - CP 9410 - (DE 09 A 14HS). O REMITIR A: comprasms@tierradelfuego.gov.ar
Domicilio de apertura de ofertas:	DIRECCIÓN COMPRAS Y CONTRATACIONES - M.S.- SITO EN AV. L.ALEM N° 629 - 3° PISO - USHUAIA - CP 9410
Vigencia del Contrato:
Garantía de Oferta:	NO SE REQUIERE
Requiere Muestra:	No
Flete a Cargo	FLETE A CARGO DEL PROVEEDOR

Rubén Omar Valle
Director Gral.
Adm. Financiera
Min. de Salud

COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Jessica P. CORDOBA
Jefa de Depto. Registro y
Despacho Administrativo
MIN. S. F. E. I. D. S. A. I. U. D.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

MINISTERIO DE SALUD

000026

ANEXO I- CONTRATACIÓN DIRECTA N° 29/22-525

EXPEDIENTE N° MS-E-10464/2022

NOTA 1: Los oferentes deberán mencionar marca, modelo, informe técnico que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas en el formulario de cotización y todo dato conducente debiendo acompañar a la propuesta folletos ilustrativos en papel.

NOTA 2: Los valores y rangos establecidos son descriptivos a modo de indicar las características del insumo/repuesto/ equipo a adquirir y no excluyentes, quedando a juicio de la comisión evaluadora la aprobación.

NOTA 3: Se deberá presentar garantía de doce (12) meses contra todo defecto de fabricación. Se deberá presentar certificado de garantía y ANMAT si correspondiera.

NOTA 4: Instalación, puesta en marcha del equipo, capacitación a usuarios y personal técnico, deberá estar a cargo del proveedor en su totalidad.

ES COPIA
DEL ORIGINAL

Jessica M. BORDOBA
Jefa de Depto. Registro y
Despacho Administrativo
MINISTERIO DE SALUD

Rubén Orma Valle
Director Gral.
Adm. Financiera
MIN. de Salud