Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Secretaría de Gestión de Redes Asistenciales
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00091/2022
Pieza Administrativa E Nro. 37065- E - 2022- 1728 - 0/ **Fecha: 10/06/22**
RAF 577 FE FDO. DE FINANC. DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD HRRG L **Apertura: 15/6/2022 13:00**

Encuadre Legal: LP 1015 INC L) OPC 17 AP A)
Nombre o Razón Social del Proponente: .....
Domicilio: .....
C.U.I.T: ..... **Teléfono:** .....
Correo electrónico: .....

Comentario : S/ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA VÍDEO FIBROLARINGOSCOPIA - PARA EL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA - DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA H.R.R.G. -
Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/577 87 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	**Fibrolaringoscopio. Unidad**			
>>	Video Fribrolaringoscopio: flexible modelo NP-flex, ángulo de visión 95º, movimiento arriba 120º, movimiento abajo 120º, diámetro del tubo de inserción 3.4mm, largo del tubo de inserción 340 mm, sumergible, profundidad del campo 2.5-5.0mm, maletín de transporte, nuevo sin uso. Endocamara con Sofware incorporado en la consola, tipo CCD de ultima generación, endocamara de TV sumergible, ultraliviana, con 4 botones en el cabezal, unos de balance de blanco, otro maneja dos niveles "antimore", otro de control de iris y disparo de la foto. sensibilidad de 1 lux, resolución de 520 líneas sistema de registro "Endodigi" CCD de 1/3", de última generación, que garantiza la mejor calidad de imagen, claridad y shutter (diafragma electrónico) de alta velocidad que optimice el control de la luz, cabezal ergonómico ultraliviano, puede ser utilizada para todo tipo de procedimientos endoscópicos, compatible con el fibrolaringoscopio flexible. Monitor TV 32" LED, compatible y con conexión al sistema de video, nuevo sin uso. Fuente de luz LED de 100 Watts de potencia, con una vida útil mínima de 20000 hs, fuente de luz elevada temperatura de color (6500ºK), alimentación 220V, 50Hz, compatible con fibrolaringoscopio flexible y endoscopios solicitados, nuevo sin uso. Accesorios Necesarios: Sinuscopio quirúrgico 30º: diámetro externo 4 mm, ángulo de 30º visión gran angular HD, autoclavable y sumergible, lente distal de zafiro. Sinuscopio quirúrgico 0º: diámetro externo 4 mm, ángulo de 0º de visión gran angular HD, autoclavable y sumergible, lente distal de zafiro. Laringoscopio quirúrgico: diámetro externo de 6 mm, ángulo de 70º de visión gran angular high magnification, largo 230 mm. Fuente de luz LED: portable con accesorios para uso con	1.00	.....	.....

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00091/2022
Pieza Administrativa E Nro. 37065- E - 2022- 1728 - 0/ **Fecha: 10/06/22**
RAF 577 FE FDO. DE FINANC. DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD HRRG L **Apertura: 15/6/2022 13:00**

Encuadre Legal: LP 1015 INC L) OPC 17 AP A)
Nombre o Razón Social del Proponente: .....
Domicilio: .....
C.U.I.T: ..... **Teléfono:** .....
Correo electrónico: .....

Comentario : S/ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA VÍDEO FIBROLARINGOSCOPIA - PARA EL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA - DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA H.R.R.G. -
Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/577 87 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	ópticas o cable de fibra, batería recargable con base inalámbrica. alimentación 220V, 50Hz, led de 20w vida útil 20.000hs, temperatura color 6000k. Aspirador de secreciones a diafragma: capacidad 1 lt; con vacuómetro, libre de lubricantes. Frasco de 1 lt. con válvula anti desbordé. Alimentación 220v, 50Hz. vacío: 50 cm de Hg, caudal de aspiración: 28L/min. Caja microcirugía de laringe compuesta por: 1 soporte de pecho autoestático, 1 laringoscopio de suspensión de comisura anterior número 5, 1 laringoscopio de suspensión recto numero 3, 1 conductor de luz por fibra óptica para laringoscopio,1 pinza para microcirugía de laringe cocodrilo recto, 1 pinza para microcirugía de laringe tipo atraumática a la derecha, 1 pinza para microcirugía de laringe tipo atraumática a la izquierda, 1 pinza para microcirugía de laringe tipo micro tijera recta, 1 pinza para microcirugía de laringe tipo cucharita recta de 2 mm, 1 pinza para microcirugía de laringe tipo cucharita recta de 4mm. Garantía de 12 meses contra todo defecto de fabricación. Garantía de stock de permanente de accesorios y repuestos. Número de registro y certificación de la ANMAT. Manuales de usuario y servicio, originales y en castellano. Detallado según Anexo			

Memo (Nro: 3) - FORMULARIO DE COTIZACIÓN CONTRATACION DIRECTA
LA OFERTA DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL (PRESENCIAL O VIA CORREO ELECTRONICO). SU PRESENTACIÓN Y EL HECHO DE COTIZAR Y FIRMAR EL PRESENTE FORMULARIO, IMPLICA EL PLENO CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN, COMO ASÍ TAMBIÉN DE LAS OBLIGACIONES EMERGENTES DE LA ADJUDICACIÓN.
TODAS LAS HOJAS QUE CONFORMEN LA OFERTA DEBERÁN ESTAR FIRMADAS Y ACLARADAS POR EL OFERENT O POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO. ASIMISMO, LA OFERTA DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADA DEL CERTIFICADO PROTDF VIGENTE.
SE INDICA QUE LA OFERTA DEBERÁ COMPLETARSE UTIILIZANDO DOS DECIMALES EN LAS COLUMNAS DE

Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Secretaría de Gestión de Redes Asistenciales
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00091/2022
Pieza Administrativa E Nro. 37065- E - 2022- 1728 - 0/ **Fecha: 10/06/22**
RAF 577 FE FDO. DE FINANC. DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD HRRG L **Apertura: 15/6/2022 13:00**

Encuadre Legal: LP 1015 INC L) OPC 17 AP A)
Nombre o Razón Social del Proponente: .....
Domicilio: .....
C.U.I.T: .....**Teléfono:** .....
Correo electrónico: .....

Comentario : S/ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA VÍDEO FIBROLARINGOSCOPIA - PARA EL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA - DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA H.R.R.G. -
Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/577 87 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	CANTIDAD Y PRECIO, EN TODOS LOS RENGLONES QUE LA COMPONEN.			
	ADEMÁS, LA COTIZACIÓN DEBERÁ REALIZARSE SIN CONSIDERAR EL I.V.A., SEGÚN LEY NUMERO 19.640			
	DE SER NECESARIO, LOS REQUERIMIENTOS, PLAZOS DE CUMPLIMIENTO, Y OTRAS			
	CONDICIONES Y ACLARACIONES ADICIONALES RELACIONADAS CON LA PRESENTE CONTRATACIÓN, SE			
	DETALLARAN EN UN ANEXO ADJUNTO EN CASO DE CORRESPONDER.			

TOTAL :$ .....

Son Pesos:.....

.....
Firma y Sello Responsable

Los precios deberán expresarse en pesos hasta dos decimales ($_ _ _ _._ _)

Forma de Pago	30 DIAS FECHA DE FACTURA DECRETO N° 674/11. ART 34 PUNTO 96.
Plazo de Entrega:	DENTRO DE LOS 30 DIAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.
Mantenimiento de Oferta:	30 DIAS DEL CIERRE DE COTIZACION - PRORROGABLE DCTO. N° 674/11 ART. 34 PUNTO 47.
Lugar de Entrega:	DEPOSITO CENTRAL HRRG
Recepción de Sobres Cerrados hasta:	EL DIA 15/06/22 A LAS 13HS VIA MAIL
Domicilio de presentación de ofertas:	COMPRASHRRGTDF@GMAIL.COM
Domicilio de apertura de ofertas:	AMEGHINO N° 709. RIO GRANDE - TDF.
Vigencia del Contrato:	
Garantía de Oferta:	SI SE REQUIERE
Requiere Muestra:	No
Flete a Cargo	DEL PROVEEDOR

Firmado Electrónicamente por
AGENTE GOMEZ YANINA FABIANA
Gobierno de Tierra del Fuego
JEFE DE DEPARTAMENTO
10/06/2022 13:20