Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Secretaría de Gestión de Redes Asistenciales
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00104/2022
Pieza Administrativa E Nro. 39898- - 2022- 1728 - 0/ **Fecha: 23/06/22**
RAF 577 FE FDO. DE FINANC. DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD HRRG L **Apertura: 28/6/2022 13:00**

Encuadre Legal: LP 1015 ART 18 INC L
Nombre o Razón Social del Proponente: .....
Domicilio: .....
C.U.I.T: .....**Teléfono:** .....
Correo electrónico: .....

Comentario : -S/ADQUISICIÓN DE SILLON/CAMA DE PARTOS, PARA SER UTILIZADO EN EL QUIROFANO DE PARTOS DEL HRRG.
Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/577 135 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	**Sillon de parto ginecologico. Unidad**			
>>	Sillón/cama de parto ginecológico con un sistema de elevación de la plataforma por medio de 1 (una) columna telescópica. deberá Contar con las siguientes características: Capacidad de accionar eléctricamente mediante paneles de control en laterales los siguientes movimientos: Altura de la plataforma, entre 60 cm y 105 cm. Inclinación de respaldo de -10° hasta, hasta al menos, 70°. Inclinación de sección de soporte pélvico de, al menos, 18°. Trendelemburg 0 a 10° Las dimensiones de la cama deberán ser al menos a 2100 x 980 mm (largo x ancho). Palancas de activación de posición RCP en ambos laterales de la cama. Soportar una carga segura de trabajo de al menos 240 Kg. Soportes de piernas estándar convertibles a Goepel. Estas deberán moverse tanto en altura como a los lados. También deberán posicionarse de forma tal que la paciente pueda apoyar los pies para pujar. Sección para piernas integrado con sistema de rotación y guardado bajo la cama, de forma tal que no se necesite retirarlo de la cama cuando no se utiliza. La sección de piernas debe poder inclinarse y cambiar de altura (de forma tal que sirva tanto para la paciente acostada, como plataforma para que la paciente se siente, se arrodille, adopte posición en cuclillas o como soporte para los pies). Barandas laterales integradas con deslizamiento vertical para el ingreso y egreso de la paciente a la cama. Además, deberá contar con controles incorporados para accionar los movimientos de la cama según requiera la paciente.	1.00	.....	.....

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00104/2022
Pieza Administrativa E Nro. 39898- - 2022- 1728 - 0/ **Fecha: 23/06/22**
RAF 577 FE FDO. DE FINANC. DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD HRRG L **Apertura: 28/6/2022 13:00**

Encuadre Legal: LP 1015 ART 18 INC L
Nombre o Razón Social del Proponente: .....
Domicilio: .....
C.U.I.T: .....**Teléfono:** .....
Correo electrónico: .....

Comentario : -S/ADQUISICIÓN DE SILLON/CAMA DE PARTOS, PARA SER UTILIZADO EN EL QUIROFANO DE PARTOS DEL HRRG.
Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/577 135 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	La plataforma del colchón contará con secciones plásticas y desmontables para su fácil limpieza. Cabecero desmontable. 4 ruedas de 150mm, con freno centralizado. Una batería incluida que permita el funcionamiento de todos los movimientos de ajuste eléctrico sin necesidad de estar conectada a la red eléctrica. Iluminación de cortesía bajo la plataforma, la cual pueda ser activada/desactivada mediante algunos de los controles. Soportes en ambos lados de la cabecera para colocar poste de infusión. Garantía de 2 años, Servicio técnico y repuestos garantizados. 1 (un) colchón bacteriostático sin costuras 1 (una) barra de apoyo tapizada que ayude al posicionamiento para realización de parto vertical. 1 (un) par de manijas de agarre laterales. 1 (una) cubeta de acero inoxidable integrada en la cama de, por lo menos, 8 litros. 1 (un) poste de infusión telescópico. 1 (un) apoya cabeza 1 (un) control alámbrico para accionar las secciones eléctricas de la cama. La empresa proveedora deberá contar con el registro de ANMAT del producto (presentar copia), tener implementado un sistema de BPF (Buenas Prácticas de Fabricación), presentar el certificado de BPF emitido por la ANMAT y tener implementado un sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2000 (presentar copia del certificado). Además, la empresa proveedora deberá tener			

Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Secretaría de Gestión de Redes Asistenciales
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00104/2022
Pieza Administrativa E Nro. 39898- - 2022- 1728 - 0/ **Fecha: 23/06/22**
RAF 577 FE FDO. DE FINANC. DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD HRRG L **Apertura: 28/6/2022 13:00**

Encuadre Legal: LP 1015 ART 18 INC L
Nombre o Razón Social del Proponente: .....
Domicilio: .....
C.U.I.T: .....**Teléfono:** .....
Correo electrónico: .....

Comentario : -S/ADQUISICIÓN DE SILLON/CAMA DE PARTOS, PARA SER UTILIZADO EN EL QUIROFANO DE PARTOS DEL HRRG.
Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/577 135 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	Servicio Técnico Propio certificado por ISO 9001:2000.			

Memo (Nro: 3) - FORMULARIO DE COTIZACIÓN CONTRATACION DIRECTA
LA OFERTA DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL (PRESENCIAL O VIA CORREO ELECTRONICO). SU PRESENTACIÓN Y EL HECHO DE COTIZAR Y FIRMAR EL PRESENTE FORMULARIO, IMPLICA EL PLENO CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN, COMO ASÍ TAMBIÉN DE LAS OBLIGACIONES EMERGENTES DE LA ADJUDICACIÓN.
TODAS LAS HOJAS QUE CONFORMEN LA OFERTA DEBERÁN ESTAR FIRMADAS Y ACLARADAS POR EL OFERENT O POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO. ASIMISMO, LA OFERTA DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADA DEL CERTIFICADO PROTDF VIGENTE.
SE INDICA QUE LA OFERTA DEBERÁ COMPLETARSE UTIILIZANDO DOS DECIMALES EN LAS COLUMNAS DE CANTIDAD Y PRECIO, EN TODOS LOS RENGLONES QUE LA COMPONEN.
ADEMÁS, LA COTIZACIÓN DEBERÁ REALIZARSE SIN CONSIDERAR EL I.V.A., SEGÚN LEY NUMERO 19.640
DE SER NECESARIO, LOS REQUERIMIENTOS, PLAZOS DE CUMPLIMIENTO, Y OTRAS CONDICIONES Y ACLARACIONES ADICIONALES RELACIONADAS CON LA PRESENTE CONTRATACIÓN, SE DETALLARAN EN UN ANEXO ADJUNTO EN CASO DE CORRESPONDER.

TOTAL :$ .....

Son Pesos: .....

.....
Firma y Sello Responsable

Los precios deberán expresarse en pesos hasta dos decimales ($_ _ _ _._ _)

Forma de Pago	30 DIAS FECHA DE FACTURA DECRETO N° 674/11 ART. 34 PUNTO 96.
Plazo de Entrega:	DENTRO DE LOS 60 DIAS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
Mantenimiento de Oferta:	30 DIAS DEL CIERRE DE COTIZACION-PRORROGABLE DCTO 674/11 ART. 34 PUNTO 47.
Lugar de Entrega:	DEPOSITO CENTRAL HRRG
Recepción de Sobres Cerrados hasta:	EL DIA 28/06/22 A LAS 13HS
Domicilio de presentación de ofertas:	COMPRASHRRG@GMAIL.COM
Domicilio de apertura de ofertas:	AMEGHINO N° 709 RIO GRANDE, TIERRA DEL FUEGO.

Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Secretaría de Gestión de Redes Asistenciales
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00104/2022
Pieza Administrativa E Nro. 39898- - 2022- 1728 - 0/ **Fecha: 23/06/22**
RAF 577 FE FDO. DE FINANC. DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD HRRG L **Apertura: 28/6/2022 13:00**

Encuadre Legal: LP 1015 ART 18 INC L
Nombre o Razón Social del Proponente: .....
Domicilio: .....
C.U.I.T: .....**Teléfono:** .....
Correo electrónico: .....

Comentario : -S/ADQUISICIÓN DE SILLON/CAMA DE PARTOS, PARA SER UTILIZADO EN EL QUIROFANO DE PARTOS DEL HRRG.
Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/577 135 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe

Vigencia del Contrato:
Garantía de Oferta: NO SE REQUIERE
Requiere Muestra: No
Flete a Cargo DEL PROVEEDOR

Firmado Electrónicamente por
AGENTE GOMEZ YANINA FABIANA
Gobierno de Tierra del Fuego
JEFE DE DEPARTAMENTO
23/06/2022 12:51