



## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00004/2022

Pieza Administrativa E Nro. 31513- E - 2022- 1728 - 0/

Fecha: 15/06/22

RAF 580 FE SEGURO DE SALUD MATERNO INF. - PROG.SUMAR/PLAN NACER HRRG

Apertura: 22/6/2022 12:00

Encuadre Legal: LP 1004, 1015 ART 18 INC L)

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

S/ADQUISICION DE HOLTER PARA EL SERVICIO DE CARDIOLOGIA HRRG.

Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/580 7 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	<b>Grabadora Holter Electrocardiografico. Unidad</b>			
>>	CARACTERISTICAS DEL SISTEMA:	3.00	.....	.....
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Detección automática de eventos cardíacos, artefactos y arritmias en todos los canales.</li> <li>• Análisis de latidos de marcapasos.</li> <li>• Validación / Reclasificación de latidos y eventos cardíacos.</li> <li>• Caliper para medición de intervalos, amplitudes y pendientes.</li> <li>• Medición libre y medición RR.</li> <li>• Análisis de variación de frecuencia cardíaca en el dominio temporal y de frecuencias.</li> <li>• Análisis de segmento ST (nivel y pendiente) e intervalos QT.</li> <li>• Histogramas RR para el estudio completo.</li> <li>• Sumario de eventos cardíacos hora por hora.</li> <li>• Cuantificación de la calidad de la señal para cada canal.</li> <li>• Monitoreo en vivo de la señal de ECG.</li> <li>• Gráficos de tendencias de 24 , 48 y 72 [hs] de frecuencia cardíaca, intervalos RR.</li> <li>• Tabla de eventos pulsados por el paciente durante todo el estudio.</li> <li>• Reporte configurable. Exportación/Importación de estudios.</li> <li>• Full Disclosure (2, 5, 10, 20, 30, y 60 min/pág). Análisis de señal por superimposición.</li> </ul>			
	CARACTERISTICAS DE LA GRABADORA:			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mínimo tamaño y peso</li> <li>• 3 canales de ECG</li> <li>• Tarjetas de memoria compatibles: tipo SD y SDHC (compatible hasta 32 GB)</li> <li>• Detección automática de eventos cardíacos, artefactos y arritmias en todos los canales.</li> <li>• Registro de estudios de 24, 48 y 72 hs.</li> <li>• Botón de eventos paciente</li> <li>• Luz led indicadora de estados y alarmas</li> <li>• Buzzer indicador de estados y alarmas</li> </ul>			



## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00004/2022

Pieza Administrativa E Nro. 31513- E - 2022- 1728 - 0/

RAF 580 FE SEGURO DE SALUD MATERNO INF. - PROG.SUMAR/PLAN NACER HRRG

Fecha: 15/06/22

Apertura: 22/6/2022 12:00

Encuadre Legal: LP 1004, 1015 ART 18 INC L)

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

S/ADQUISICION DE HOLTER PARA EL SERVICIO DE CARDIOLOGIA HRRG.

Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/580 7 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utiliza 1 (una) pila AA para su funcionamiento. Compatible con una pila AA recargable.</li> <li>Relación de rechazo de modo común: ~ 100 dB @ 50 y 60 Hz   &gt;80 dB @ 120 Hz</li> <li>Rango dinámico: +-350mV</li> <li>Resolución: 16 bits.</li> <li>Frecuencia de adquisición 267 Hz.</li> <li>Filtros disponibles: red (50 ó 60 hz), tono muscular, línea de base</li> </ul> <p>1/4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tensión de alimentación: 1,2 - 1,5 V</li> <li>Potencia: hasta 40 mW</li> <li>Equipo Clase II</li> <li>Parte aplicable tipo BF</li> <li>Condiciones de funcionamiento: Temperatura ambiente: 10°C a 40°C   Humedad relativa: 10% a 95%, sin condensación.</li> <li>Condiciones de almacenamiento: Temperatura ambiente: -20°C a 55°C   Humedad relativa: 5% a 95%, sin condensación.</li> </ul> <p>REQUISITOS MÍNIMOS DE LA PC:</p> <p>Sist. Operativo: Win 10</p> <p>Microprocesador: Velocidad superior a 2.4 GHz (Core I3 o similar).</p> <p>Disco Rígido: 80 GB.</p> <p>Memoria RAM: 4 GB</p> <p>Puertos: Mínimo: 2 puertos USB 2.0 Recomendado: 3 puertos USB 2.0.</p> <p>Monitor: Resolución de al menos 1024 x 768 x 24 bits.</p> <p>Video: Para soportar resolución.</p> <p>Conexión a internet: Para descarga de Software y Manual de Uso.</p> <p>Grabadora de CD/DVD: Recomendado para backup físico</p> <p>Impresora: Para reportes.</p> <p>Sonido: No requerido.</p> <p>Mouse y teclado: Requerido.</p>			



## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00004/2022

Pieza Administrativa E Nro. 31513- E - 2022- 1728 - 0/

RAF 580 FE SEGURO DE SALUD MATERNO INF. - PROG.SUMAR/PLAN NACER HRRG

Fecha: 15/06/22

Apertura: 22/6/2022 12:00

Encuadre Legal: LP 1004, 1015 ART 18 INC L)

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

S/ADQUISICION DE HOLTER PARA EL SERVICIO DE CARDIOLOGIA HRRG.

Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/580 7 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	Fuente de Alimentación: Debe cumplir con la Norma IEC-60950 (Sólo para monitoreo on-line) Producto Autorizado por ANMAT - PM-1656-1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ENTREGA DETALLADO EN ANEXO 1			

**Memo** (Nro: 3) - FORMULARIO DE COTIZACIÓN CONTRATACION DIRECTA  
LA OFERTA DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL (PRESENCIAL O VIA CORREO ELECTRONICO). SU PRESENTACIÓN Y EL HECHO DE COTIZAR Y FIRMAR EL PRESENTE FORMULARIO, IMPLICA EL PLENO CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN, COMO ASÍ TAMBIÉN DE LAS OBLIGACIONES EMERGENTES DE LA ADJUDICACIÓN. TODAS LAS HOJAS QUE CONFORMEN LA OFERTA DEBERÁN ESTAR FIRMADAS Y ACLARADAS POR EL OFERENT O POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO. ASIMISMO, LA OFERTA DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADA DEL CERTIFICADO PROTDF VIGENTE.  
SE INDICA QUE LA OFERTA DEBERÁ COMPLETARSE UTILIZANDO DOS DECIMALES EN LAS COLUMNAS DE CANTIDAD Y PRECIO, EN TODOS LOS RENGLONES QUE LA COMPONEN.  
ADEMÁS, LA COTIZACIÓN DEBERÁ REALIZARSE SIN CONSIDERAR EL I.V.A., SEGÚN LEY NUMERO 19.640 DE SER NECESARIO, LOS REQUERIMIENTOS, PLAZOS DE CUMPLIMIENTO, Y OTRAS CONDICIONES Y ACLARACIONES ADICIONALES RELACIONADAS CON LA PRESENTE CONTRATACIÓN, SE DETALLARAN EN UN ANEXO ADJUNTO EN CASO DE CORRESPONDER.

**TOTAL** :\$.....

Son Pesos:.....

.....  
Firma y Sello Responsable

Los precios deberán expresarse en pesos hasta dos decimales (\$ \_ \_ . \_ \_ )

<b>Forma de Pago</b>	30 DIAS FECHA DE FACTURA DECRETO N° 674/11 ART. 34 PUNTO 96
<b>Plazo de Entrega:</b>	30 días de notificada la Orden de Compra al proveedor
<b>Mantenimiento de Oferta:</b>	30 DIAS DEL CIERRE DE COTIZACION - PRORROGABLE SEGUN DTO. 674/11 ART.34 PUNTO 47
<b>Lugar de Entrega:</b>	DEPOSITO CENTRAL HRRG
<b>Recepción de Sobres Cerrados hasta:</b>	22/06/22 A LAS 12:00 HS



## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00004/2022

Pieza Administrativa E Nro. 31513- E - 2022- 1728 - 0/

RAF 580 FE SEGURO DE SALUD MATERNO INF. - PROG.SUMAR/PLAN NACER HRRG

Fecha: 15/06/22

Apertura: 22/6/2022 12:00

Encuadre Legal: LP 1004, 1015 ART 18 INC L)

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

S/ADQUISICION DE HOLTER PARA EL SERVICIO DE CARDIOLOGIA HRRG.

Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/580 7 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	Domicilio de presentación de ofertas:	COMPRASHRRGTDF@GMAIL.COM		
	Domicilio de apertura de ofertas:	AMEGHINO N° 709. RIO GRANDE - TDF.		
	Vigencia del Contrato:			
	Garantía de Oferta:	NO SE SOLICITA		
	Requiere Muestra:	No		
	Flete a Cargo	DEL PROVEEDOR		

Firmado Electrónicamente por  
DIRECTOR PACHECO BORQUEZ VANESA  
FERNANDA  
Gobierno de Tierra del Fuego

15/06/2022 12:45