



GEN
GTF

PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 27/05/22 15:24:27
Nº de Hoja: 1
Cm0059

Fecha: 27/05/22

Compra N°: 78/2022-525

P.A. Nro.: 9895

Letra: E

Año: 2022

Ambito: 1728

C.N.: 0

D.V.:

Apertura 23/05/22 - 13:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo	Ofertante	Alt	Precio Ref.	Precio Unitario	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada
1	401030389-1 AUTOCLAVE PARA ESTERILIZACION UNIDADES						
*	<p>[2022 525-55] corresponde cotizar según lo detallado a continuación AUTOCLAVES DE MESA HORIZONTAL CON SISTEMA DE VACIO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Descripción: Resistente, de uso diario. Autoclave de Mesa de al menos 15 litros de capacidad Con sistema de secado y vacío. Poseer contro térmico y termómetro digital con paso no mayor a 2,5 °C Error absoluto no mayor a 1% De al menos 3 tipos de ciclos programables. Poseer indicador de presión de cámara, y control por sobrepresión. Evacuación de agua. Control digital y configuración digital, microprocesado. Alarma por errores y finalización de ciclo (corte automático) Señalamiento visual y/o acústico Tipo de construcción: acero inoxidable o superior Accesorios o 2 bandejas perforadas de acero inoxidable o 1 manguera o 1 vaso plástico de ¼ Litro o 1 Manual de instrucciones (incluye formulario de garantía) Carga y descarga frontal. Temperatura, tiempo y circuito electrónico controlados por un microprocesador, que permite su monitoreo a través de display, leds y sonidos. Corte automático con señales acústicas y visuales. El recipiente es de acero inoxidable calidad AISI 304 que asegura una larga vida y una fácil limpieza. Debe incluir mínimamente los siguientes accesorios: 1 (una) bandeja de acero inoxidable interna</p> <p>PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL REGIONAL DE USHUAIA – SITO EN 12 DE OCTUBRE Y MAIPU – CIUDAD DE USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.-</p> <p>[2022 525-56] AUTOCLAVES DE MESA HORIZONTAL CON SISTEMA DE VACIO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Descripción: Resistente, de uso diario. Autoclave de Mesa de al menos 15 litros de capacidad Con sistema de secado y vacío. Poseer contro térmico y termómetro digital con paso no mayor a 2,5 °C Error absoluto no mayor a 1% De al menos 3 tipos de ciclos programables. Poseer indicador de presión de cámara, y control por sobrepresión. Evacuación de agua. Control digital y configuración digital, microprocesado. Alarma por errores y finalización de ciclo (corte automático) Señalamiento visual y/o acústico Tipo de construcción: acero inoxidable o superior Accesorios o 2 bandejas perforadas de acero inoxidable o 1 manguera o 1 vaso plástico de ¼ Litro</p>						



GEN
GTF

PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 27/05/22 15:24:27
Nº de Hoja: 2
Cm0059

Fecha: 27/05/22

Compra N°: 78/2022-525

P.A. Nro.: 9895

Letra: E

Año: 2022

Ambito: 1728

C.N.: 0

D.V.:

Apertura 23/05/22 - 13:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo	Ofertada	Bonificada		
Ofertante	Alt	Precio Ref.	Precio Unitario	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada
	<p>o 1 Manual de instrucciones (incluye formulario de garantía) Carga y descarga frontal. Temperatura, tiempo y circuito electrónico controlados por un microprocesador, que permite su monitoreo a través de display, leds y sonidos. Corte automático con señales acústicas y visuales. El recipiente es de acero inoxidable calidad AISI 304 que asegura una larga vida y una fácil limpieza. Debe incluir mínimamente los siguientes accesorios:</p> <p>1 (una) bandeja de acero inoxidable interna</p> <p>PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL REGIONAL DE USHUAIA – SITO EN 12 DE OCTUBRE Y MAIPU – CIUDAD DE USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.- [2022 525-57] corresponde cotizar según lo detallado a continuación AUTOCLAVES DE MESA HORIZONTAL CON SISTEMA DE VACIO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Descripción: Resistente, de uso diario. Autoclave de Mesa de al menos 15 litros de capacidad Con sistema de secado y vacío. Poseer contro térmico y termómetro digital con paso no mayor a 2,5 °C Error absoluto no mayor a 1% De al menos 3 tipos de ciclos programables. Poseer indicador de presión de cámara, y control por sobrepresión. Evacuación de agua. Control digital y configuración digital, microprocesado. Alarma por errores y finalización de ciclo (corte automático) Señalamiento visual y/o acústico Tipo de construcción: acero inoxibable o superior Accesorios o 2 bandejas perforadas de acero inoxidable o 1 manguera o 1 vaso plástico de ¼ Litro o 1 Manual de instrucciones (incluye formulario de garantía) Carga y descarga frontal. Temperatura, tiempo y circuito electrónico controlados por un microprocesador, que permite su monitoreo a través de display, leds y sonidos. Corte automático con señales acústicas y visuales. El recipiente es de acero inoxidable calidad AISI 304 que asegura una larga vida y una fácil limpieza. Debe incluir mínimamente los siguientes accesorios:</p> <p>1 (una) bandeja de acero inoxidable interna</p> <p>PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL REGIONAL Río Grande – SITO EN Ameghino 709 – CIUDAD DE RÍO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420.-</p>				
BOGDANICH, MARIANO GERMAN		1,00	242.816,00	12,00	0,00
Marca:	Laboratorio:				
D. Amp. I.: AUTOCLAVE PARA ESTERILIZACION- COTIZA MARCA FICOLNOX, MODELO H16 LBV (16 LITROS CON BOMBA DE VACIO AUTOMATICA)- VER CARACTERISTICAS EN PRESUPUESTO ADJUNTO-					
Observación: AUTOCLAVE PARA ESTERILIZACION- COTIZA MARCA FICOLNOX, MODELO H16 LBV (16 LITROS CON BOMBA DE VACIO AUTOMATICA)- VER CARACTERISTICAS EN PRESUPUESTO ADJUNTO-					
MG PHARMACORP S.R.L.		1,00	1.350.000,00	2,00	0,00
Marca:	Laboratorio:				
D. Amp. I.: AUTOCLAVE PARA ESTERILIZACION- COTIZA MODELO EAV-21, MARCASTOORD- VER CARACTERÍSTICAS EN PRESUPUESTO ADJUNTO-					



GEN
GTF

PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 27/05/22 15:24:27
Nº de Hoja: 3
Cm0059

Fecha: 27/05/22

Compra N°: 78/2022-525

P.A. Nro.: 9895

Letra: E

Año: 2022

Ambito: 1728

C.N.: 0

D.V.:

Apertura 23/05/22 - 13:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo	Oferente	Alt	Precio Ref.	Precio Unitario	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada
----------------	---------------	-----------------	------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------

Observación: AUTOCLAVE PARA ESTERILIZACION- COTIZA MODELO EAV-21, MARCASTOORD- VER CARACTERÍSTICAS EN PRESUPUESTO ADJUNTO-