



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur
República Argentina

MINISTERIO DE SALUD

USHUAIA, 20 JUL 2022

VISTO el Expediente MS-E-21230-2022 del registro de esta Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la adquisición de un (1) ecógrafo destinado al Servicio de Tocoginecología del Hospital Regional Río Grande, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia.

Que con el propósito de concretar la mencionada adquisición resulta procedente llamar a Licitación Privada, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, establecer los miembros de la Comisión de Pre-adjudicación para el análisis de las ofertas y facultar a la Dirección de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud de la Provincia a modificar las fechas establecidas para la apertura de sobres en caso de resultar necesario.

Que se cuenta con partida presupuestaria para afrontar el gasto de acuerdo a la Ley Provincial N° 1399 y Decreto Provincial N° 2840/21, siendo el mismo solventado con fondos de Afectación Específica.

Que la presente contratación se encuadra legalmente dentro de lo establecido en las Leyes Provinciales N° 1015, Artículo 17º, Inciso a) y N° 1150, los Decretos Provinciales N° 674/11, N° 05/22 Anexo II y las Resoluciones O.P.C N° 17/21, N° 18/21 y N° 58/21.

Que la suscripta se encuentra facultada para dictar el presente instrumento legal en virtud de lo dispuesto por los Decretos Provinciales N° 4537/19, sus modificatorios y complementarios, N° 2291/21, N° 05/22 Anexo II.

Por ello:

LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N° 06/22 RAF 527, por la que tramita la adquisición de un (1) ecógrafo destinado al Servicio de Tocoginecología del Hospital Regional Río Grande, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia.

ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Formulario de Cotización y Pliego de Bases y Condiciones Particulares que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 3º.- Designar como integrantes titulares de la Comisión de Pre-adjudicación para la evaluación de las ofertas a los agentes Alejandro Martín TREITEL Legajo N° 22278227/00, Juan Francisco NAVONI Legajo N° 25014779/00 y Guillermo Luis GIBILARO Legajo N° 28850075/00; y como miembros suplentes a los agentes Silvia Fabiana LEIVA Legajo N° 20887767/00, Luciana Graciela FERRO N° Legajo N° 28454700 y Marcelo Darío ZENTENO, Legajo N° 32135979/00.

ARTÍCULO 4º.- Autorizar a la Dirección de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud de la Provincia a modificar las fechas y horas límites para la recepción de ofertas y apertura de sobres.

ARTÍCULO 5º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la UGG 9004UG, UGC UC9004 e Inciso 40000, correspondiente al Fondo Específico RAF 527, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 6º.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RESOLUCIÓN S.C. N°

000316

/22.

M.S.
CS

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Walter CARDENAS ALVARO
División Registro y
Despacho Administrativo
Ministerio de Salud

Romina Ortega
Secretaria de Coordinación
Ministerio de Salud



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur
República Argentina

MINISTERIO DE SALUD

000316

ANEXO I - RESOLUCIÓN S.C. N°

/22

LICITACIÓN PRIVADA N° 06/22 RAF 527

“ADQUISICIÓN DE UN (1) ECÓGRAFO DESTINADO AL SERVICIO DE
TOCOGINECOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE, DEPENDIENTE DEL
MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA”

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

1º. OBJETO

La PROVINCIA a través del Ministerio de Salud llama a LICITACIÓN PRIVADA para la adquisición de un (1) ecógrafo destinado al Servicio de Tocoginecología del Hospital Regional Río Grande, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia.

2º. JURISDICCIÓN CONTRATANTE

Ministerio de Salud.

3º. EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Expediente MS-E-21230-2022.

4º. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

Ley Provincial N° 1015, artículo 17º inciso a) – Licitación Privada

5º. RUBRO

Equipamiento e Instrumental Médico.

6º. PLAZO DE CONTRATACIÓN

La duración de la presente contratación será desde que se notifique la Orden de Compra correspondiente y hasta tanto se finalice la entrega programada.

7º. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CONTRATACIÓN

Según las especificaciones detalladas en el Formulario de Solicitud de Cotización.

8º. PLAZO DE ENTREGA E INSTALACIÓN

Treinta (30) días desde la notificación de la Orden de Compra.

9º. LUGAR DE ENTREGA

- 7 (siete) Departamento Ingeniería Clínica Zona Norte – Ameghino N.º 709 – Río Grande (9420)
- Tierra del Fuego AeIAS.

10º. FORMA DE PRESENTACIÓN DEL SOBRE DE OFERTA

La OFERTA se presentará en sobre cerrado sin membrete o marca alguna. El mismo deberá contener en el frente el siguiente texto: PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR – DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES – MINISTERIO DE SALUD – LICITACIÓN PRIVADA N° 06/22 RAF 527 – FECHA DE APERTURA 29/07/2022 – HORA 12:00”

11º. FECHA Y LUGAR DE APERTURA DE SOBRES

El lugar, la fecha y hora límite para la Recepción de Ofertas, así como para el Acto de Apertura

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Walter CARDENAS ALVARO
División Registro y
Despacho Administrativo
Ministerio de Salud



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur
República Argentina

MINISTERIO DE SALUD

000316/22
ANEXO I - RESOLUCIÓN S.C. N°
LICITACIÓN PRIVADA N° 06/22 RAF 527

**“ADQUISICIÓN DE UN (1) ECÓGRAFO DESTINADO AL SERVICIO DE
TOCOGINECOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE, DEPENDIENTE DEL
MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA”**

de Sobres, serán los establecidos en el Formulario de Solicitud de Cotización. Asimismo la Dirección de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia gestionara la difusión, mediante Comunicado, que será publicado en los medios que establece la reglamentación. Dicho comunicado formará parte integrante del presente PLIEGO. Ante cualquier consulta comunicarse al teléfono 02901-591166 o al correo electrónico: comprasms@tierradelfuego.gob.ar

12º. DOMICILIO Y CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL

Av. Leandro Alem N° 629 – 3º piso – Dirección de Compras y Contrataciones – Ministerio de Salud – Ushuaia, Tierra del Fuego. comprasms@tierradelfuego.gob.ar

13º. COMUNICACIONES E IMPUGNACIONES

Serán válidas las comunicaciones e impugnaciones que los interesados, oferentes y/o adjudicatarios realicen en el domicilio sito en la calle Av. Leandro Alem N° 629 de la ciudad de Ushuaia y aquellas remitidas a la dirección institucional de correo electrónico: comprasms@tierradelfuego.gob.ar

14º. COMUNICACIONES

A los efectos de las comunicaciones realizadas en el marco de la presente licitación Privada, se indica el sitio web de la Oficina Provincial de Contrataciones es <http://compras.tierradelfuego.gob.ar/>

15º. CONSULTAS AL PLIEGO

Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de especificaciones técnicas deberán efectuarse en la Dirección de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud sita en Av. Leandro Alem N° 629 – 3º piso de la ciudad de Ushuaia o vía correo electrónico a la dirección: comprasms@tierradelfuego.gob.ar

16º MONEDA DE COTIZACIÓN

La cotización se fija en pesos moneda nacional.

17º RECEPCIÓN DE OFERTAS PARCIALES

Se aceptarán ofertas parciales.

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Walter CARDENAS ALVARADO
División Registro y
Despacho Administrativo
Ministerio de Salud



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

000316

Secretaría de Gestión de Sistemas Sanitarios
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Licitación Privada Nro. 00006/2022

Pieza Administrativa E Nro. 21230- E - 2022- 1728 - 0/

RAF 527 FE PROGRAMA FEAPS - REMEDIAR + REDES

Fecha: 20/07/22

Apertura: 29/7/2022 12:00

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/527 25 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	Ecografo. Unidad			
>>	ECÓGRAFO MULTIPROPÓSITO DOPPLER COLOR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Descripción del equipo: Deberá ser un Sistema Totalmente Digital de diagnóstico por imágenes por ultrasonido, de última generación, multipropósito, para obtener imágenes Modo B, Modo M, Doppler Espectral Pulsado (PWD), Doppler Color (CDI), Power Doppler (CPD), Imagen Armónica Tisular (THI) e Imagen Doppler Tisular (TDI). Alimentación para todo el equipo y sus accesorios 220 V. C.A., 50 Hz. CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS El Método de Exploración deberá ser exclusivamente electrónico para todos los transductores, que deberán ser: Sectoriales (Phased Array), Lineales con posibilidad de angular el barrido en estudios Vasculares Periféricos, y Convexos. El equipo deberá contar con las últimas herramientas tecnológicas disponibles para la adquisición y procesamiento de las imágenes. Monitor color de cristal líquido (LCD) de alta resolución, de por lo menos 21" y con brazo soporte flexible que permita movimientos en todas las direcciones. El peso del equipo debe ser inferior a los 100Kg. Para una operación más rápida y sencilla, deberá contar con una pantalla sensible al tacto color, ubicado en el panel de operación, para acceder a las funciones de ajuste de imagen, mediciones, anotaciones en	1.00

9

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL
Walter CARDENAS ALVARADO
División Registro y
Despacho Administrativo
Ministerio de Salud



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Gestión de Sistemas Sanitarios
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

000316

Cm0058

Solicitud de Cotización

Licitación Privada Nro. 00006/2022
Pieza Administrativa E Nro. 21230- E - 2022- 1728 - 0/
RAF 527 FE PROGRAMA FEAPS - REMEDIAR + REDES

Fecha: 20/07/22
Apertura: 29/7/2022 12:00

Nombre o Razón Social del Proponente:
Domicilio:
C.U.I.T:Teléfono:
Correo electrónico:

Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/527 25 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	<p>pantalla y funciones accesorias. Esta pantalla deberá ser totalmente programable por el usuario,</p> <p>permitiendo quitar/agregar funciones y etiquetarlas según su preferencia.</p> <p>El operador podrá regular la altura y posición del panel.</p> <p>Para aplicaciones móviles, el equipo deberá tener un modo de apagado/encendido rápido que permite que el equipo se apague, o entre en un estado de hibernación, en un tiempo menor de 5 segundos y pueda encenderse y estar nuevamente operativo en un tiempo también menor a 5 segundos.</p> <p>Deberá poseer al menos dos técnicas para el Modo de Imagen Armónica Tisular (THI) para los transductores sectoriales: Filtrado Dinámico y Substracción / Inversión de Pulsos. El oferente deberá especificar claramente todas las técnicas que su sistema ofrece.</p> <p>Deberá contar con una técnica de THI que transmita dos pulsos de diferentes frecuencias y que permita el aprovechamiento total de la banda de frecuencias del transductor en la recepción para mejorar la penetración y resolución. El oferente deberá dar detalles acerca de la técnica ofrecida.</p> <p>Los transductores deberán ser de banda ancha, multifrecuencias y se deberán poder seleccionar, al menos, 3 frecuencias distintas de operación para el Modo B, 3 para Modo THI y 2 o más para los Modos PWD, CDI, CPD, especificando el oferente claramente todas las frecuencias para cada uno de los</p>			

9

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL
Walter CARDENAS ALVARO
División Registro y
Despacho Administrativo
Ministerio de Salud



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Gestión de Sistemas Sanitarios
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

000316

Cm0058

Solicitud de Cotización

Licitación Privada Nro. 00006/2022
Pieza Administrativa E Nro. 21230- E - 2022- 1728 - 0/
RAF 527 FE PROGRAMA FEAPS - REMEDIAR + REDES

Fecha: 20/07/22
Apertura: 29/7/2022 12:00

Nombre o Razón Social del Proponente:
Domicilio:
C.U.I.T:Teléfono:
Correo electrónico:

Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/527 25 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	transductores ofertados. Posibilidad de conectar simultáneamente un mínimo de tres transductores array, sin contar el transductor lápiz o peedoff. Estos tres conectores activos serán del mismo tipo permitiendo al usuario colocar cualquier transductor en cualquier puerto (excepto el peedoff). Deberá contar con la cantidad suficientes de soportes para colgar todos los transductores solicitados. Deberá tener la posibilidad de agregar módulo cardiológico completo (Doppler continuo, trazado de ECG, eco-stress, strain, strain rate, transductor sectorial adultos, sectorial pediátrico y transductor transesofágico). Deberá además tener la posibilidad de incorporar a futuro los siguientes transductores: Transductores volumétricos convexo y endocavitario para modo 4D Transductor transfontanelar Transductor Transrectal biplano Transductor para punciones transperineales Transductores Intraoperatorios Deberá contar con barrido Trapezoidal para ampliar el campo de visión en la zona lejana de transductores lineales y la zona proximal en transductores sectoriales. Deberá poseer funciones para la composición de Imágenes de manera de mejorar la resolución espacial y de contraste del Modo B. Deberá incluir la reducción de “speckle” o ruido ecográfico. La composición			

9

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL
Walter CARDENAS ALVARO
División Registro y
Despacho Administrativo
Ministerio de Salud



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

000316

Secretaría de Gestión de Sistemas Sanitarios
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Licitación Privada Nro. 00006/2022
Pieza Administrativa E Nro. 21230- E - 2022- 1728 - 0/
RAF 527 FE PROGRAMA FEAPS - REMEDIAR + REDES

Fecha: 20/07/22
Apertura: 29/7/2022 12:00

Nombre o Razón Social del Proponente:
Domicilio:
C.U.I.T:Teléfono:
Correo electrónico:

Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/527 25 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	deberá ser tanto espacial como frecuencial y cuando esta función esté activa no deberá afectar significativamente la velocidad de cuadro de la imagen. Estas funciones deberán poder utilizarse simultáneamente con los otros modos del equipo (Modos 2D-THI, M, CDI, CPA, PWD). El oferente deberá dar detalles acerca del método ofrecido. Deberá contar con una técnica, independiente de las de Composición de Imagen y Reducción de Speckle, que analice líneas adyacentes durante recepción de imágenes para resaltar estructuras y disminuir ruido. El oferente deberá dar detalles acerca del método ofrecido. Deberá poseer una función de Optimización que ajuste automáticamente, mediante una sola tecla, la ganancia total y parcial de la imagen de Modo B y el espectro Doppler. Deberá contar con el Modo Doppler Tisular Color (TDI, Tissue Doppler Imaging) para visualizar en Modo Doppler color los movimientos regionales de la pared cardíaca. Esta función deberá estar disponible en los transductores sectoriales. Deberá contar con un software para el trazado y medición automática del espesor intimal medio, obteniéndose valores máximos y medios dentro de un área de interés delimitada por el usuario. Deberá poseer un método Doppler Color, adicional al Doppler Color convencional y al			

9

COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Walter CARDENAS ALVARO
División Registro y
Despachó Administrativo
Ministerio de Salud



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Gestión de Sistemas Sanitarios
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

000316

Cm0058

Solicitud de Cotización

Licitación Privada Nro. 00006/2022
Pieza Administrativa E Nro. 21230- E - 2022- 1728 - 0/
RAF 527 FE PROGRAMA FEAPS - REMEDIAR + REDES

Fecha: 20/07/22
Apertura: 29/7/2022 12:00

Nombre o Razón Social del Proponente:
Domicilio:
C.U.I.T:Teléfono:
Correo electrónico:

Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/527 25 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	<p>Power Doppler, con una altísima resolución espacial, semejante al Modo B, que no produzca “desbordes” de la información de flujo por fuera de las paredes vasculares. El oferente deberá dar detalles acerca del método ofrecido.</p> <p>El Sistema ofertado deberá admitir, como opcional, la función Segunda Armónica de Contraste para la realización de estudios con agentes ecorealzadores para estudios cardíacos y hepáticos, con técnica de transmisión intermitente, manual y automática, para preservar al agente de contraste. Deberá permitir el análisis cuantitativo de la variación del medio de contraste en cada región analizada.</p> <p>El Sistema ofertado deberá admitir, como opcional, y totalmente integrado a la unidad principal, un software de Elastografía por Shear Wave u Ondas Transversales que presente mapas de color de acuerdo con la elasticidad de los tejidos. Estos mapas representarán la elasticidad medida en Kilo-pascales o m/s (velocidad de propagación de las ondas transversales). Permitirá cuantificar el valor absoluto de la elasticidad de los tejidos mediante un mínimo de 10 regiones de interés, sobre las cuales calculará el valor medio y el desvío standard. Permitirá cuantificar la relación de elasticidad de estas regiones contra una región de interés de referencia. Deberá estar disponible para aplicaciones en hígado Profundidad desde 2 cm hasta 40 cm. Compensación de ganancia-profundidad con, por lo menos, 8</p>			

9

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL
Walter CARDENAS ALVARO
División Registro y
Despacho Administrativo
Ministerio de Salud



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Gestión de Sistemas Sanitarios
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

000316

Cm0058

Solicitud de Cotización

Licitación Privada Nro. 00006/2022
Pieza Administrativa E Nro. 21230- E - 2022- 1728 - 0/
RAF 527 FE PROGRAMA FEAPS - REMEDIAR + REDES

Fecha: 20/07/22
Apertura: 29/7/2022 12:00

Nombre o Razón Social del Proponente:
Domicilio:
C.U.I.T:Teléfono:
Correo electrónico:

Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/527 25 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	controles, que deberán ser activos independientemente de la profundidad, y la ampliación. La velocidad de adquisición de cuadros (Frame Rate) no deberá ser inferior a los 500 cuadros por segundo en Modo 2D, 380 cuadros por segundo en modo Color Y 1000 cuadros por segundo en modo TDI. Ampliación (Zoom) de la imagen sin pérdida de resolución, tanto con la imagen en tiempo real como con la Imagen congelada. El zoom mínimo será de 20 veces. Deberá contar con una función que realce en forma notable la visión de la aguja de punción en los procedimientos de intervencionismo. Esta función deberá estar disponible en los transductores lineales y no requerirá que el usuario indique el ángulo de ingreso de la aguja. Deberá poseer Doppler Pulsado (PWD) y Doppler Pulsado de Alta repetición de pulsos (HPRF) Deberá poder modificarse la Línea de base en tiempo real y luego de congelada la imagen. Deberá contar con Función de Trazado Espectral Automático para efectuar mediciones. Deberá permitir modificar la velocidad de barrido del espectro en tiempo real y expandir / contraer la escala temporal una vez congelado el espectro. Deberá poseer Modo Triplex, es decir: Modo B, Modo CDI y Modo PWD simultáneos, aún para flujos de alta velocidad. Esta función deberá estar disponible en los transductores convexos, lineales y endocavitarios.			

[Handwritten signature]

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL
Walter CARDENAS ALVARO
División Registro y
Despacho Administrativo
Ministerio de Salud



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Gestión de Sistemas Sanitarios
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

000316

Cm0058

Solicitud de Cotización

Licitación Privada Nro. 00006/2022
Pieza Administrativa E Nro. 21230- E - 2022- 1728 - 0/
RAF 527 FE PROGRAMA FEAPS - REMEDIAR + REDES

Fecha: 20/07/22
Apertura: 29/7/2022 12:00

Nombre o Razón Social del Proponente:
Domicilio:
C.U.I.T:Teléfono:
Correo electrónico:

Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/527 25 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	Se deberán poder seleccionar múltiples frecuencias distintas de Transmisión y recepción para el Doppler Color, Pulsado y Continuo. Almacenamiento de por lo menos los últimos 4000 cuadros de Modo B y los últimos 30 segundos en Modo M o Doppler. Deberá contar con la función de anotaciones automáticas para la escritura de palabras en pantalla, pudiéndose generar más de 500 de ellas. Deberá contar con un software completo de medidas, incluyendo Distancias, Areas, Volumen y peso prostático, Porcentaje de Estenosis, Espesor medio de la íntima, RI, PI, S/D, etc. Deberá contar con software de medición obstétrico con múltiples tablas fetales y con la posibilidad que el usuario registre las suyas propias. Deberá poder guardar las medidas obstétricas y comparar la curva de evolución de la paciente con las curvas estándar de crecimiento. Deberá permitir el seguimiento de embarazos múltiples (hasta cuatro). Deberá contar con un software completo de medidas cardiológicas, incluyendo funciones como Masa Ventricular, PISA, Función Ventricular por Teicholz, Simpson, Gibson, Mediciones doppler como PHT, dp/dt, etc. FUNCIONES PROGRAMABLES: El usuario debe poder agregar sus propias mediciones y cálculos al software			

9

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Walter GARDENAS ALVARO
División Registro y
Despacho Administrativo
Ministerio de Salud



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

000316

Secretaría de Gestión de Sistemas Sanitarios
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Licitación Privada Nro. 00006/2022
Pieza Administrativa E Nro. 21230- E - 2022- 1728 - 0/
RAF 527 FE PROGRAMA FEAPS - REMEDIAR + REDES

Fecha: 20/07/22
Apertura: 29/7/2022 12:00

Nombre o Razón Social del Proponente:
Domicilio:
C.U.I.T:Teléfono:
Correo electrónico:

Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/527 25 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	de medición del equipo. 1. TRANSDUCTORES, el equipo debe contar con los siguientes transductores que tengan las siguientes características mínimas: 1(un) transductor Convexo electrónico de aplicación abdominal. Rango de Frecuencias: 2 a 6 MHz, con la posibilidad de seleccionar, desde el panel de operación y como mínimo, 3 frecuencias para modo B, 3 frecuencias para THI, 3 frecuencias para PWD y 3 frecuencias para CDI/PD. Deberá poseer 7 Modos de operación: Modo B, Modo M, Modo THI, Modo PWD, Modo Color, Modo Power Doppler y Modo TDI. 1(un) Lineal electrónico, de aproximadamente 58 mm de campo de visión, de aplicación para Partes Blandas. Rango de Frecuencias: 5 a 14 MHz, con la posibilidad de seleccionar, desde el panel de operación y como mínimo, 3 frecuencias para modo B, 3 frecuencias para THI, 3 frecuencias para PWD y 3 frecuencias para CDI/PD. Deberá poseer 7 Modos de operación: Modo B, Modo M, Modo THI, Modo PWD, Modo Color, Modo Power Doppler y Modo TDI. Posibilidad de oblicuar el ángulo de insonación tanto para el modo B (BSteering) como para el modo PWD/CDI (PWD/CDI-Steering). 1(un) Micro convexo electrónico, con Radio de curvatura aproximado de 10 mm y 180º de campo de visión como mínimo, para estudios Endorectales y Endovaginales. Rango de Frecuencias: 3 a 11 MHz, con			

9

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL
Walter CARDENAS ALVARO
División Registro y
Despacho Administrativo
Ministerio de Salud



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Gestión de Sistemas Sanitarios
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

000316

Cm0058

Solicitud de Cotización

Licitación Privada Nro. 00006/2022
Pieza Administrativa E Nro. 21230- E - 2022- 1728 - 0/
RAF 527 FE PROGRAMA FEAPS - REMEDIAR + REDES

Fecha: 20/07/22
Apertura: 29/7/2022 12:00

Nombre o Razón Social del Proponente:
Domicilio:
C.U.I.T:Teléfono:
Correo electrónico:

Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/527 25 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	la posibilidad de seleccionar, desde el panel de operación y como mínimo, 3 frecuencias para modo B, 3 frecuencias para THI, 3 frecuencias para PWD y 3 frecuencias para CDI/PD. Deberá poseer 7 Modos de operación: Modo B, Modo M, Modo THI, Modo PWD, Modo Color, Modo Power Doppler y Modo TDI. 1(uno) Convexo electrónico, de aplicación para pediatría y ginecología. Rango de Frecuencias: 3 a 9 MHz, con la posibilidad de seleccionar, desde el panel de operación y como mínimo, 3 frecuencias para modo B, 3 frecuencias para THI, 3 frecuencias para PWD y 3 frecuencias para CDI/PD. Deberá poseer 6 Modos de operación: Modo B, Modo M, Modo THI, Modo PWD, Modo Color y Modo Power Doppler. Provincia de Tierra del Fuego, Antártida			
	2. SISTEMAS DE REGISTRO Deberá estar provisto de sistemas de registro de imágenes. Todos estos sistemas deberán ser operables desde el panel principal del ecógrafo, sin que existan cables y/o accesorios visibles, y deberán estar ubicados en el cuerpo principal del ecógrafo para optimizar el transporte dentro del ámbito hospitalario. 1 (una) Videoimpresora Blanco y Negro digital, con sus accesorios de conexión, operada desde el panel de operación. Deberá permitir el almacenamiento digital de imágenes (estáticas y dinámicas) en disco rígido, en CD-R y en DVD+R. Los formatos de grabación deberán ser DICOM y			

COPIA FIEL
DEL ORIGINAL
Walter CARDENAS ALVARO
División Registro y
Despacho Administrativo
Ministerio de Salud



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Gestión de Sistemas Sanitarios
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

000316

Cm0058

Solicitud de Cotización

Licitación Privada Nro. 00006/2022
Pieza Administrativa E Nro. 21230- E - 2022- 1728 - 0/
RAF 527 FE PROGRAMA FEAPS - REMEDIAR + REDES

Fecha: 20/07/22
Apertura: 29/7/2022 12:00

Nombre o Razón Social del Proponente:
Domicilio:
C.U.I.T:Teléfono:
Correo electrónico:

Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/527 25 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	Windows compatible (JPEG/BMP/AVI, etc.). Se deberá poder efectuar re-mediciones sobre las imágenes almacenadas en el disco rígido del sistema. El sistema ofertado deberá cumplir con la Norma DICOM 3.0 y deberá poseer las siguientes clases de servicio: Media Storage (Still y Multiframe), Storage SCU (Still y Multiframe), Verification SCU/SCP, Print SCU, Storage Commitment, Modality Worklist Management, Query/Retrieve, Modality Performed Procedure Step y Structured Reporting. 3. SISTEMAS DE PROTECCIÓN - Deberá contar con una batería interna que permita operar el equipo y todas sus funciones, sin conexión a la red eléctrica, y con una autonomía de aproximadamente 20 minutos. Esta batería deberá ser interna al equipo. No se admitirán UPS externas. - Deberá proveerse con 1 (uno) Estabilizador de Tensión, acorde al consumo del equipo y accesorios. NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN Y TODO DATO CONDUCENTE DEBIENDO ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA. NOTA 2: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. NOTA 3: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES			

[Signature]

COPIA FIEL
DEL ORIGINAL
Walter CARDENAS ALVARO
División Registro y
Despacho Administrativo
Ministerio de Salud



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

000316

Secretaría de Gestión de Sistemas Sanitarios
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Licitación Privada Nro. 00006/2022
Pieza Administrativa E Nro. 21230- E - 2022- 1728 - 0/
RAF 527 FE PROGRAMA FEAPS - REMEDIAR + REDES

Fecha: 20/07/22
Apertura: 29/7/2022 12:00

Nombre o Razón Social del Proponente:
Domicilio:
C.U.I.T:Teléfono:
Correo electrónico:

Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/527 25 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO. NOTA 4: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR. NOTA 5: INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y CAPACITACIÓN A USUARIOS Y PERSONAL TÉCNICO, DEBERÁ ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. NOTA 6: SE DEBERÁ ENTREGAR, JUNTO CON EL EQUIPO, LOS MANUALES DE USUARIO Y SERVICIO TÉCNICO, LOS MISMOS DEBEN SER ORIGINALES, COMPLETOS Y EN CASTELLANO. DEBERÁN ENTREGARSE AL MOMENTO DE RECEPCIÓN DEL EQUIPO. NOTA 7: SE DEBERÁ GARANTIZAR POR ESCRITO QUE SE CUENTA CON UN STOCK PERMANENTE DE REPUESTOS CRÍTICOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO POR UN PERÍODO NO INFERIOR A 5 AÑOS. NOTA 8 : SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICACIÓN DE ANMAT VIGENTE DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS. NOTA 9: SE DEBERÁ REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE EN CASO DE CORRESPONDER ANTES DE LA FINALIZACIÓN DE LA GARANTÍA. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE CONFORMADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL - AMEGHINO N.º 709 - RIO GRANDE (CP 9420) - TIERRA DEL FUEGO AEIAS.-			

Memo (Nro: 1) - FORMULARIO DE COTIZACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
LA OFERTA DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL, EN SOBRE CERRADO. SU PRESENTACIÓN Y EL HECHO DE
COTIZAR Y FIRMAR EL PRESENTE FORMULARIO, IMPLICA EL PLENO CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE
TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, COMO ASÍ TAMBIÉN DE

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Walter GARDENAS ALVARO
División Registro y
Despacho Administrativo
Ministerio de Salud



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Gestión de Sistemas Sanitarios
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

000316

Cm0058

Solicitud de Cotización

Licitación Privada Nro. 00006/2022
Pieza Administrativa E Nro. 21230- E - 2022- 1728 - 0/
RAF 527 FE PROGRAMA FEAPS - REMEDIAR + REDES

Fecha: 20/07/22
Apertura: 29/7/2022 12:00

Nombre o Razón Social del Proponente:
Domicilio:
C.U.I.T:Teléfono:
Correo electrónico:

Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/527 25 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	LAS OBLIGACIONES EMERGENTES DE LA ADJUDICACIÓN. TODAS LAS HOJAS QUE CONFORMEN LA OFERTA DEBERÁN ESTAR FIRMADAS Y POR EL OFERTE O POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO. ASIMISMO, LA OFERTA DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADA POR LA GARANTÍA DE OFERTA, EQUIVALENTE AL UNO (1%) DEL TOTAL DE LO COTIZADO. SE INDICA QUE LA OFERTA DEBERÁ COMPLETARSE UTILIZANDO DOS DECIMALES EN LAS COLUMNAS DE CANTIDAD Y PRECIO, EN TODOS LOS RENGLONES QUE LA COMPONEN. ADEMÁS, LA COTIZACIÓN DEBERÁ REALIZARSE SIN CONSIDERAR EL I.V.A., SEGÚN LEY Nº 19.640.			

TOTAL :\$.....

Son Pesos:.....

.....
Firma y Sello Responsable

Los precios deberán expresarse en pesos hasta dos decimales (\$_____)	
Forma de Pago	30 (TREINTA) DÍAS DESDE LA CONFORMIDAD DE LA FACTURA, SEGÚN DTO. PCIAL. 674/11, ART. 34, PTO 96
Plazo de Entrega:	30 (TREINTA) DÍAS DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.
Mantenimiento de Oferta:	30 (TREINTA) DÍAS PRORROGABLES, SEGÚN DTO. PCIAL. Nº 674/11, ART. 34, PTO 47.
Lugar de Entrega:	SEGÚN PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
Recepción de Sobres Cerrados hasta:	SEGÚN PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
Domicilio de presentación de ofertas:	SEGÚN PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
Domicilio de apertura de ofertas:	SEGÚN PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
Vigencia del Contrato:
Garantía de Oferta:	SEGÚN DTO. PCIAL. Nº 674/11, ART. 34, PUNTO 21, a)
Requiere Muestra:	No
Flete a Cargo	PROVEEDOR

COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Walter CARDENAS ALVAREZ
División Registro y
Despacho Administrativo
Ministerio de Salud

Romina Ortega
Secretaria de Coordinación
Ministerio de Salud