



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
Hospital Regional Río Grande

Río Grande, 02 de agosto de 2022.

Anexo A: CONDICIONES TECNICAS PARA ESTUFA DE CULTIVO

Estufa de cultivo de 60x40x40 cm con termómetro digital, 2 estantes y capacidad de 96 lts.

Estufa de Cultivo Digital. modelo SL60CDB
Interior de Acero Inoxidable grado 304 18/8
Exterior de hierro con pintura horneada.
Aislamiento con lana de vidrio.
2 puertas laterales con cierre a falabella giratoria.
2 puertas internas de vidrio (visibilidad 100%).
Ajuste de puerta con cordón de silicona.
Aireador en la parte superior.
Interruptor de corte de funcionamiento
Control digital de Temperatura Autotuning PID Sistema BLAST
Doble visor de temperatura interna y programada
Rango de temperatura de ambiente +5°C a +80°C
Indicadores luminicos de resistencia y de alarma
Exactitud: ± 0.1 °C.
Uniformidad: ± 0,4 % del valor final de temperatura.
Alimentación 220V 50-60 Hz
Medidas Internas: 60 x 40 x 40 cm
Medidas Externas: 78 x 55 x 76 cm
Incluye 2 estantes tipo rejilla regulables (6 posiciones)
Capacidad: 96 L
Peso neto: 44 Kg

Bioq Gisella Di Pietro
Jefe de Servicio
Laboratorio HRRG

Firmado Electrónicamente por
SIN PROFESION DI PIETRO REVEAND GISELLA
LUCIANA
Gobierno de Tierra del Fuego

02/08/2022 16:05