INF Nº 12/2022
Letra: DIHZN-MS
Rio Grande, 17 de agosto 2022

Informe Técnico de Preadjudicación
Contratación Directa N° 166/2022-525

En la ciudad de Río Grande a los 17 días del mes de agosto de 2022, a fin de analizar las ofertas recibidas en la Contratación Directa N° 166/2022-525 tramitada por el expediente MS- E-43530-2022, referente a "ADQUISICION DE UNA AUTOLECTORA DE INDICADORES BIOLOGICO DE OXIDO DE ETILENO PARA EL SERVICIO DE ESTERILIZACION DEL HRRG", habiéndose analizado técnicamente, se procede a avalar la misma:

AVALAR TÉCNICAMENTE

- **Proveedor NASTASI GUSTAVO DANIEL CUIT Nº 20-17594425-8:** RENGLÓN 1 y 2 ALT 00.
- **Proveedor DINAMED BAHIA SRL CUIT Nº 30-71196980-9:** RENGLÓN 1 ALT 00.

NO AVALAR TECNICAMENTE

Proveedor SAWKO ILIANA CONSTANZA CUIT Nº 30-22325872-2: RENGLÓN 2 ALT 00, dado que el formulario de cotización en orden 17 especifica en su descripción indicadores biológicos para lectura rápida y lo cotizado fue cintas testigos para autoclave.

De igual manera, se aconseja preadjudicar a la firma consignada respetando el siguiente Orden de Mérito:

CUADRO DE PREADJUDICACIÓN POR ORDEN DE MÉRITO

N° ORDEN	ORDEN DE MÉRITO	ALT.	PROVEEDOR
ITEM 1	**NASTASI GUSTAVO DANIEL** **DINAMED BAHIA SRL**	00 00	**NASTASI GUSTAVO DANIEL**
ITEM 2	**NASTASI GUSTAVO DANIEL** (Oferta única)	00	**NASTASI GUSTAVO DANIEL**

La elección en el orden de mérito contempla la adquisición de autolectora de indicadores biológicos de marca 3M debido a que el equipo esterilizador por óxido de etileno único en nuestro sistema de salud pública es de la misma marca (3M), a su vez es necesario mencionar que existen otros equipos autolectores para equipos por vapor y peróxido de hidrogeno de igual marca por lo que se tiene en cuenta la continuidad y unificación de la marca para la adquisición de consumibles.

En relación a los ítems con la leyenda "OFERTA ÚNICA", se deja constancia que su precio no resulta inconveniente para el Estado (Dto. Pcial. Nº 674/11 Art. 34 Punto 58).

Bioing. Luciana Ferro
Dir. Ingeniería Hospitalaria ZN
Ministerio de Salud TDF

Firmado Electrónicamente por
INGENIERO FERRO LUCIANA GRACIELA
Gobierno de Tierra del Fuego
DIRECTOR INGENIERÍA ZN
22/08/2022 15:45