

ANEXO I

“S/Adquisición de selladoras de tubos destinados al servicio de Hemoterapia del Hospital Regional Río Grande, dependiente del Ministerio de Salud”.

Renglón 1: 1 (uno) Selladora de tubos de bolsa de sangre de mesa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (mínimas)

- Unidad compacta e integrada.
- Que posea tecnología de radiofrecuencia para el sellado de tubos de polímero de PVC de grado medico sin causar hemolisis ni fugas de sangre.
- Debe aceptar el sellado de tubo de hasta 7 mm de diámetro
- Sellado con corte automático al colocar el tubo entre los electrodos.
- Debe poseer protección por sobrecalentamiento y antichispas incorporado
- Debe poseer alarmas ópticas y acústicas para detección de humedad, suciedad de electrodos y sellado realizado.
- Tiempo de sellado menor a 7 segundos
- Fuente de energía 220V/50 Hz, 220V/60 Hz

Renglón 2: 1 (uno) Selladora de tubos de bolsa de sangre portátil

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Mínimas)

- Unidad compacta e integrada.
- Que posea tecnología de radiofrecuencia para el sellado de tubos de polímero de PVC de grado medico sin causar hemolisis ni fugas de sangre.
- Debe aceptar el sellado de tubo de hasta 7 mm de diámetro
- Sellado con corte automático al colocar el tubo entre los electrodos.
- LED indicador de encendido, sellado y fin de proceso
- De batería ligera compacta, completamente cargada deberá poder realizar al menos el sellado de hasta cuatrocientas (400) tubuladuras
- Protección mecánica del electrodo móvil.
- Cargador de batería con tensión de alimentación 220 v monofásico de 50 Hz
- Autonomía de batería de al menos 120 minutos.

CONSIDERACIONES GENERALES

NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN Y TODO DATO CONDUCENTE DEBIENDO ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA.

NOTA 2: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. : LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS

A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR Y NO EXCLUYENTES, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO.

NOTA 3: EL EQUIPO DEBERÁ ESTAR REGISTRADO EN ANMAT (HABILITACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA OFERTA Y ENTREGA). INDICAR NÚMERO DE REGISTRO Y ADJUNTAR COPIA DE LA CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE.

NOTA 4: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO.

NOTA 5: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR. -

NOTA 6: SE DEBERÁ ENTREGAR, JUNTO CON EL EQUIPO, LOS MANUALES DE USUARIO Y DE SERVICIO TÉCNICO, LOS MISMOS DEBEN SER ORIGINALES, COMPLETOS Y EN CASTELLANO. DEBERÁN ENTREGARSE AL MOMENTO DE RECEPCIÓN DEL EQUIPO.

PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.

LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL DEL HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE – SITO EN LA CALLE MACKINLAY Y PIEDRABUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420.-

**Firmado Electrónicamente por
INGENIERO FERRO LUCIANA
GRACIELA
Gobierno de Tierra del Fuego
DIRECTOR INGENIERIA ZN
24/08/2022 10:01**

Motivo de la solicitud (marque con una X)			
Equipamiento actual obsoleto (X) ↑		Para cubrir nuevas funcionalidades	↑
Escasez de equipamiento	↑	Otro motivo	↑
Describa brevemente el motivo seleccionado:			
Prioridad	Alta	Media (X)	Baja

Equipamiento actual emplazado en Servicio			
Descripción del equipamiento	Cantidad	Estado	
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Solicitante: Dpto. Ingeniería Clínica			
		Cargo: Bioing. Ferro Luciana	Fecha: 05/08/2022
Teléfono y correo electrónico:			

**Firmado Electrónicamente por
INGENIERO FERRO LUCIANA
GRACIELA
Gobierno de Tierra del Fuego
DIRECTOR INGENIERIA ZN
24/08/2022 10:01**