

## PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 12/09/22 15:49:06 Nº de Hoja: 1

Cm0059

Fecha: 12/09/22

Compra N°: 203/2022-525

P.A. Nro.: 35446 Letra: E Año: 2022 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:

Apertura 12/09/22 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo									
Oferente		Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado

#### 401030197-1 Camilla Unidad 1

[2022 525-221] "S/Adquisición camilla de Ecoestrés Eléctrica para Servicio de Cardiología

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SISTEMA DE ECOESTRES

Características Técnicas Camilla -

- Articulación para Rotación en planos longitudinal y transversal por actuadores.
- Ventana lateral móvil con acceso a las vistas apicales para posición de cúbito lateral izquierda.
- Estructura rodante en Acero montada sobre cuatro ruedas con freno, para soportar 150 Kg.
- Tapizado de cuerina lavable y goma espuma de alta densidad.
- Elementos de sujeción para el paciente en el ejercicio.
- · Apoyo o Almohada tipo cuña para facilitar el pedaleo.
- Cinturones de seguridad.
- Dimensiones (mm) aprox: Alto 700 / Ancho 600 / Largo 2000 mm.

# Bicicleta - Cicloergómetro

- Posición controlable por actuador eléctrico.
- · Pedales ajustables .
- Sillín.
- · Comando Programador.
- Resistencia independiente de revoluciones con accionamiento electromagnético y con rutinas de ejercicio variadas.
- Programas para estudios: Manual y Predeterminados.
- Indicadores: Ritmo Cardiaco (LPM), Edad, Calorías, Distancias, Velocidad, Tiempo y Revoluciones por Minuto.

#### CONSIDERACIONES GENERALES

NOTA 1: EI OFERENTE DEBERÁ MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS

EN EL ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN. LA NO PRESENTACIÓN DE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA.

NOTA 2: LOS EQUIPOS SE DEBERÁN ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS

Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

NOTA 3: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO

DEFECTO DE FABRICACIÓN, CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CARGO DEL

PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL

EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO.

NOTA 4: ELTRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTARA CARGO DELPROVEEDOR.-

NOTA 5: INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y CAPACITACIÓN A

USUARIOS Y PERSONALTÉCNICO. PODRA REALIZARSE DE MANERA VIRTUAL.

NOTA 6: EL EQUIPO DEBERÁ ESTAR REGISTRADO EN EL ANMAT. DEBERÁ

CUMPLIMENTAR CON TODO LO ESTABLECIDO EN LA NORMA IRAM 4220-1 (O SU

EQUIVALENTE IEC 60601-1) EXIGIDA PARA EQUIPOS MÉDICOS.

NOTA 7: LOS EQUIPOS OFERTADOS DEBERÁN TENER UNA ACEPTACIÓN DE INSUMOS Y

ACCESORIOS POR UN LAPSO NO MENOR A LOS 5 AÑOS DE LA MARCA, A FIN DE NO



# PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 12/09/22 15:49:06 № de Hoja: 2

Cm0059

Fecha: 12/09/22

Compra N°: 203/2022-525 P.A. Nro.: 35446 Letra: E Año: 2022 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:

Apertura 12/09/22 - 11:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo									
Oferente		Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
	DESACTUALIZARSE EN LOS MISMOS Y ENTRAR EN END SUPPORT DENTRO DE ESE									
	PLAZO DE TIEMPO.									
	NOTA 8: SE DEBERÁ ENTREGAR, JUNTO CON EL EQUIPO, LOS MANUALES DE USUARIO									
	Y SERVICIO TÉCNICO, LO	S MISMOS DEBE	EN SER ORIGINALES, CO	OMPLETOS Y EN						
	CASTELLANO.									
	NOTA 9: LOS VALORES Y	RANGOS INDICA	ADOS SON DESCRIPTIVO	OS A MODO DE INDICA	AR					
	LAS CARACTERÍSTICAS D			,						
	JUICIO DE LA COMISIÓN E									
	PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.									
	LUGAR DE ENTREGA:									
	DEPÓSITO HOSPITAL REGIONAL DE USHUAIA – SITO EN LA CALLE PERITO MORENO									
	4746 - CIUDAD DE USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO - C.P. 9410características.									
	, MARIANO GERMAN	0	1,00	1,00	0,00	0,00	1.963.500,00	1.963.500,00	0,00	0,00
Marca: C/	ARDIOSYSTEM		Laboratorio:							

D. Amp. I.: Camilla- COTIZA CAMILLA DE ECOESTRÉS ELÉCTRICA- MARCA CARDIOSYSTEM- MODELO ECOSTRESS TABLE+ - INDUSTRIA ARGENTINA Observación: Camilla- COTIZA CAMILLA DE ECOESTRÉS ELÉCTRICA- MARCA CARDIOSYSTEM- MODELO ECOSTRESS TABLE+ - INDUSTRIA ARGENTINA