



Impresión: 04/10/22 12:05:23
Nº de Hoja: 1
Cm0059

Compra N°: 1/2022-606
P.A. Nro.: 33455 Letra: E Año: 2022 Ar
Apertura 12/08/22 - 12:00
Cotización con destino a: FDO.CONCIENCIA CANCER DE MAMA-LEY 771 - MS

Renglón		Insumo									
Oferente		Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado	
1		401030334-1 Equipo de coloracion inmunohistoquimica automatico Unidad									
*	[2022 606-1] corresponde cotizar según las características técnicas que se detallan continuación: sistema de tinción automática de inmunohistoquímica para el Servicio de Anatomía Patológica del HRRG ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Automatización completa y estandarización para inmunohistoquímica. Recuperación antigénica, tinción y contraste. Configuración independiente de cada paso, con tiempos y temperaturas. Debe procesar tinciones de SISH, IHC, ISH o FITC aplicando protocolos optimizados para cada técnica. Se debe poder variar y controlar la temperatura y tiempos de incubación. El módulo de tinción debe tener una capacidad de procesamiento de al menos 20 laminillas por corrida, 40 laminillas en 6 horas y 20 adicionales en un procesamiento nocturno. El módulo de fluidos debe constar de contenedores suficientes para proveer soluciones durante el procesamiento de 60 laminillas. El módulo de residuos debe poseer sensor de nivel y capacidad para contener los residuos del procesamiento de 60 laminillas o tres corridas de IHC. Debe tener dispensadores con códigos barra con información referente al reactivo que contiene. Debe poseer cubre objetos líquido Debe poseer mezclador de aire giratorio. Debe poder generar etiquetas con código de barras específico para cada laminilla deben ser compatibles con el sistema VANTAGE y VLM Debe poseer planchas térmicas, incubadoras con control individual que provean la temperatura y tiempo de incubación precisos , ofreciendo un intervalo de temperatura desde la ambiente hasta los 95°C. Sistema abierto que permita utilizar cualquier marca de anticuerpos que existan en el mercado ACCESORIOS MÍNIMOS Se deben incorporar todos los dispositivos necesarios para el funcionamiento seguro y completo del equipo. UPS según requerimiento del sistema. Impresora según requerimiento del sistema Impresora Térmica según requerimiento del sistema Teclado y Mouse PC según requerimiento del sistema. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE INSTALACIÓN: Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Regional Rio Grande – sito en la calle Ameghino 709 – Ciudad de Rio Grande – Tierra del Fuego – C.P. 9420.-										
GENEX DIAGNOSTICS S.R.L.	0	1,00	1,00	0,00	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00		
Marca:	Laboratorio:										
D. Amp. I.: Equipo de coloracion inmunohistoquimica automatico COTIZA XMATRIX ELITE SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO, COMODATO EQUIPO X 12 MESES											
Observación: Equipo de coloracion inmunohistoquimica automatico COTIZA XMATRIX ELITE SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO, COMODATO EQUIPO X 12 MESES											
DROFAST S.R.L.	0	1,00	1,00	0,00	0,00	9.640.800,00	9.640.800,00	0,00	0,00		
Marca:	Laboratorio:										
D. Amp. I.: Equipo de coloracion inmunohistoquimica automatico COTIZA SISTEMA VENTANA BENCHMARK GX SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO											
Observación: Equipo de coloracion inmunohistoquimica automatico COTIZA SISTEMA VENTANA BENCHMARK GX SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO											



Impresión: 04/10/22 12:05:23
Nº de Hoja: 2
Cm0059

Renglón	Insumo									
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado	
DIEGO MARSAN	0	1,00	1,00	0,00	0,00	9.855.000,00	9.855.000,00	0,00	0,00	
Marca:		Laboratorio:								
D. Amp. I.: Equipo de coloracion inmunohistoquimica automatico COTIZA XMATRIX ELITE SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO, COMODATO EQUIPO X 12 MESES										
Observación: Equipo de coloracion inmunohistoquimica automatico COTIZA XMATRIX ELITE SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO, COMODATO EQUIPO X 12 MESES										

