INF Nº 043/2022
Letra: DICZN-MS

Rio Grande, 24 de octubre de 2022

Informe Técnico de Preadjudicación
Contratación Directa N° 224/22-525 – Compulsa Abreviada

En la ciudad de Río Grande a los 24 días del mes de octubre de 2022, a fin de analizar las ofertas recibidas en la CONTRATACIÓN DIRECTA – COMPULSA ABREVIADA N° 224/22-525 tramitada por el expediente MS-E-61860/2022, referente a "-S/ ADQUISICION DE REPUESTO EQUIPO RX RODANTE MARCA PIMAX SDI HRRG", habiéndose analizado técnicamente lo presentado por un único oferente, se procede a avalar la misma:

AVALAR TÉCNICAMENTE

Proveedor RAYOS PIMAX SRL CUIT Nº 30-64520018-3: RENGLÓN 1, ALT 00. Por cumplimentar con las condiciones técnicas solicitadas en la solicitud de cotización, en nro. de orden 15 y según la documentación presentada por el oferente en nro. de orden 21. Se hace notar que la oferta supera el 20% de la reserva inicial, pero se avala, debido a que la firma es el distribuidor oficial del equipo en la República Argentina, razón por la cual es la única empresa que cuenta con los repuestos originales del mismo, es el único oferente que se presentó y el equipo se encuentra fuera de servicio desde hace más de 4 meses aproximadamente por la falta del repuesto que se desea adquirir. Al día de la fecha en el HRRG se encuentra funcional y operativo únicamente el equipo de RX rodante marca Siemens Modelo Polimovil III SN: 04027-S16, el cual se solicitó en calidad de préstamos al CAT.

Este equipo posee una antigüedad mayor a los 15 años, por lo cual el mismo se encuentra discontinuado y no es posible conseguir la totalidad de repuestos necesarios.

Este equipamiento se debe trasladar de manera diaria a diversos sectores para realizar procedimientos de emergencia en pacientes críticos que necesitan de manera urgente un diagnóstico, UTIP, UTIA, Neonatología, Guardia Central.

Este movimiento diario y la antigüedad del equipo requieren de manera frecuente mantenimientos correctivos realizados por personal de este Departamento. Por este motivo es necesario tener operativo el equipo de RX rodante marca PIMAX Mod. MAC R32 Rodante S/N: 39631. Ya que por la antigüedad del equipo Siemens Modelo Polimovil III SN: 04027-S16, no se puede asegurar todos los potenciales mantenimientos correctivos por la falta de repuestos del mismo y ante esta situación el HRRG estaría sin este equipamiento indispensable para el diagnóstico de pacientes críticos.

De igual manera, se aconseja preadjudicar a la firma consignada respetando el siguiente Orden de Mérito:

CUADRO DE PREADJUDICACIÓN POR ORDEN DE MÉRITO

NÚMERO DE ORDEN	ORDEN DE MÉRITO	ALT.	PROVEEDOR
ITEM 1	OFERTA ÚNICA	00	**RAYOS PIMAX SRL**

En relación a los ítems con la leyenda "OFERTA ÚNICA", se deja constancia que su precio no resulta inconveniente para el Estado (Dto. Pcial. Nº 674/11 Art. 34 Punto 58).

Esp. Bioing. Juan Francisco Navoni

Jefe Depto. Ing. Clínica ZN

Firmado Electrónicamente por
INGENIERO NAVONI JUAN FRANCISCO
Gobierno de Tierra del Fuego
JEFE DE DEPARTAMENTO Departamento de Ingeniería Clínica Zona Norte
25/10/2022 14:31