INFORME TECNICO DE PREADJUDICACION

En la ciudad de Ushuaia, a los 12 dias del mes de Diciembre de 2022, a fin de analizar las ofertas recibidas en la Compra Directa Nº 37/2022-500 tramitada por el Expte.Nº MS-E-75465-2021 ,referente a la adquisición, habiéndose analizado técnicamente lo presentado por los oferentes, se procede a avalar las mismas, de acuerdo a lo siguiente:

AVALAR TECNICAMENTE:

Proveedor: BAPROSIS S.R.L- CUIT Nº 30-71214356-4: renglones 15-16-17-18-19-29 31-32- y 33.
Proveedor: ASSERCA S.R.L.- CUIT Nº 33-71073560-9 : renglones: 19 y 33

NO AVALAR TECNICAMENTE:

Proveedor: **ASSERCA S.R.L.- CUIT Nº 33-71073560-9** =
renglón 18= No corresponde a lo solicitado (se cotiza tubo con EDTA y se solicitó tubo con gel para suero)
renglón 31: bolsas Weigao: • Las tubuladuras son demasiado flexibles y elásticas (riesgo de obstrucción de la vía durante la extracción y dificultad en el sellado de tubuladura). • La bolsa presenta una tubuladura corta extra en la parte superior, con un solo sellado, lo que incrementa el riesgo de ruptura y la consiguiente contaminación. • La bolsa de plaquetas tiene una sola apertura para vía (y no dos)

De igual modo, se aconseja preadjudicar a las firmas consignadas respetando el siguiente Orden de Mérito:

CUADRO DE PREADJUDICACION POR ORDEN DE MERITO:

Nº DE ORDEN	ORDEN DE MERITO	ALT.	PROVEEDOR
renglón 15	1º		BAPROSIS S.R.L
renglón 16	1º		BAPROSIS S.R.L
renglón 17	1º		BAPROSIS S.R.L
renglón 18	1º		BAPROSIS S.R.L
renglón 19	1º		ASSERCA S.R.L.
	2º		BAPROSIS S.R.L
renglón 29	1º		BAPROSIS S.R.L
renglón 31	1º		BAPROSIS S.R.L
renglón 32	1º		BAPROSIS S.R.L
renglón 33	1º		ASSERCA S.R.L.
	2º		BAPROSIS S.R.L

NOTA 1: EN LOS RENGLONES: 15,16,17,29 y 32 se elige a un solo proveedor por ajustarse al requerimiento técnico solicitado y ser único oferente, ajustándose las ofertas a lo establecido en el Decreto Pcial. Nº 674/11, Anexo I, Artículo 34º, Punto 58.

NOTA 2: los renglones desiertos se tramitarán por cuerda separada.

NOTA 3: los renglones 18 y 31 de la firma ASSERCA S.R.L., NO fueron avalados técnicamente.

Marcelo Mondini
Bioquímico
Servicio de Hemoterapia HRU

Firmado Electrónicamente por
SIN PROFESION MONDINI MARCELO ANIBAL
Gobierno de Tierra del Fuego

12/12/2022 10:56