Fecha: 06/12/22

Compra N°: 18/2022-536
P.A. Nro.: 61515 Letra: E Año: 2022 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 05/12/22 - 11:00
Cotización con destino a: FE PROYECTO FUNCIONES ESENCIALES DE SALU

Renglón	Insumo								
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**
1	**401030156-2 Microscopio Quirúrgico Oftalmológico UNIDAD**									
*	[2022 536-21] 1 (UNO): MICROSCOPIO OFTALMOLÓGICO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS mínimas De zoom continuo Ocular de 12,5 x Grados de aumento: 4,2 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9/ 11 / 13 / 15 / 17 / 19 / 21 Primer brazo regulable en altura de al menos 35 cm Primer brazo con posibilidad de rotación de al menos 270 grados Segundo Brazo regulable en altura al menos 90 cm Segundo Brazo con posibilidad de rotación de al menos 270 grados Movimiento de enfoque de al menos 500 mm De pie transportable con ruedas anti estáticas y freno Comando de microscopio tipo pedal, el mismo deberá contar con actvación de: Intensidad de Iluminación Prendido/apagado de iluminación Swich de ángulo Controles de foco fino y foco grueso Bloqueo magnéticos Apto para tratamiento de segmento posterior ACCESORIOS MÍNIMOS Sistema de video de grado médico-hospitalario Cámara tipo HD o calidad superior Unidad de control provista de fuente de alimentación Grabador de video de grado médico Sillón para médico intervencionista de grado quirúrgico Monitor/pantalla Microscopio ayudante. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN Y TODO DATO CONDUCENTE DEBIENDO ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA. NOTA 2: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. NOTA 3: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR Y NO EXCLUYENTES, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO. NOTA 4: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO. NOTA 5: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- NOTA 6: INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y CAPACITACIÓN A USUARIOS Y PERSONAL TÉCNICO, DEBERÁ ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD.								

Fecha: 06/12/22

Compra N°: 18/2022-536
P.A. Nro.: 61515 Letra: E Año: 2022 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 05/12/22 - 11:00
Cotización con destino a: FE PROYECTO FUNCIONES ESENCIALES DE SALU

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado

NOTA 7: SE DEBERÁ ENTREGAR, JUNTO CON EL EQUIPO, LOS MANUALES DE USUARIO Y SERVICIO TÉCNICO, LOS MISMOS DEBEN SER ORIGINALES, COMPLETOS. DEBERÁN ENTREGARSE AL MOMENTO DE RECEPCIÓN DEL EQUIPO.
NOTA 8: SE DEBERÁ GARANTIZAR POR ESCRITO QUE SE CUENTA CON UN STOCK PERMANENTE DE REPUESTOS CRÍTICOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO POR UN PERÍODO NO INFERIOR A 5 AÑOS.
PLAZO DE ENTREGA: SESENTA (60) DÍAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL REGIONAL DE USHUAIA – SITO EN 12 DE OCTUBRE Y MAIPU – CIUDAD DE USHUAIA (9410) – TIERRA DEL FUEGO

PEDRO FAULHABER S.R.L.(OPTICARE)	0	1,00	1,00	0,00	0,00	18.489.900,00	18.489.900,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:

D. Amp. I.: Microscopio Quirúrgico Oftalmológico COTIZA EN MONEDA EXTRANJERA: DOLAR
COTIZA MARCA TOPCON, modelo OMS-800 PRO, Incluye binocular ayudante coaxial con X-Y. Con frenos
Y Sistema de video HD para segmento posterior y anterior compuesto por:
1- Adaptador de video 22386 “1/2 Inch TV Relay Lens C Mount TL-7A/MA-2A”
2- 22501K Camara HD con unidad de control y fuente de alimentacion
3- 22508 Grabador HD de video grado medico
4 - Monitor
Incluye Sillon para medico intervencionista
SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO

Observación: Microscopio Quirúrgico Oftalmológico COTIZA EN MONEDA EXTRANJERA: DOLAR
COTIZA MARCA TOPCON, modelo OMS-800 PRO, SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO

Firmado Electrónicamente por
AGENTE NUÑEZ NATALIA ALEJANDRA
Gobierno de Tierra del Fuego
JEFE DE DEPARTAMENTO COMPRAS
06/12/2022 13:30