Ushuaia, 05 de Diciembre del 2022.-

Sra. María Angela Rocchio Batista

Dpto. Compras M.S.

S / D.-

INFORME TÉCNICO DE PREADJUDICACION COMPRA DIRECTA Nº 3/2022-535

En la ciudad de Ushuaia a los CINCO (05) del mes de diciembre de 2022, a fin de analizar la oferta recibida en la Compra Directa Nº 3/2022-535 tramitada por el Expediente Nº 55347-2022, referente al ***adq. Termómetros Infrarrojos destinado a Campaña de vacunación.-*** , habiéndose analizado técnicamente lo presentado por los oferentes, se procede a:

NO AVALAR TÉCNICAMENTE

- Proveedor ***DISTRIBUIDORA AUSTRAL DE INSUMOS MÉDICOS SRL***

CUIT N.º 30-71135581-2

RENGLÓN N.º: 1 *Alternativa N.º 00 Por NO ajustarse a los requerimientos de la "Solicitud de Cotización":*

No provee insumos mínimos solicitados, informando en formulario de cotización la NO PROVISIÓN de pilas, según consta en orden 25

Rango de medición no corresponde a especificaciones técnicas, habiendose solicitado rango entre -30 a 150 °C al menos, la firma oferta rango de 32 a 42,9°C, según consta en orden 26

De igual modo, se aconseja preadjudicar a las firma consignada respetando el siguiente Orden de Mérito:

CUADRO DE PREADJUDICACION POR ORDEN DE MERITO

NUMERO DE ORDEN	ORDEN DE MERITO	ALT	PROVEEDOR
ITEM 1	*Desierto*	00	***Desierto***

Así mismo, se deja constancia que persisitiendo la necesidad se solicita se realice un SEGUNDO LLAMADO.

Sin Otro particular, atte.

Dra GOYOGANA Marina A.

Dirección General de Promoción de la Salud.

Ministerio de Salud

Ing. Emilio Bernedo

Director de Ingeniería Hospitalaria Zona Sur

Ministerio de Salud

Firmado Electrónicamente por
INGENIERO BERNEDO ROBERTO EMILIO
Gobierno de Tierra del Fuego
DIRECTOR DE INGENIERÍA ZONA SUR
06/12/2022 09:04

Firmado Electrónicamente por
MEDICO GOYOGANA MARINA ACACIA
Gobierno de Tierra del Fuego
DIRECTOR PROMOCION DE LA SALUD
07/12/2022 09:54