

INF N° 09/2023  
Letra: DIHZN-MS  
Rio Grande, 09 de marzo de 2023

**Informe Técnico de Preadjudicación**

**Contratación Directa N° 02/2023-580**

En la ciudad de Río Grande a los 08 días del mes de marzo de 2023, a fin de analizar las ofertas recibidas en la Contratación Directa N° 02/2023-580 tramitada por el expediente MS-E-12484-2023, referente a “S/ADQUISICIÓN DE SILLÓN GINECOLÓGICO PARA EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA HRRG”, habiéndose analizado técnicamente, se procede a avalar la misma:

**AVALAR TÉCNICAMENTE**

Proveedor JAEJ S.A.C.U.I.T. N° 30-60656652-9 Renglón 1 alt. 00.

**NO AVALAR TÉCNICAMENTE**

Proveedor GERONIMO DOS SOLES S.A C.U.I.T. N° 30-71074856-6 Renglón 1 alternativa 00, no se ajusta a lo requerido en anexo de especificaciones técnicas. En Nota 1 de Consideraciones Generales se indica “LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, **INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN**”. La no presentación de un informe que indique las características técnicas de lo ofertado no permite realizar una evaluación técnica adecuada, por lo tanto y como se indica en el anexo adjunto al formulario de cotización especificaciones técnicas. **“LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA”**.

De igual manera, se aconseja preadjudicar a la firma consignada respetando el siguiente Orden de Mérito:

**CUADRO DE PREADJUDICACIÓN POR ORDEN DE MÉRITO**

N° ORDEN	ORDEN DE MÉRITO	ALT.	PROVEEDOR
ITEM 1	1° (Oferta única)	00	JAEJ S.A

En relación a los ítems con la leyenda “OFERTA ÚNICA”, se deja constancia que su precio no resulta inconveniente para el Estado (Dto. Pcial. N° 674/11 Art. 34 Punto 58).

Bioing. Luciana Ferro  
Dir. Ingeniería Hospitalaria ZN  
Ministerio de Salud TDF

Firmado Electrónicamente por  
INGENIERO FERRO LUCIANA GRACIELA  
Gobierno de Tierra del Fuego  
DIRECTOR INGENIERÍA ZN  
09/03/2023 10:50