Fecha: 21/03/23

Compra N°: 1/2023-106
P.A. Nro.: 68564 Letra: E Año: 2022 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 16/03/23 - 12:00
Cotización con destino a: Dir Gral Admin Financiera MINISTERIO DE SALUD

| Renglón | Insumo | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oferente** | | **Alt** | **Precio Ref.** | **Cant. Ofertada** | **Cant. Bonificada** | **Cant. Adjudicada** | **Precio Unit. C/Bon** | **Precio Unitario** | **Precio Total Adjudicado C/Bon** | **Precio Total Adjudicado** |
| **1** | **401030333-1 Equipo de aferesis Unidad** | | | | | | | | | |
| * | [2023 106-3] Máquina de aféresis<br>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS<br>Descripción:<br>Máquina de aféresis automatizada<br>Deberá poseer sistema de protocolos varios selecionables (formatos de recolección de muestra)<br>Poseer pantalla de interface usuario de LCD o superior, de al menos 4 pulgadas<br>Presentación online y offline de volúmenes procesados y tiempos transcurridos<br>Poseer monitor de flujo para anticoagulante y cuenta gotas.<br>Diferenciación de muestras mediante codificación inequívoca, apta para la trasmisión de datos<br>Sistema de centrifugado, con motor de velocidad variable de al menos 6000 rpm<br>Poseer sistema de fijación de recipientes de fluidos en centrifugado<br>Detección de presencia de recipiente de fluidos.<br>Detección de fuga de líquidos dentro de centrífugado.<br>Tapa de centrífuga con autoblooqueo de seguridad en funcionamiento<br>Apto para la separación de hemocomponentes con líneas independientes de trasporte.<br>Deberá poseer bombas independientes para los circuitos de sangre, anticoagulante y transferencia, con activación independiente de tipo peristáltica o en su defecto se deberá informar tecnología utilizada para su evaluación y aprobación.<br>Las bombas deberán encontrarse claramente diferenciadas.<br>Deberá poseer sensado de hemocomponentes tratados y balanza para medición de peso de los mismos<br>Poseer monitores de presión tanto para el donante como del sistema de extracción y control de burbujas de aire.<br>Deberá presentar: indicaciones luminosas de donación en curso, alarmas de fin de ciclo.<br>Alimentación 220 volt – 50 Hz<br>Insumos Mínimos:<br>Juego de soportes para insumos desechables<br>2 (dos) Mangos de medición de presión adulto<br>30 (treinta) equipos de extracción completos descartables (todos los insumos necesarios para el correcto funcionamiento de 30 procedimientos)<br>Manuales de usuario en español<br>Manual Técnico<br>CONSIDERACIONES GENERALES<br>NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZ ACOMPAÑAR A LAPROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA.<br>NOTA 2: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.<br>NOTA 3: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN D<br>NOTA 4: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO HAGA USO DE LA GARANTÍA PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO.<br>NOTA 5: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-<br>NOTA 6 : SE DEBERÁ ENTREGAR, JUNTO CON EL EQUIPO, LOS MANUALES DE USUARIO Y SERVICIO TÉCNICO, LOS MISMOS DEBEN SER ORIGINALES, COMPLETOS Y EN CASTELLANO. DEBERÁN ENTREGARSE AL MOMEN<br>NOTA 7 :SE DEBERÁ GARANTIZAR POR ESCRITO QUE SE CUENTA CON UN STOCK PERMANENTE DE REPUESTOS CRÍTICOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO POR UN PE<br>NOTA 8 : SE DEBERÁ PRESENTAR EN CASO DE EXISTIR CERTIFICACIÓN DEL EQUIPO, TAL COMO ANMAT, CE, IRAM e ISO, PARA EL ANÁLISIS Y PONDERACIÓN TÉCNICA EFECTUADA POR EL COMITÉ DE PREADJUDICACIÓN | | | | | | | | |

Fecha: 21/03/23

Compra N°: 1/2023-106
P.A. Nro.: 68564 Letra: E Año: 2022 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 16/03/23 - 12:00
Cotización con destino a: Dir Gral Admin Financiera MINISTERIO DE SALUD

**Renglón** **Insumo**

| Oferente | Alt | Precio Ref. | Cant. Ofertada | Cant. Bonificada | Cant. Adjudicada | Precio Unit. C/Bon | Precio Unitario | Precio Total Adjudicado C/Bon | Precio Total Adjudicado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.<br>LUGAR DE ENTREGA: DEPARTAMENTO INGENIERIA CLINICA ZONA SUR – 12 DE OCTUBRE N.º 65 – USHUAIA (9410) – TIERRA DEL FUEGO AEIAS. | | | | | | | | | |
| ASERTIVA S.A. | 0 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 12.818.320,00 | 12.818.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| Marca: | | Laboratorio: | | | | | | | |

**D. Amp. I.:** Equipo de aferesis- VER FOLLETERÍA ADJUNTA
**Observación:** Equipo de aferesis- VER FOLLETERÍA ADJUNTA