



Resolución S.G.A. N° 50 /2021.-
RECTIFICACION INFORME TÉCNICO DE
PREADJUDICACION COMPRA DIRECTA N° 11/2023-
529

En la ciudad de Ushuaia a los 03 (tres) días del mes de marzo de 2023, a fin de analizar las ofertas recibidas en la Compra Directa N° 11/2023-529 tramitada por el Expediente N° E-6833-2023, referente a la adquisición Trimestral de Insumos solicitados por el Servicio de Hemodiálisis del HRU, habiéndose analizado técnicamente lo presentado por los oferentes, se procede a avalar las mismas:

AVALAR TÉCNICAMENTE

- Proveedor ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO CUIT N° 20-12284563-0: Renglones N° 4, N° 5, y N° 9.
- Proveedor NASTASI, GUSTAVO DANIEL CUIT N° 20-17594425-8: Renglones N° 1, N° 2, N° 3, N° 6, N° 8, N° 9 .
- Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION CUIT N° 33-69350173-9: Renglones N° 09.
- Proveedor BAPROSIS S.R.L CUIT N° 30-71214356-4: Renglones N° 6.
- Proveedor EURO PHARMA SA CUIT N° 30-71407977-4: Renglones N° 6 y N° 9.

NO AVALAR TÉCNICAMENTE

- Proveedor ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO CUIT N° 20-12284563-0: Renglones N° 7 por no ajustarse a lo solicitado Catéter French solicitado 11, ofrecido 12 French) Renglón N° 8 Altern 00 y 01: Si bien el insumo corresponde básicamente a lo solicitado este servicio no tiene experiencia con la marca propuesta para seleccionarlo en un trimestral.



- Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION CUIT N° 33-69350173-9: Renglones N° 4 y N° 5. Si bien el insumo corresponde a lo solicitado en prueba del con equipos Fresenius se ha notado incompatibilidad de maquina con la tubuladura, provocando numerosos inconvenientes durante el tratamiento.

Renglón N° 6 no corresponde a lo solicitado en Nota Pedido.

- Renglón N° 8 Si bien el insumo corresponde básicamente a lo solicitado este servicio no tiene experiencia con la marca propuesta para seleccionarlo en un trimestral.
- Proveedor NASTASI, GUSTAVO DANIEL CUIT N° 20-17594425-8: Renglones N° 7 no corresponde a lo solicitado en Nota Pedido.(Catéter ofrecido es de 11x15 Curvo)
- Proveedor BAPROSIS S.R.L CUIT N° 30-71214356-4: Renglón N° 4 y N°5. Si bien el insumo corresponde básicamente a lo solicitado, los equipos Fresenius de nuestro servicio han mostrado no ser compatibles con la marca propuesta.
Renglón N°7 no corresponde a lo solicitado en Nota Pedido. (catéteres de Marca Nipro rama recta solo se comercializa en su variante “permanente”).
- Renglón N° 8 Si bien el insumo corresponde básicamente a lo solicitado este servicio no tiene experiencia con la marca propuesta para seleccionarlo en un trimestral.
- Renglón N°9 no corresponde a lo solicitado en Nota Pedido
- Proveedor EURO PHARMA SA CUIT N° 30-71407977-4: Renglones N° 7, y N° 8 Si bien el insumo corresponde básicamente a lo solicitado este servicio no tiene experiencia con la marca propuesta para seleccionarlo en un trimestral.

De igual modo, se aconseja pre adjudicar a las firmas consignadas respetando el siguiente Orden de Mérito:

CUADRO DE PREADJUDICACION POR ORDEN DE MERITO

NUMERO DE ORDEN	ORDEN DE MERITO	ALT.	PROVEEDOR
ITEM 1	OFERTA UNICA	0	NASTASI, GUSTAVO DANIEL
ITEM 2	OFERTA UNICA	0	NASTASI, GUSTAVO DANIEL
ITEM 3	OFERTA UNICA	0	NASTASI, GUSTAVO DANIEL
ITEM 4	1°	0	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO
ITEM 5	1º	0	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO
ITEM 6	1º	0	NASTASI, GUSTAVO DANIEL
	2do	0	BAPROSIS S.R.L.
	3ro	0	EURO PHARMA SA
ITEM 7	DESIERTO	0	
ITEM 8	1°	0	NASTASI, GUSTAVO DANIEL
ITEM 9	1°	0	NIPRO MEDICAL CORPORATION

	2°	0	NASTASI, GUSTAVO DANIEL
	3°	0	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO
	4º	0	BAPROSIS S.R.L.
	5to	0	EURO PHARMA

ACLARACIONES IMPORTANTES

- ✓ Los ítems con la leyenda DESIERTO / FRACASADO (“fracaso” en caso de “no aval a todo lo ofrecido”) deben considerarse que persiste la necesidad de su utilización, por lo cual se tramitará por cuerda separada su adquisición.
- ✓ En relación a los ítems con la leyenda “Oferta única”, se deja constancia que su precio no resulta inconveniente para el Estado (Dto. Pcial. N° 674/11, Art. 34, Punto 58)

Firmado Electrónicamente por
DOCTOR AGUAD ZARINA RITA
Gobierno de Tierra del Fuego
JEFE DE DEPARTAMENTO jefe de Depto de
Medicina
03/03/2023 14:37