PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Fecha: 11/05/23

Compra N°: 124/2023-525 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 104)
P.A. Nro.: 22070 Letra: E Año: 2023 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 11/05/23 - 11:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo								
Oferente	**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**
1	**300030003-45 Mantenimiento y Reparación de Equipos Médicos UNIDAD**								
CERETANI, PABLO LUIS	0	1,00	1,00	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00

Marca: SIN DATOS Laboratorio:

D. Amp. I.: Mantenimiento y Reparación de Equipos Médicos
Mantenimiento preventivo y correctivo de Mamógrafo Hologic Selenia SN 2841214W8272

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Se debe realizar:
Procedimientos:
o Chequeo y ajuste del sistema mecánico.
o Chequeo y calibración de los principales parámetros del sistema.
o Calibración del generador de RX.
o Recalibración del detector.
o Recalibración de la grilla.
o Calibración de calidad de imágenes.
o Configuración de seteos de envíos de imágenes.
o Control de Calidad.
o Limpieza general del equipo.
o Ajuste de partes.
o Verificación del sistema electrónico.
o Recarga de Software en placa brick.
o Ajuste de sensor de reconocimiento de placa amplificadora

Observación: Mantenimiento y Reparación de Equipos Médicos
Mantenimiento preventivo y correctivo de Mamógrafo Hologic Selenia SN 2841214W8272

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Se debe realizar:
Procedimientos:
o Chequeo y ajuste del sistema mecánico.
o Chequeo y calibra