PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Fecha: 29/05/23

Compra N°: 5/2023-527
P.A. Nro.: 20219 Letra: E Año: 2023 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 22/05/23 - 11:00
Cotización con destino a: FE Programa Redes de Salud (Ex FEAPS)

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado

1 **290050002-606 Laringoscopio Unidad**

*

[2023 527-10] Laringoscopio Neonatal
Descripción:
Laringoscopio de uso neonatal/pediátrico
Iluminación a LED
De acero inoxidable
De tres ramas Miller, medidas: 00, 0, 1
Tipo de transmisión de luz: fibra óptica
De acople rápido
Funcionamiento a pilas
ACCESORIOS MÍNIMOS:
• Al menos una (1) lámpara de repuesto por equipo
• Estuche de almacenaje
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZ ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA, SE DEBERÁ ADJUNTAR CERTIFICADO DE ANMAT VIGENTE DEL EQ
NOTA 2: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
NOTA 3: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO.
NOTA 4: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍOD ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO.
NOTA 5: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
NOTA 6 : EL EQUIPO DEBERÁ ESTAR REGISTRADO EN EL ANMAT. DEBERÁ CUMPLIMENTAR CON TODO LO ESTABLECIDO EN LA NORMA IRAM 4220-1 (O SU EQUIVALENTE IEC 60601-1) EXIGIDA PARA EQUIPOS MÉDICOS.
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA - PAÑOL – SITO EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE Y MAIPU – CIUDAD DE USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.-

ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	0	1,00	4,00	0,00	0,00	25.240,00	25.240,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:
D. Amp. I.: Laringoscopio- COTIZA PLUS
Observación: Laringoscopio- COTIZA PLUS

INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA	0	1,00	4,00	0,00	0,00	37.917,33	37.917,33	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:
D. Amp. I.: Laringoscopio- VER CARACTERÍSTICAS EN PRESUPUESTO ADJUNTO
Observación: Laringoscopio- VER CARACTERÍSTICAS EN PRESUPUESTO ADJUNTO

2 **290050002-606 Laringoscopio Unidad**

*

[2023 527-10] Laringoscopio con ramas curvas
Descripción:
Laringoscopio de ramas curvas
Iluminación a LED
De acero inoxidable
De al menos cuatro ramas Mc-Intosh, medidas: 1, 2, 3 y 4
De acople rápido
Tipo de transmisión de luz: fibra óptica

Fecha: 29/05/23

Compra N°: 5/2023-527
P.A. Nro.: 20219 Letra: E Año: 2023 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 22/05/23 - 11:00
Cotización con destino a: FE Programa Redes de Salud (Ex FEAPS)

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado

Funcionamiento a pilas
ACCESORIOS MÍNIMOS:
• Al menos una (1) lámpara de repuesto por equipo
• Estuche de almacenaje
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZ ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA, SE DEBERÁ ADJUNTAR CERTIFICADO DE ANMAT VIGENTE DEL EQ
NOTA 2: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
NOTA 3: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN D
NOTA 4: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍOD ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO
NOTA 5: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
NOTA 6 : EL EQUIPO DEBERÁ ESTAR REGISTRADO EN EL ANMAT. DEBERÁ CUMPLIMENTAR CON TODO LO ESTABLECIDO EN LA NORMA IRAM 4220-1 (O SU EQUIVALENTE IEC 60601-1) EXIGIDA PARA EQUIPOS MÉDICOS.
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA - PAÑOL – SITO EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE Y MAIPU – CIUDAD DE USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.-

ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	0	1,00	26,00	0,00	0,00	25.240,00	25.240,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							
D. Amp. I.: Laringoscopio- COTIZA PLUS									
Observación: Laringoscopio- COTIZA PLUS									
INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA	0	1,00	26,00	0,00	0,00	48.193,98	48.193,98	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							
D. Amp. I.: Laringoscopio- VER CARACTERÍSTICAS EN PRESUPUESTO ADJUNTO									
Observación: Laringoscopio- VER CARACTERÍSTICAS EN PRESUPUESTO ADJUNTO									

3 **290050002-606 Laringoscopio Unidad**

*

[2023 527-10] Laringoscopio con ramas rectas
Descripción:
Laringoscopio de ramas rectas
Iluminación a LED
De acero inoxidable
De al menos 4 (cuatro) ramas Miller, medidas: 0, 1, 2 y 3
De acople rápido
Tipo de transmisión de luz: fibra óptica
Funcionamiento a pilas
ACCESORIOS MÍNIMOS:
• Al menos una (1) lámpara de repuesto por equipo
• Estuche de almacenaje
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZ ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA, SE DEBERÁ ADJUNTAR CERTIFICADO DE ANMAT VIGENTE DEL EQ
NOTA 2: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
NOTA 3: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN D
NOTA 4: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍOD ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO.

Fecha: 29/05/23

Compra N°: 5/2023-527
P.A. Nro.: 20219 Letra: E Año: 2023 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 22/05/23 - 11:00
Cotización con destino a: FE Programa Redes de Salud (Ex FEAPS)

Renglón	Insumo

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado

NOTA 5: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
NOTA 6 : EL EQUIPO DEBERÁ ESTAR REGISTRADO EN EL ANMAT. DEBERÁ CUMPLIMENTAR CON TODO LO ESTABLECIDO EN LA NORMA IRAM 4220-1 (O SU EQUIVALENTE IEC 60601-1) EXIGIDA PARA EQUIPOS MÉDICOS.
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA - PAÑOL – SITO EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE Y MAIPU – CIUDAD DE USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.-

ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	0	1,00	17,00	0,00	0,00	96.641,00	96.641,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							
D. Amp. I.: Laringoscopio- COTIZA SUPER PREMIUM RSS									
Observación: Laringoscopio- COTIZA SUPER PREMIUM RSS									
INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA	0	1,00	17,00	0,00	0,00	143.551,57	143.551,57	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							
D. Amp. I.: Laringoscopio- VER CARACTERÍSTICAS EN PRESUPUESTO ADJUNTO									
Observación: Laringoscopio- VER CARACTERÍSTICAS EN PRESUPUESTO ADJUNTO									

4 **290050002-606 Laringoscopio Unidad**

* [2023 527-10] Laringoscopio con ramas rectas y curvas
Descripción:
Kit Laringoscopio de ramas curvas y rectas (en caso de que la marca ofertada no posea el formato, podrá cotizarse combinando equipos)
Iluminación a LED
De acero inoxidable
De al menos 4 (cuatro) ramas Miller, medidas: 00, 0, 1 y 2
De al menos tres ramas Mc-Intosh, medidas: 2, 3 y 4
De acople rápido
Tipo de transmisión de luz: fibra óptica
Poseer dos mangos
Funcionamiento a pilas
ACCESORIOS MÍNIMOS:
• Al menos una (1) lámpara de repuesto por mango
• Estuche de almacenaje
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZ
ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA, SE DEBERÁ ADJUNTAR CERTIFICADO DE ANMAT VIGENTE DEL EQ
NOTA 2: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
NOTA 3: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN D
NOTA 4: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍOD
ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO
NOTA 5: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
NOTA 6 : EL EQUIPO DEBERÁ ESTAR REGISTRADO EN EL ANMAT. DEBERÁ CUMPLIMENTAR CON TODO LO ESTABLECIDO EN LA NORMA IRAM 4220-1 (O SU EQUIVALENTE IEC 60601-1) EXIGIDA PARA EQUIPOS MÉDICOS.
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA - PAÑOL – SITO EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE Y MAIPU – CIUDAD DE USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.-

ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	0	1,00	15,00	0,00	0,00	176.303,00	176.303,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							
D. Amp. I.: Laringoscopio- COTIZA SUPER PREMIUM RSS									
Observación: Laringoscopio- COTIZA SUPER PREMIUM RSS									

Fecha: 29/05/23

Compra N°: 5/2023-527
P.A. Nro.: 20219 Letra: E Año: 2023 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 22/05/23 - 11:00
Cotización con destino a: FE Programa Redes de Salud (Ex FEAPS)

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA	0	1,00	15,00	0,00	0,00	261.407,07	261.407,07	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:
D. Amp. I.: Laringoscopio- VER CARACTERÍSTICAS EN PRESUPUESTO ADJUNTO
Observación: Laringoscopio- VER CARACTERÍSTICAS EN PRESUPUESTO ADJUNTO

5 **401030300-47 PANTOSCOPIO UNIDAD**

* [2023 527-10] Pantoscopio
Descripción:
Pantoscopio
Poseer cabezal de otoscopio
Otoscopio con aumento
Poseer cabezal de oftalmoscopio
Mango universal
Iluminación a LED
Funcionamiento a pilas
ACCESORIOS MÍNIMOS:
• Al menos una (1) lámpara de repuesto por equipo
• Estuche de almacenaje
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZ ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA, SE DEBERÁ ADJUNTAR CERTIFICADO DE ANMAT VIGENTE DEL EQ
NOTA 2: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
NOTA 3: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN D
NOTA 4: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍOD ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO.
NOTA 5: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
NOTA 6 : EL EQUIPO DEBERÁ ESTAR REGISTRADO EN EL ANMAT. DEBERÁ CUMPLIMENTAR CON TODO LO ESTABLECIDO EN LA NORMA IRAM 4220-1 (O SU EQUIVALENTE IEC 60601-1) EXIGIDA PARA EQUIPOS MÉDICOS.
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA - PAÑOL – SITO EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE Y MAIPU – CIUDAD DE USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.-

ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	0	1,00	20,00	0,00	0,00	41.739,00	41.739,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:
D. Amp. I.: PANTOSCOPIO- COTIZA RSS
Observación: PANTOSCOPIO- COTIZA RSS

INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA	0	1,00	20,00	0,00	0,00	62.325,91	62.325,91	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:
D. Amp. I.: PANTOSCOPIO- VER CARACTERÍSTICAS EN PRESUPUESTO ADJUNTO
Observación: PANTOSCOPIO- VER CARACTERÍSTICAS EN PRESUPUESTO ADJUNTO