



Impresión: 29/06/23 09:57:56
Nº de Hoja: 1
Cm0059

Renglón	Insumo
Oferente	Alt Precio Ref. Cant. Ofertada Cant. Bonificada Cant. Adjudicada Precio Unit. C/Bon Precio Unitario Precio Total Adjudicado C/Bon Precio Total Adjudicado
1	401020015-1 Carro de transporte unidad
*	[2023 525-207] Carro de transporte - COTIZA BIOTECNICA - (ELEVA 300 E-220) CARRO ELEVADOR RODANTE (VER ACLARACIONES EN PRESUPUESTO ADJUNTO) CARRO ELEVADOR RODANTE PARA ÓBITO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Carro elevador para el traslado, posicionamiento y elevación de óbitos en bandejas de acero inoxidable. De altura variable de al menos entre 50 cm y 150 cm Deberá poseer soporte inferior con cuatro ruedas, al menos dos con freno. Deberá contar con elementos mínimos de manipulación: manija de empuje, columna guía (de altura), y plataforma horizontal con rodillos para manejo de bandeja, se deberá indicar tipo de fabricación. Movimiento vertical de tipo eléctrico, se deberá indicar peso máximo de carga, no pudiendo ser inferior a 120 Kg. Debe ser alimentada de corriente eléctrica monofásica con tierra. Tendrá 10 m de alcance. Los movimientos horizontales son manuales. Dimensiones mínimas: 200 cm x 80 cm. Tipo de material: acero SAE 1010, o superior. Accesorios Mínimos Bandeja para óbitos: de acero inoxidable calidad del material AISI 304 o superior: medidas aproximadas: 2 mtrs x 0,70 mtrs, deberá poseer ruedas para un manejo óptimo CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN Y TODO DATO CONDUCENTE DEBIENDO ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA. NOTA 2: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. NOTA 3: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR Y EXCLUYENTES, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO. NOTA 4: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO HAGA USO DE LA GARANTÍA PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO. NOTA 5: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- NOTA 6 : SE DEBERÁ ENTREGAR, JUNTO CON EL EQUIPO, LOS MANUALES DE USUARIO, LOS MISMOS DEBEN SER ORIGINALES, COMPLETOS Y EN CASTELLANO. DEBERÁN ENTREGARSE AL MOMENTO DE RECEPCIÓN DEL EQUIPO. NOTA 7 :SE DEBERÁ GARANTIZAR POR ESCRITO QUE SE CUENTA CON UN STOCK PERMANENTE DE REPUESTOS CRÍTICOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO POR UN PERÍODO DE PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: UNA UNIDAD EN: DIRECCION DE INGENIERIA ZONA SUR – 12 DE OCTUBRE 65 – USHUAIA (9410) – TIERRA DEL FUEGO - AelIAS UNA UNIDAD EN: DIRECCION DE INGENIERIA ZONA NORTE – AMEGHINO 709 – RIO GRANDE (9420) -TIERRA DEL FUEGO AelIAS
ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	01,002,000,000,004.464.000,004.464.000,000,000,00
Marca: BIOTECNICA	Laboratorio:
D. Amp. I.: Carro de transporte - COTIZA BIOTECNICA - (ELEVA 300 E-220) CARRO ELEVADOR RODANTE (VER ACLARACIONES EN PRESUPUESTO ADJUNTO)	
Observación: Carro de transporte - COTIZA BIOTECNICA - (ELEVA 300 E-220) CARRO ELEVADOR RODANTE (VER ACLARACIONES EN PRESUPUESTO ADJUNTO)	