PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Fecha: 31/07/23

Compra N°: 218/2023-525 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 179)
P.A. Nro.: 17766 Letra: E Año: 2023 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 28/07/23 - 15:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo									
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**
1	**401030179-1 CAMILLA GINECOLOGICA UNIDAD**									
*	Debe El lecho deberá ser de al menos 3 planos articulados y estructura resistente construido de perfiles de acero. Debe contar con un diseño ergonómico que permita el acceso a pacientes con movilidad reducida. Debe poseer posapiés regulables en diferentes posiciones para exploración ginecológica, Debe permitir posicionamiento Trendelenburg. El tapizado debe ser antibacteriano, lavable y sin costuras. Debe soportar una carga de al menos 120 kg. Debe incluir bandeja para instrumental y recoger residuos de acero inoxidable extraíble.									
INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA		1	1,00	1,00	0,00	0,00	1.063.173,83	1.063.173,83	0,00	0,00
Marca:			Laboratorio:							
D. Amp. I.:	CAMILLA GINECOLOGICA COTIZA SILLON GINECOLOGICO CS-PLUS EKHOSON SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO [2023 525-226] Debe El lecho deberá ser de al menos 3 planos articulados y estructura resistente construido de perfiles de acero. Debe contar con un diseño ergonómico que permita el acceso a pacientes con movilidad reducida. Debe poseer posapiés regulables en diferentes posiciones para exploración ginecológica, Debe permitir posicionamiento Trendelenburg. El tapizado debe ser antibacteriano, lavable y sin costuras. Debe soportar una carga de al menos 120 kg. Debe incluir bandeja para instrumental y recoger residuos de acero inoxidable extraíble.									
INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA		0	1,00	1,00	0,00	0,00	4.067.411,25	4.067.411,25	0,00	0,00
Marca:			Laboratorio:							
D. Amp. I.:	CAMILLA GINECOLOGICA COTIZA SILLON GINECOLOGICO SG-2 EKHOSON SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO [2023 525-226] Debe El lecho deberá ser de al menos 3 planos articulados y estructura resistente construido de perfiles de acero. Debe contar con un diseño ergonómico que permita el acceso a pacientes con movilidad reducida. Debe poseer posapiés regulables en diferentes posiciones para exploración ginecológica, Debe permitir posicionamiento Trendelenburg. El tapizado debe ser antibacteriano, lavable y sin costuras. Debe soportar una carga de al menos 120 kg. Debe incluir bandeja para instrumental y recoger residuos de acero inoxidable extraíble.									
3	**401030161-1 DETECTOR DE LATIDOS FETALES UNIDADES**									
*	Equipo portátil con soporte para transductor, con panel de control y pantalla para visualización LCD. Que posee ajuste de volumen y brillo, con visualizador de frecuencia cardíaca. Que posea transductor ultrasónico Frecuencia de trabajo de al menos 2.5 Mhz con intensidad ultrasónica menor de 10 mW/cm2, método de detección autocorrelación de FCF instantánea, latido a latido, salida de audio 5 watts, rango de cálculo de FCF de 50 a 210 bpm. Que incluya batería recargable e incorporada con autonomía mínima de 30 minutos. Que posea indicador de batería baja									

Fecha: 31/07/23

Compra N°: 218/2023-525 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 179)
P.A. Nro.: 17766 Letra: E Año: 2023 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 28/07/23 - 15:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo									
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**
	Que incluya estuche protector.									
INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA		0	1,00	1,00	0,00	0,00	345.957,25	345.957,25	0,00	0,00
Marca:			Laboratorio:							
D. Amp. I.:	DETECTOR DE LATIDOS FETALES COTIZA DETECTOR FETAL BT-250 BISTOS SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO [2023 525-226] Equipo portátil con soporte para transductor, con panel de control y pantalla para visualización LCD. Que posee ajuste de volumen y brillo, con visualizador de frecuencia cardíaca. Que posea transductor ultrasónico Frecuencia de trabajo de al menos 2.5 Mhz con intensidad ultrasónica menor de 10 mW/cm2, método de detección autocorrelación de FCF instantánea, latido a latido, salida de audio 5 watts, rango de cálculo de FCF de 50 a 210 bpm. Que incluya batería recargable e incorporada con autonomía mínima de 30 minutos. Que posea indicador de batería baja Que incluya estuche protector.									
4	**401030088-1 monitor de latidos fetales unidad**									
*	Pantalla LED de al menos 5 pulgadas para visualización de FCF y CU Que pueda soportar manejo de datos de al menos 100 pacientes. Que posea programa para captura, visualización y almacenaje de registros en PC. Que pueda realizar análisis automático CTG (cardiotocográfico). Que posea Alarmas por desconexión de transductor, problemas en la impresora, alarmas de taquicardia y bradicardia con umbrales variables. Rango de frecuencia (FHR): 30 – 240 FHR Que incluya transductor de Ultrasonido Doppler con cinturón de sujeción. Que incluya transductores UC, con cinturón de sujeción. Que incluya al menos 10 rollos de papel. Alimentación eléctrica 220V CA/50 HZ.									
INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA		0	1,00	1,00	0,00	0,00	1.384.487,17	1.384.487,17	0,00	0,00
Marca:			Laboratorio:							
D. Amp. I.:	monitor de latidos fetales COTIZA MONITOR FETAL BT-350 LED, BISTOS SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO [2023 525-226] Pantalla LED de al menos 5 pulgadas para visualización de FCF y CU Que pueda soportar manejo de datos de al menos 100 pacientes. Que posea programa para captura, visualización y almacenaje de registros en PC. Que pueda realizar análisis automático CTG (cardiotocográfico). Que posea Alarmas por desconexión de transductor, problemas en la impresora, alarmas de taquicardia y bradicardia con umbrales variables. Rango de frecuencia (FHR): 30 – 240 FHR Que incluya transductor de Ultrasonido Doppler con cinturón de sujeción. Que incluya transductores UC, con cinturón de sujeción. Que incluya al menos 10 rollos de papel. Alimentación eléctrica 220V CA/50 HZ.									

Firmado Electrónicamente por
AGENTE NUÑEZ NATALIA ALEJANDRA
Gobierno de Tierra del Fuego
JEFE DE DEPARTAMENTO COMPRAS
31/07/2023 16:32