PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Fecha: 04/10/23

Compra N°: 289/2023-525 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 259)
P.A. Nro.: 60187 Letra: Año: 2023 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 03/10/23 - 11:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado

1 **290030091-1 Bateria 12v UNIDAD**

* Baterías compatibles con incubadoras Medix y Fanem
Especificaciones técnicas
Voltaje: 12V.
Capacidad: 24 AH
Dimensiones: 165 x 125 x 175 mm aproximadamente.
Composición de la batería: Gel ácido.
Peso: 10 kilos máximo.
Tipo de terminal: J.
Clasificación de batería: AGM.
Construcción sellada a prueba de fugas.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TODO DATO CONDUCENTE DEBIENDO ACOMPAÑAR A L PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA.
NOTA 2: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS
CARACTERÍSTICAS LOS INSUMOS A ADQUIRIR Y NO EXCLUYENTES, QUEDANDO A JUICIO DE LA
COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO.
NOTA 3: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE 6 (SEIS) MESES CONTRA TODO DEFECTO DE
FABRICACIÓN. EN EL CASO EN QUE EL INSUMO HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA
DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL INSUMO ES REMPLAZADO.
NOTA 4: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y PAÑOL - HOSPITAL REGIONAL USHUAIA GOBERNADOR
ERNESTO CAMPOS – 12 DE OCTUBRE Y MAIPÚ - CIUDAD DE USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO -
C.P. 9410.-

BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	10,00	0,00	0,00	98.450,00	98.450,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:

D. Amp. I.: Bateria 12v - COTIZA BATERÍA GP12260B1 - CSB 12V 26AH (SEGÚN FORMULARIO DE COTIZACIÓN ADJUNTO)
[2023 525-316] Baterías compatibles con incubadoras Medix y Fanem
Especificaciones técnicas
Voltaje: 12V.
Capacidad: 24 AH
Dimensiones: 165 x 125 x 175 mm aproximadamente.
Composición de la batería: Gel ácido.
Peso: 10 kilos máximo.
Tipo de terminal: J.
Clasificación de batería: AGM.
Construcción sellada a prueba de fugas.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TODO DATO CONDUCENTE DEBIENDO ACOMPAÑAR A L PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA.
NOTA 2: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS
CARACTERÍSTICAS LOS INSUMOS A ADQUIRIR Y NO EXCLUYENTES, QUEDANDO A JUICIO DE LA

Fecha: 04/10/23

Compra N°: 289/2023-525 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 259)
P.A. Nro.: 60187 Letra: Año: 2023 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 03/10/23 - 11:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo									
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**

COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO.
NOTA 3: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE 6 (SEIS) MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN. EN EL CASO EN QUE EL INSUMO HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL INSUMO ES REMPLAZADO.
NOTA 4: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y PAÑOL - HOSPITAL REGIONAL USHUAIA GOBERNADOR ERNESTO CAMPOS – 12 DE OCTUBRE Y MAIPÚ - CIUDAD DE USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO - C.P. 9410.-