GEN
GTF

PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Fecha: 10/11/23

Compra N°: 332/2023-525 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 308)
P.A. Nro.: 67845 Letra: E Año: 2023 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 26/10/23 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado

1 **300030030-15 Mantenimiento prev.correctivo de respirador Pesos**

* Respirador Marca Leistung - Modelo Luft3 – Serie M02005 del Servicio UTIP Rio Grande
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Reemplazo de baterías
Actualizaciones de firmware
Limpieza, control y calibración de reguladoras de alta presión de aire y oxigeno
Limpieza, control y regulación de Reguladora de baja presión
Calibración de Neumotacografos de Aire y Oxigeno
Calibración de Proporcionales de Aire y Oxigeno
Calibración del Peep
Revisión de carga de batería
Pruebas de funcionamiento a equipo cerrado
Pruebas eléctricas
Chequeo de fugas y neumática
Pruebas funcionales en VC y PC
Se deben incluir los siguientes:
1 (un) sensor de oxigeno compatible con respirador Marca Leistung - Modelo Luft3
1 (un) Kit de 10K compatible con respirador Marca Leistung - Modelo Luft3
1 (juego de baterías compatible) con respirador Marca Leistung - Modelo Luft3
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: : EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS, PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO, DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
NOTA 2: DEBERA PRESENTAR GARANTIA DE 6 MESES POS MANTENIMIENTO SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y REPUESTOS UTILIZADOS.
NOTA 3: LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARAN EN LOS LUGARES DONDE SE INDICA Y QUE ESTAN UBICADOS LOS RESPIRADORES PULMONARES, TANTO EN USHUAIA, TOLHUIN Y RIO GRANDE.
Lugar de entrega: HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE – SITO EN LA CALLE AMEGHINO 709 – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420.-
Plazo de entrega: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA

LEISTUNG INGENIERIA SRL	0	1,00	1,00	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:

D. Amp. l.: Mantenimiento prev.correctivo de respirador
[2023 525-366] Respirador Marca Leistung - Modelo Luft 3 – Serie C02046 del Servicio GUARDIA ADULTO USHUAIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Reemplazo de baterías
Actualizaciones de firmware
Limpieza, control y calibración de reguladoras de alta presión de aire y oxigeno
Limpieza, control y regulación de Reguladora de baja presión
Calibración de Neumotacografos de Aire y Oxigeno
Calibración de Proporcionales de Aire y Oxigeno
Calibración del Peep
Revisión de carga de batería
Pruebas de funcionamiento a equipo cerrado
Pruebas eléctricas
Chequeo de fugas y neumática

Fecha: 10/11/23

Compra N°: 332/2023-525 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 308)
P.A. Nro.: 67845 Letra: E Año: 2023 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 26/10/23 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo									
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**

Pruebas funcionales en VC y PC
Se deben incluir los siguientes:
1 (un) sensor de oxigeno compatible con respirador Marca Leistung - Modelo Luft 3
1 (un) Kit de 10K compatible con respirador Marca Leistung - Modelo Luft 3
1 (juego de baterías compatible) con respirador Marca Leistung - Modelo Luft 3
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: : EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS, PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO, DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
NOTA 2: DEBERA PRESENTAR GARANTIA DE 6 MESES POS MANTENIMIENTO SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y REPUESTOS UTILIZADOS.
NOTA 3: LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARAN EN LOS LUGARES DONDE SE INDICA Y QUE ESTAN UBICADOS LOS RESPIRADORES PULMONARES, TANTO EN USHUAIA, TOLHUIN Y RIO GRANDE.
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL REGIONAL DE USHUAIA – SITO EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE N° 65 – CIUDAD DE USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.-

2 **300030030-15 Mantenimiento prev.correctivo de respirador Pesos**

* Respirador Marca Leistung - Modelo Luft3 – Serie M02051 del Servicio UTIP Rio Grande
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Reemplazo de baterías
Actualizaciones de firmware
Limpieza, control y calibración de reguladoras de alta presión de aire y oxigeno
Limpieza, control y regulación de Reguladora de baja presión
Calibración de Neumotacografos de Aire y Oxigeno
Calibración de Proporcionales de Aire y Oxigeno
Calibración del Peep
Revisión de carga de batería
Pruebas de funcionamiento a equipo cerrado
Pruebas eléctricas
Chequeo de fugas y neumática
Pruebas funcionales en VC y PC
Se deben incluir los siguientes:
1 (un) sensor de oxigeno compatible con respirador Marca Leistung - Modelo Luft3
1 (un) Kit de 10K compatible con respirador Marca Leistung - Modelo Luft3
1 (juego de baterías compatible) con respirador Marca Leistung - Modelo Luft3
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: : EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS, PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO, DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
NOTA 2: DEBERA PRESENTAR GARANTIA DE 6 MESES POS MANTENIMIENTO SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y REPUESTOS UTILIZADOS.
NOTA 3: LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARAN EN LOS LUGARES DONDE SE INDICA Y QUE ESTAN UBICADOS LOS RESPIRADORES PULMONARES, TANTO EN USHUAIA, TOLHUIN Y RIO GRANDE.
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE – SITO EN LA CALLE AMEGHINO 709 – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420.-

LEISTUNG INGENIERIA SRL	0	1,00	1,00	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:
D. Amp. I.: Mantenimiento prev.correctivo de respirador
[2023 525-366] Respirador Marca Leistung - Modelo Luft3 – Serie M02051 del Servicio UTIP Rio Grande
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Reemplazo de baterías
Actualizaciones de firmware

Fecha: 10/11/23

Compra N°: 332/2023-525 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 308)
P.A. Nro.: 67845 Letra: E Año: 2023 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 26/10/23 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo									
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**

Limpieza, control y calibración de reguladoras de alta presión de aire y oxigeno
Limpieza, control y regulación de Reguladora de baja presión
Calibración de Neumotacografos de Aire y Oxigeno
Calibración de Proporcionales de Aire y Oxigeno
Calibración del Peep
Revisión de carga de batería
Pruebas de funcionamiento a equipo cerrado
Pruebas eléctricas
Chequeo de fugas y neumática
Pruebas funcionales en VC y PC
Se deben incluir los siguientes:
1 (un) sensor de oxigeno compatible con respirador Marca Leistung - Modelo Luft3
1 (un) Kit de 10K compatible con respirador Marca Leistung - Modelo Luft3
1 (juego de baterías compatible) con respirador Marca Leistung - Modelo Luft3
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: : EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS, PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO, DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
NOTA 2: DEBERA PRESENTAR GARANTIA DE 6 MESES POS MANTENIMIENTO SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y REPUESTOS UTILIZADOS.
NOTA 3: LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARAN EN LOS LUGARES DONDE SE INDICA Y QUE ESTAN UBICADOS LOS RESPIRADORES PULMONARES, TANTO EN USHUAIA, TOLHUIN Y RIO GRANDE.
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE – SITO EN LA CALLE AMEGHINO 709 – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420.-

3 **300030030-15 Mantenimiento prev.correctivo de respirador Pesos**

*

Respirador Marca Leistung - Modelo Luft3 – Serie M02043 del Servicio UTIP Rio Grande
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Reemplazo de baterías
Actualizaciones de firmware
Limpieza, control y calibración de reguladoras de alta presión de aire y oxigeno
Limpieza, control y regulación de Reguladora de baja presión
Calibración de Neumotacografos de Aire y Oxigeno
Calibración de Proporcionales de Aire y Oxigeno
Calibración del Peep
Revisión de carga de batería
Pruebas de funcionamiento a equipo cerrado
Pruebas eléctricas
Chequeo de fugas y neumática
Pruebas funcionales en VC y PC
Se deben incluir los siguientes:
1 (un) sensor de oxigeno compatible con respirador Marca Leistung - Modelo Luft3
1 (un) Kit de 10K compatible con respirador Marca Leistung - Modelo Luft3
1 (juego de baterías compatible) con respirador Marca Leistung - Modelo Luft3
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: : EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS, PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO, DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
NOTA 2: DEBERA PRESENTAR GARANTIA DE 6 MESES POS MANTENIMIENTO SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y REPUESTOS UTILIZADOS.
NOTA 3: LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARAN EN LOS LUGARES DONDE SE INDICA Y QUE ESTAN UBICADOS LOS RESPIRADORES PULMONARES, TANTO EN USHUAIA, TOLHUIN Y RIO GRANDE.
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE – SITO EN LA CALLE AMEGHINO 709 – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420.-

Fecha: 10/11/23

Compra N°: 332/2023-525 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 308)
P.A. Nro.: 67845 Letra: E Año: 2023 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 26/10/23 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
LEISTUNG INGENIERIA SRL	0	1,00	1,00	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							

D. Amp. l.: Mantenimiento prev.correctivo de respirador
[2023 525-366] Respirador Marca Leistung - Modelo Luft3 – Serie M02043 del Servicio UTIP Rio Grande
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Reemplazo de baterías
Actualizaciones de firmware
Limpieza, control y calibración de reguladoras de alta presión de aire y oxigeno
Limpieza, control y regulación de Reguladora de baja presión
Calibración de Neumotacografos de Aire y Oxigeno
Calibración de Proporcionales de Aire y Oxigeno
Calibración del Peep
Revisión de carga de batería
Pruebas de funcionamiento a equipo cerrado
Pruebas eléctricas
Chequeo de fugas y neumática
Pruebas funcionales en VC y PC
Se deben incluir los siguientes:
1 (un) sensor de oxigeno compatible con respirador Marca Leistung - Modelo Luft3
1 (un) Kit de 10K compatible con respirador Marca Leistung - Modelo Luft3
1 (juego de baterías compatible) con respirador Marca Leistung - Modelo Luft3
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: : EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS, PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO, DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
NOTA 2: DEBERA PRESENTAR GARANTIA DE 6 MESES POS MANTENIMIENTO SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y REPUESTOS UTILIZADOS.
NOTA 3: LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARAN EN LOS LUGARES DONDE SE INDICA Y QUE ESTAN UBICADOS LOS RESPIRADORES PULMONARES, TANTO EN USHUAIA, TOLHUIN Y RIO GRANDE.
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE – SITO EN LA CALLE AMEGHINO 709 – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420.-

4 **300030030-15 Mantenimiento prev.correctivo de respirador Pesos**

* Respirador Marca Leistung - Modelo Luft3 – Serie M02127 del Servicio UTIP Rio Grande
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Reemplazo de baterías
Actualizaciones de firmware
Limpieza, control y calibración de reguladoras de alta presión de aire y oxigeno
Limpieza, control y regulación de Reguladora de baja presión
Calibración de Neumotacografos de Aire y Oxigeno
Calibración de Proporcionales de Aire y Oxigeno
Calibración del Peep
Revisión de carga de batería
Pruebas de funcionamiento a equipo cerrado
Pruebas eléctricas
Chequeo de fugas y neumática
Pruebas funcionales en VC y PC
Se deben incluir los siguientes:
1 (un) sensor de oxigeno compatible con respirador Marca Leistung - Modelo Luft3

Fecha: 10/11/23

Compra N°: 332/2023-525 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 308)
P.A. Nro.: 67845 Letra: E Año: 2023 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 26/10/23 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo								
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**

1 (un) Kit de 10K compatible con respirador Marca Leistung - Modelo Luft3
1 (juego de baterías compatible) con respirador Marca Leistung - Modelo Luft3
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: : EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS, PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO, DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
NOTA 2: DEBERA PRESENTAR GARANTIA DE 6 MESES POS MANTENIMIENTO SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y REPUESTOS UTILIZADOS.
NOTA 3: LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARAN EN LOS LUGARES DONDE SE INDICA Y QUE ESTAN UBICADOS LOS RESPIRADORES PULMONARES, TANTO EN USHUAIA, TOLHUIN Y RIO GRANDE.
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE – SITO EN LA CALLE AMEGHINO 709 – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420.-

LEISTUNG INGENIERIA SRL	0	1,00	1,00	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:
D. Amp. I.: Mantenimiento prev.correctivo de respirador

[2023 525-366] Respirador Marca Leistung - Modelo Luft3 – Serie M02127 del Servicio UTIP Rio Grande
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Reemplazo de baterías
Actualizaciones de firmware
Limpieza, control y calibración de reguladoras de alta presión de aire y oxigeno
Limpieza, control y regulación de Reguladora de baja presión
Calibración de Neumotacografos de Aire y Oxigeno
Calibración de Proporcionales de Aire y Oxigeno
Calibración del Peep
Revisión de carga de batería
Pruebas de funcionamiento a equipo cerrado
Pruebas eléctricas
Chequeo de fugas y neumática
Pruebas funcionales en VC y PC
Se deben incluir los siguientes:
1 (un) sensor de oxigeno compatible con respirador Marca Leistung - Modelo Luft3
1 (un) Kit de 10K compatible con respirador Marca Leistung - Modelo Luft3
1 (juego de baterías compatible) con respirador Marca Leistung - Modelo Luft3
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: : EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS, PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO, DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
NOTA 2: DEBERA PRESENTAR GARANTIA DE 6 MESES POS MANTENIMIENTO SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y REPUESTOS UTILIZADOS.
NOTA 3: LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARAN EN LOS LUGARES DONDE SE INDICA Y QUE ESTAN UBICADOS LOS RESPIRADORES PULMONARES, TANTO EN USHUAIA, TOLHUIN Y RIO GRANDE.
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE – SITO EN LA CALLE AMEGHINO 709 – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420.-
[2023 525-366] Respirador Marca Leistung - Modelo Luft3 – Serie M02043 del Servicio UTIP Rio Grande
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Reemplazo de baterías
Actualizaciones de firmware
Limpieza, control y calibración de reguladoras de alta presión de aire y oxigeno
Limpieza, control y regulación de Reguladora de baja presión
Calibración de Neumotacografos de Aire y Oxigeno
Calibración de Proporcionales de Aire y Oxigeno
Calibración del Peep
Revisión de carga de batería

Fecha: 10/11/23

Compra N°: 332/2023-525 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 308)
P.A. Nro.: 67845 Letra: E Año: 2023 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 26/10/23 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo									
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**

Pruebas de funcionamiento a equipo cerrado
Pruebas eléctricas
Chequeo de fugas y neumática
Pruebas funcionales en VC y PC
Se deben incluir los siguientes:
1 (un) sensor de oxigeno compatible con respirador Marca Leistung - Modelo Luft3
1 (un) Kit de 10K compatible con respirador Marca Leistung - Modelo Luft3
1 (juego de baterías compatible) con respirador Marca Leistung - Modelo Luft3
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: : EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS, PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO, DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
NOTA 2: DEBERA PRESENTAR GARANTIA DE 6 MESES POS MANTENIMIENTO SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y REPUESTOS UTILIZADOS.
NOTA 3: LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARAN EN LOS LUGARES DONDE SE INDICA Y QUE ESTAN UBICADOS LOS RESPIRADORES PULMONARES, TANTO EN USHUAIA, TOLHUIN Y RIO GRANDE.
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE – SITO EN LA CALLE AMEGHINO 709 – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420.-

5 **300030030-15 Mantenimiento prev.correctivo de respirador Pesos**

* Respirador Marca Leistung - Modelo Luft3 – Serie M02226 del Servicio UCO Rio Grande
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Reemplazo de baterías
Actualizaciones de firmware
Limpieza, control y calibración de reguladoras de alta presión de aire y oxigeno
Limpieza, control y regulación de Reguladora de baja presión
Calibración de Neumotacografos de Aire y Oxigeno
Calibración de Proporcionales de Aire y Oxigeno
Calibración del Peep
Revisión de carga de batería
Pruebas de funcionamiento a equipo cerrado
Pruebas eléctricas
Chequeo de fugas y neumática
Pruebas funcionales en VC y PC
Se deben incluir los siguientes:
1 (un) sensor de oxigeno compatible con respirador Marca Leistung - Modelo Luft3
1 (un) Kit de 10K compatible con respirador Marca Leistung - Modelo Luft3
1 (juego de baterías compatible) con respirador Marca Leistung - Modelo Luft3
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: : EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS, PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO, DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
NOTA 2: DEBERA PRESENTAR GARANTIA DE 6 MESES POS MANTENIMIENTO SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y REPUESTOS UTILIZADOS.
NOTA 3: LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARAN EN LOS LUGARES DONDE SE INDICA Y QUE ESTAN UBICADOS LOS RESPIRADORES PULMONARES, TANTO EN USHUAIA, TOLHUIN Y RIO GRANDE.
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE – SITO EN LA CALLE AMEGHINO 709 – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420.-

LEISTUNG INGENIERIA SRL	0	1,00	1,00	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00		0,00	0,00

Marca: Laboratorio:
D. Amp. I.: Mantenimiento prev.correctivo de respirador

[2023 525-366] Respirador Marca Leistung - Modelo Luft3 – Serie M02226 del Servicio UCO Rio Grande

Fecha: 10/11/23

Compra N°: 332/2023-525 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 308)
P.A. Nro.: 67845 Letra: E Año: 2023 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 26/10/23 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo								
Oferente	**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Reemplazo de baterías
Actualizaciones de firmware
Limpieza, control y calibración de reguladoras de alta presión de aire y oxigeno
Limpieza, control y regulación de Reguladora de baja presión
Calibración de Neumotacografos de Aire y Oxigeno
Calibración de Proporcionales de Aire y Oxigeno
Calibración del Peep
Revisión de carga de batería
Pruebas de funcionamiento a equipo cerrado
Pruebas eléctricas
Chequeo de fugas y neumática
Pruebas funcionales en VC y PC
Se deben incluir los siguientes:
1 (un) sensor de oxigeno compatible con respirador Marca Leistung - Modelo Luft3
1 (un) Kit de 10K compatible con respirador Marca Leistung - Modelo Luft3
1 (juego de baterías compatible) con respirador Marca Leistung - Modelo Luft3
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: : EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS, PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO, DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
NOTA 2: DEBERA PRESENTAR GARANTIA DE 6 MESES POS MANTENIMIENTO SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y REPUESTOS UTILIZADOS.
NOTA 3: LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARAN EN LOS LUGARES DONDE SE INDICA Y QUE ESTAN UBICADOS LOS RESPIRADORES PULMONARES, TANTO EN USHUAIA, TOLHUIN Y RIO GRANDE.
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE – SITO EN LA CALLE AMEGHINO 709 – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420.-

6 **300030030-15 Mantenimiento prev.correctivo de respirador Pesos**

* Respirador Marca Leistung - Modelo Luft3 – Serie M02126 Rio Grande
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Reemplazo de baterías
Actualizaciones de firmware
Limpieza, control y calibración de reguladoras de alta presión de aire y oxigeno
Limpieza, control y regulación de Reguladora de baja presión
Calibración de Neumotacografos de Aire y Oxigeno
Calibración de Proporcionales de Aire y Oxigeno
Calibración del Peep
Revisión de carga de batería
Pruebas de funcionamiento a equipo cerrado
Pruebas eléctricas
Chequeo de fugas y neumática
Pruebas funcionales en VC y PC
Se deben incluir los siguientes:
1 (un) sensor de oxigeno compatible con respirador Marca Leistung - Modelo Luft3
1 (un) Kit de 10K compatible con respirador Marca Leistung - Modelo Luft3
1 (juego de baterías compatible) con respirador Marca Leistung - Modelo Luft3
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: : EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS, PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO, DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
NOTA 2: DEBERA PRESENTAR GARANTIA DE 6 MESES POS MANTENIMIENTO SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y REPUESTOS UTILIZADOS.

Fecha: 10/11/23

Compra N°: 332/2023-525 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 308)
P.A. Nro.: 67845 Letra: E Año: 2023 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 26/10/23 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo								
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**

NOTA 3: LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARAN EN LOS LUGARES DONDE SE INDICA Y QUE ESTAN UBICADOS LOS RESPIRADORES PULMONARES, TANTO EN USHUAIA, TOLHUIN Y RIO GRANDE.
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE – SITO EN LA CALLE AMEGHINO 709 – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420.

LEISTUNG INGENIERIA SRL	0	1,00	1,00	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:

D. Amp. I.: Mantenimiento prev.correctivo de respirador

[2023 525-366] Respirador Marca Leistung - Modelo Luft3 – Serie M02126 Rio Grande
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Reemplazo de baterías
Actualizaciones de firmware
Limpieza, control y calibración de reguladoras de alta presión de aire y oxigeno
Limpieza, control y regulación de Reguladora de baja presión
Calibración de Neumotacografos de Aire y Oxigeno
Calibración de Proporcionales de Aire y Oxigeno
Calibración del Peep
Revisión de carga de batería
Pruebas de funcionamiento a equipo cerrado
Pruebas eléctricas
Chequeo de fugas y neumática
Pruebas funcionales en VC y PC
Se deben incluir los siguientes:
1 (un) sensor de oxigeno compatible con respirador Marca Leistung - Modelo Luft3
1 (un) Kit de 10K compatible con respirador Marca Leistung - Modelo Luft3
1 (juego de baterías compatible) con respirador Marca Leistung - Modelo Luft3
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: : EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS, PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO, DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
NOTA 2: DEBERA PRESENTAR GARANTIA DE 6 MESES POS MANTENIMIENTO SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y REPUESTOS UTILIZADOS.
NOTA 3: LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARAN EN LOS LUGARES DONDE SE INDICA Y QUE ESTAN UBICADOS LOS RESPIRADORES PULMONARES, TANTO EN USHUAIA, TOLHUIN Y RIO GRANDE.
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE – SITO EN LA CALLE AMEGHINO 709 – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420.

7 **300030030-15 Mantenimiento prev.correctivo de respirador Pesos**

* Respirador Marca Leistung - Modelo PR 4-g – Serie D12074 del Servicio de enfermería TOLHUIN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Reemplazo de baterías
Actualizaciones de firmware
Limpieza, control y calibración de reguladoras de alta presión de aire y oxigeno
Limpieza, control y regulación de Reguladora de baja presión
Calibración de Neumotacografos de Aire y Oxigeno
Calibración de Proporcionales de Aire y Oxigeno
Calibración del Peep
Revisión de carga de batería
Pruebas de funcionamiento a equipo cerrado

Fecha: 10/11/23

Compra N°: 332/2023-525 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 308)
P.A. Nro.: 67845 Letra: E Año: 2023 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 26/10/23 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado

Pruebas eléctricas
Chequeo de fugas y neumática
Pruebas funcionales en VC y PC
Se deben incluir los siguientes:
1 (un) sensor de oxigeno compatible con respirador Marca Leistung - Modelo PR 4-g
1 (un) Kit de 10K compatible con respirador Marca Leistung - Modelo PR 4-g
1 (juego de baterías compatible) con respirador Marca Leistung - Modelo PR 4-g
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: : EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS, PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO, DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
NOTA 2: DEBERA PRESENTAR GARANTIA DE 6 MESES POS MANTENIMIENTO SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y REPUESTOS UTILIZADOS.
NOTA 3: LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARAN EN LOS LUGARES DONDE SE INDICA Y QUE ESTAN UBICADOS LOS RESPIRADORES PULMONARES, TANTO EN USHUAIA, TOLHUIN Y RIO GRANDE.
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:CENTRO ASISTENCIAL TOLHUIN – SITO EN LA CALLE DE LOS SHELKNAMS 276 – TOLHUIN – TIERRA DEL FUEGO –

LEISTUNG INGENIERIA SRL	0	1,00	1,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:
D. Amp. I.: Mantenimiento prev.correctivo de respirador
[2023 525-366] Respirador Marca Leistung - Modelo PR 4-g – Serie D12074 del Servicio de enfermería TOLHUIN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Reemplazo de baterías
Actualizaciones de firmware
Limpieza, control y calibración de reguladoras de alta presión de aire y oxigeno
Limpieza, control y regulación de Reguladora de baja presión
Calibración de Neumotacografos de Aire y Oxigeno
Calibración de Proporcionales de Aire y Oxigeno
Calibración del Peep
Revisión de carga de batería
Pruebas de funcionamiento a equipo cerrado
Pruebas eléctricas
Chequeo de fugas y neumática
Pruebas funcionales en VC y PC
Se deben incluir los siguientes:
1 (un) sensor de oxigeno compatible con respirador Marca Leistung - Modelo PR 4-g
1 (un) Kit de 10K compatible con respirador Marca Leistung - Modelo PR 4-g
1 (juego de baterías compatible) con respirador Marca Leistung - Modelo PR 4-g
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: : EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS, PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO, DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
NOTA 2: DEBERA PRESENTAR GARANTIA DE 6 MESES POS MANTENIMIENTO SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y REPUESTOS UTILIZADOS.
NOTA 3: LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARAN EN LOS LUGARES DONDE SE INDICA Y QUE ESTAN UBICADOS LOS RESPIRADORES PULMONARES, TANTO EN USHUAIA, TOLHUIN Y RIO GRANDE.
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:CENTRO ASISTENCIAL TOLHUIN – SITO EN LA CALLE DE LOS SHELKNAMS 276 – TOLHUIN – TIERRA DEL FUEGO –

8 **300030030-15 Mantenimiento prev.correctivo de respirador Pesos**

Fecha: 10/11/23

Compra N°: 332/2023-525 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 308)
P.A. Nro.: 67845 Letra: E Año: 2023 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 26/10/23 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado

* Respirador Marca Leistung - Modelo PR S-TT F – Serie F12199E del Servicio de enfermería TOLHUIN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Reemplazo de baterías
Actualizaciones de firmware
Limpieza, control y calibración de reguladoras de alta presión de aire y oxigeno
Limpieza, control y regulación de Reguladora de baja presión
Calibración de Neumotacografos de Aire y Oxigeno
Calibración de Proporcionales de Aire y Oxigeno
Calibración del Peep
Revisión de carga de batería
Pruebas de funcionamiento a equipo cerrado
Pruebas eléctricas
Chequeo de fugas y neumática
Pruebas funcionales en VC y PC
Se deben incluir los siguientes:
1 (un) sensor de oxigeno compatible con respirador Marca Leistung - Modelo PR S-TT F
1 (un) Kit de 10K compatible con respirador Marca Leistung - Modelo PR S-TT F
1 (juego de baterías compatible) con respirador Marca Leistung - Modelo PR STT F
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: : EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS, PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO, DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
NOTA 2: DEBERA PRESENTAR GARANTIA DE 6 MESES POS MANTENIMIENTO SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y REPUESTOS UTILIZADOS.
NOTA 3: LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARAN EN LOS LUGARES DONDE SE INDICA Y QUE ESTAN UBICADOS LOS RESPIRADORES PULMONARES, TANTO EN USHUAIA, TOLHUIN Y RIO GRANDE.
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:CENTRO ASISTENCIAL TOLHUIN – SITO EN LA CALLE DE LOS SHELKNAMS 276 – TOLHUIN – TIERRA DEL FUEGO –

LEISTUNG INGENIERIA SRL	0	1,00	1,00	0,00	0,00	565.000,00	565.000,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:
D. Amp. I.: Mantenimiento prev.correctivo de respirador

[2023 525-366] Respirador Marca Leistung - Modelo PR S-TT F – Serie F12199E del Servicio de enfermería TOLHUIN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Reemplazo de baterías
Actualizaciones de firmware
Limpieza, control y calibración de reguladoras de alta presión de aire y oxigeno
Limpieza, control y regulación de Reguladora de baja presión
Calibración de Neumotacografos de Aire y Oxigeno
Calibración de Proporcionales de Aire y Oxigeno
Calibración del Peep
Revisión de carga de batería
Pruebas de funcionamiento a equipo cerrado
Pruebas eléctricas
Chequeo de fugas y neumática
Pruebas funcionales en VC y PC
Se deben incluir los siguientes:
1 (un) sensor de oxigeno compatible con respirador Marca Leistung - Modelo PR S-TT F
1 (un) Kit de 10K compatible con respirador Marca Leistung - Modelo PR S-TT F

Fecha: 10/11/23

Compra N°: 332/2023-525 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 308)
P.A. Nro.: 67845 Letra: E Año: 2023 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 26/10/23 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado

1 (juego de baterías compatible) con respirador Marca Leistung - Modelo PR STT F
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: : EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS, PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO, DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
NOTA 2: DEBERA PRESENTAR GARANTIA DE 6 MESES POS MANTENIMIENTO SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y REPUESTOS UTILIZADOS.
NOTA 3: LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARAN EN LOS LUGARES DONDE SE INDICA Y QUE ESTAN UBICADOS LOS RESPIRADORES PULMONARES, TANTO EN USHUAIA, TOLHUIN Y RIO GRANDE.
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:CENTRO ASISTENCIAL TOLHUIN – SITO EN LA CALLE DE LOS SHELKNAMS 276 – TOLHUIN – TIERRA DEL FUEGO –

9 **300030030-15 Mantenimiento prev.correctivo de respirador Pesos**

* Respirador Marca Leistung - Modelo PR 4-g – Serie G9100 del Servicio de enfermería TOLHUIN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Reemplazo de baterías
Actualizaciones de firmware
Limpieza, control y calibración de reguladoras de alta presión de aire y oxigeno
Limpieza, control y regulación de Reguladora de baja presión
Calibración de Neumotacografos de Aire y Oxigeno
Calibración de Proporcionales de Aire y Oxigeno
Calibración del Peep
Revisión de carga de batería
Pruebas de funcionamiento a equipo cerrado
Pruebas eléctricas
Chequeo de fugas y neumática
Pruebas funcionales en VC y PC
Se deben incluir los siguientes:
1 (un) sensor de oxigeno compatible con respirador Marca Leistung - Modelo PR 4-g
1 (un) Kit de 10K compatible con respirador Marca Leistung - Modelo PR 4-g
1 (juego de baterías compatible) con respirador Marca Leistung - Modelo PR 4-g

CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: : EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS, PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO, DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
NOTA 2: DEBERA PRESENTAR GARANTIA DE 6 MESES POS MANTENIMIENTO SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y REPUESTOS UTILIZADOS.
NOTA 3: LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARAN EN LOS LUGARES DONDE SE INDICA Y QUE ESTAN UBICADOS LOS RESPIRADORES PULMONARES, TANTO EN USHUAIA, TOLHUIN Y RIO GRANDE.
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA: CENTRO ASISTENCIAL TOLHUIN – SITO EN LA CALLE DE LOS SHELKNAMS 276 – TOLHUIN – TIERRA DEL FUEGO –

LEISTUNG INGENIERIA SRL	0	1,00	1,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:

D. Amp. I.: Mantenimiento prev.correctivo de respirador
[2023 525-366] Respirador Marca Leistung - Modelo PR 4-g – Serie G9100 del Servicio de enfermería TOLHUIN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Reemplazo de baterías
Actualizaciones de firmware
Limpieza, control y calibración de reguladoras de alta presión de aire y oxigeno
Limpieza, control y regulación de Reguladora de baja presión

Fecha: 10/11/23

Compra N°: 332/2023-525 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 308)
P.A. Nro.: 67845 Letra: E Año: 2023 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 26/10/23 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo								
Oferente	**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**

Calibración de Neumotacografos de Aire y Oxigeno
Calibración de Proporcionales de Aire y Oxigeno
Calibración del Peep
Revisión de carga de batería
Pruebas de funcionamiento a equipo cerrado
Pruebas eléctricas
Chequeo de fugas y neumática
Pruebas funcionales en VC y PC
Se deben incluir los siguientes:
1 (un) sensor de oxigeno compatible con respirador Marca Leistung - Modelo PR 4-g
1 (un) Kit de 10K compatible con respirador Marca Leistung - Modelo PR 4-g
1 (juego de baterías compatible) con respirador Marca Leistung - Modelo PR 4-g

CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: : EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS, PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO, DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
NOTA 2: DEBERA PRESENTAR GARANTIA DE 6 MESES POS MANTENIMIENTO SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y REPUESTOS UTILIZADOS.
NOTA 3: LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARAN EN LOS LUGARES DONDE SE INDICA Y QUE ESTAN UBICADOS LOS RESPIRADORES PULMONARES, TANTO EN USHUAIA, TOLHUIN Y RIO GRANDE.
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA: CENTRO ASISTENCIAL TOLHUIN – SITO EN LA CALLE DE LOS SHELKNAMS 276 – TOLHUIN – TIERRA DEL FUEGO –

10 **300030030-15 Mantenimiento prev.correctivo de respirador Pesos**

* Respirador Marca Leistung - Modelo Luft 3 AP – Serie M02006 del Servicio de TERAPIA ADULTO USHUAIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Reemplazo de baterías
Actualizaciones de firmware
Limpieza, control y calibración de reguladoras de alta presión de aire y oxigeno
Limpieza, control y regulación de Reguladora de baja presión
Calibración de Neumotacografos de Aire y Oxigeno
Calibración de Proporcionales de Aire y Oxigeno
Calibración del Peep
Revisión de carga de batería
Pruebas de funcionamiento a equipo cerrado
Pruebas eléctricas
Chequeo de fugas y neumática
Pruebas funcionales en VC y PC
Se deben incluir los siguientes:
1 (un) sensor de oxigeno compatible con respirador Marca Leistung - Modelo Luft 3 AP
1 (un) Kit de 10K compatible con respirador Marca Leistung - Modelo Luft 3 AP
1 (juego de baterías compatible) con respirador Marca Leistung Modelo Luft 3 AP
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: : EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS, PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO, DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
NOTA 2: DEBERA PRESENTAR GARANTIA DE 6 MESES POS MANTENIMIENTO SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y REPUESTOS UTILIZADOS.
NOTA 3: LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARAN EN LOS LUGARES DONDE SE INDICA Y QUE ESTAN UBICADOS LOS RESPIRADORES PULMONARES, TANTO EN USHUAIA, TOLHUIN Y RIO GRANDE.
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:

Fecha: 10/11/23

Compra N°: 332/2023-525 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 308)
P.A. Nro.: 67845 Letra: E Año: 2023 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 26/10/23 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
HOSPITAL REGIONAL DE USHUAIA – SITO EN LA 12 DE OCTUBRE N° 65 – CIUDAD DE USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.									
LEISTUNG INGENIERIA SRL	0	1,00	1,00	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:

D. Amp. I.: Mantenimiento prev.correctivo de respirador

[2023 525-366] Respirador Marca Leistung - Modelo Luft 3 AP – Serie M02006 del Servicio de TERAPIA ADULTO USHUAIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Reemplazo de baterías
Actualizaciones de firmware
Limpieza, control y calibración de reguladoras de alta presión de aire y oxigeno
Limpieza, control y regulación de Reguladora de baja presión
Calibración de Neumotacografos de Aire y Oxigeno
Calibración de Proporcionales de Aire y Oxigeno
Calibración del Peep
Revisión de carga de batería
Pruebas de funcionamiento a equipo cerrado
Pruebas eléctricas
Chequeo de fugas y neumática
Pruebas funcionales en VC y PC
Se deben incluir los siguientes:
1 (un) sensor de oxigeno compatible con respirador Marca Leistung - Modelo Luft 3 AP
1 (un) Kit de 10K compatible con respirador Marca Leistung - Modelo Luft 3 AP
1 (juego de baterías compatible) con respirador Marca Leistung Modelo Luft 3 AP
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: : EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS, PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO, DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
NOTA 2: DEBERA PRESENTAR GARANTIA DE 6 MESES POS MANTENIMIENTO SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y REPUESTOS UTILIZADOS.
NOTA 3: LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARAN EN LOS LUGARES DONDE SE INDICA Y QUE ESTAN UBICADOS LOS RESPIRADORES PULMONARES, TANTO EN USHUAIA, TOLHUIN Y RIO GRANDE.
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA:
HOSPITAL REGIONAL DE USHUAIA – SITO EN LA 12 DE OCTUBRE N° 65 – CIUDAD DE
USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.

11 **300030030-15 Mantenimiento prev.correctivo de respirador Pesos**

* Respirador Marca Leistung - Modelo Luft 3 – Serie M02004 del Servicio de TERAPIA ADULTO USHUAIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Reemplazo de baterías
Actualizaciones de firmware
Limpieza, control y calibración de reguladoras de alta presión de aire y oxigeno
Limpieza, control y regulación de Reguladora de baja presión
Calibración de Neumotacografos de Aire y Oxigeno
Calibración de Proporcionales de Aire y Oxigeno
Calibración del Peep
Revisión de carga de batería
Pruebas de funcionamiento a equipo cerrado

Fecha: 10/11/23

Compra N°: 332/2023-525 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 308)
P.A. Nro.: 67845 Letra: E Año: 2023 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 26/10/23 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo								
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**

Pruebas eléctricas
Chequeo de fugas y neumática
Pruebas funcionales en VC y PC
Se deben incluir los siguientes:
1 (un) sensor de oxigeno compatible con respirador Marca Leistung - Modelo Luft 3
1 (un) Kit de 10K compatible con respirador Marca Leistung - Modelo Luft 3
1 (juego de baterías compatible) con respirador Marca Leistung - ModelO Luft 3
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: : EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS, PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO, DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
NOTA 2: DEBERA PRESENTAR GARANTIA DE 6 MESES POS MANTENIMIENTO SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y REPUESTOS UTILIZADOS.
NOTA 3: LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARAN EN LOS LUGARES DONDE SE INDICA Y QUE ESTAN UBICADOS LOS RESPIRADORES PULMONARES, TANTO EN USHUAIA, TOLHUIN Y RIO GRANDE.
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL REGIONAL DE USHUAIA – SITO EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE N° 65 – CIUDAD DE USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.-

LEISTUNG INGENIERIA SRL	0	1,00	1,00	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:
D. Amp. l.: Mantenimiento prev.correctivo de respirador

[2023 525-366] Respirador Marca Leistung - Modelo Luft 3 – Serie M02004 del Servicio de TERAPIA ADULTO USHUAIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Reemplazo de baterías
Actualizaciones de firmware
Limpieza, control y calibración de reguladoras de alta presión de aire y oxigeno
Limpieza, control y regulación de Reguladora de baja presión
Calibración de Neumotacografos de Aire y Oxigeno
Calibración de Proporcionales de Aire y Oxigeno
Calibración del Peep
Revisión de carga de batería
Pruebas de funcionamiento a equipo cerrado
Pruebas eléctricas
Chequeo de fugas y neumática
Pruebas funcionales en VC y PC
Se deben incluir los siguientes:
1 (un) sensor de oxigeno compatible con respirador Marca Leistung - Modelo Luft 3
1 (un) Kit de 10K compatible con respirador Marca Leistung - Modelo Luft 3
1 (juego de baterías compatible) con respirador Marca Leistung - ModelO Luft 3
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: : EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS, PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO, DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
NOTA 2: DEBERA PRESENTAR GARANTIA DE 6 MESES POS MANTENIMIENTO SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y REPUESTOS UTILIZADOS.
NOTA 3: LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARAN EN LOS LUGARES DONDE SE INDICA Y QUE ESTAN UBICADOS LOS RESPIRADORES PULMONARES, TANTO EN USHUAIA, TOLHUIN Y RIO GRANDE.
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL REGIONAL DE USHUAIA – SITO EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE N° 65 – CIUDAD DE USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.-

12 **300030030-15 Mantenimiento prev.correctivo de respirador Pesos**

* Respirador Marca Leistung - Modelo PR4-g Touch – Serie K71008 USHUAIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Reemplazo de baterías

Fecha: 10/11/23

Compra N°: 332/2023-525 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 308)
P.A. Nro.: 67845 Letra: E Año: 2023 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 26/10/23 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo									
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**

Actualizaciones de firmware
Limpieza, control y calibración de reguladoras de alta presión de aire y oxigeno
Limpieza, control y regulación de Reguladora de baja presión
Calibración de Neumotacografos de Aire y Oxigeno
Calibración de Proporcionales de Aire y Oxigeno
Calibración del Peep
Revisión de carga de batería
Pruebas de funcionamiento a equipo cerrado
Pruebas eléctricas
Chequeo de fugas y neumática
Pruebas funcionales en VC y PC
Se deben incluir los siguientes:
1 (un) sensor de oxigeno compatible con respirador Marca Leistung - PR4-g Touch
1 (un) Kit de 10K compatible con respirador Marca Leistung - Modelo PR4-g Touch
1 (juego de baterías compatible) con respirador Marca Leistung - Modelo PR4-g Touch
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: : EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS, PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO, DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
NOTA 2: DEBERA PRESENTAR GARANTIA DE 6 MESES POS MANTENIMIENTO SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y REPUESTOS UTILIZADOS.
NOTA 3: LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARAN EN LOS LUGARES DONDE SE INDICA Y QUE ESTAN UBICADOS LOS RESPIRADORES PULMONARES, TANTO EN USHUAIA, TOLHUIN Y RIO GRANDE.
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL REGIONAL DE USHUAIA – SITO EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE N° 65 – CIUDAD DE USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.-

LEISTUNG INGENIERIA SRL	0	1,00	1,00	0,00	0,00	565.000,00	565.000,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:
D. Amp. I.: Mantenimiento prev.correctivo de respirador

[2023 525-366] Respirador Marca Leistung - Modelo PR4-g Touch – Serie K71008 USHUAIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Reemplazo de baterías
Actualizaciones de firmware
Limpieza, control y calibración de reguladoras de alta presión de aire y oxigeno
Limpieza, control y regulación de Reguladora de baja presión
Calibración de Neumotacografos de Aire y Oxigeno
Calibración de Proporcionales de Aire y Oxigeno
Calibración del Peep
Revisión de carga de batería
Pruebas de funcionamiento a equipo cerrado
Pruebas eléctricas
Chequeo de fugas y neumática
Pruebas funcionales en VC y PC
Se deben incluir los siguientes:
1 (un) sensor de oxigeno compatible con respirador Marca Leistung - PR4-g Touch
1 (un) Kit de 10K compatible con respirador Marca Leistung - Modelo PR4-g Touch
1 (juego de baterías compatible) con respirador Marca Leistung - Modelo PR4-g Touch
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: : EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS, PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO, DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-

Fecha: 10/11/23

Compra N°: 332/2023-525 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 308)
P.A. Nro.: 67845 Letra: E Año: 2023 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 26/10/23 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado

NOTA 2: DEBERA PRESENTAR GARANTIA DE 6 MESES POS MANTENIMIENTO SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y REPUESTOS UTILIZADOS.
NOTA 3: LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARAN EN LOS LUGARES DONDE SE INDICA Y QUE ESTAN UBICADOS LOS RESPIRADORES PULMONARES, TANTO EN USHUAIA, TOLHUIN Y RIO GRANDE.
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL REGIONAL DE USHUAIA – SITO EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE N° 65 – CIUDAD DE USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.-

13 **300030030-15 Mantenimiento prev.correctivo de respirador Pesos**

* Respirador Marca Leistung - Modelo Luft 3 – Serie C02046 del Servicio GUARDIA ADULTO USHUAIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Reemplazo de baterías
Actualizaciones de firmware
Limpieza, control y calibración de reguladoras de alta presión de aire y oxigeno
Limpieza, control y regulación de Reguladora de baja presión
Calibración de Neumotacografos de Aire y Oxigeno
Calibración de Proporcionales de Aire y Oxigeno
Calibración del Peep
Revisión de carga de batería
Pruebas de funcionamiento a equipo cerrado
Pruebas eléctricas
Chequeo de fugas y neumática
Pruebas funcionales en VC y PC
Se deben incluir los siguientes:
1 (un) sensor de oxigeno compatible con respirador Marca Leistung - Modelo Luft 3
1 (un) Kit de 10K compatible con respirador Marca Leistung - Modelo Luft 3
1 (juego de baterías compatible) con respirador Marca Leistung - Modelo Luft 3
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: : EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS, PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO, DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
NOTA 2: DEBERA PRESENTAR GARANTIA DE 6 MESES POS MANTENIMIENTO SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y REPUESTOS UTILIZADOS.
NOTA 3: LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARAN EN LOS LUGARES DONDE SE INDICA Y QUE ESTAN UBICADOS LOS RESPIRADORES PULMONARES, TANTO EN USHUAIA, TOLHUIN Y RIO GRANDE.
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL REGIONAL DE USHUAIA – SITO EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE N° 65 – CIUDAD DE USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.-

LEISTUNG INGENIERIA SRL	0	1,00	1,00	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:

D. Amp. l.: Mantenimiento prev.correctivo de respirador
[2023 525-366] Respirador Marca Leistung - Modelo Luft 3 – Serie C02046 del Servicio GUARDIA ADULTO USHUAIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Reemplazo de baterías
Actualizaciones de firmware
Limpieza, control y calibración de reguladoras de alta presión de aire y oxigeno
Limpieza, control y regulación de Reguladora de baja presión
Calibración de Neumotacografos de Aire y Oxigeno
Calibración de Proporcionales de Aire y Oxigeno
Calibración del Peep
Revisión de carga de batería
Pruebas de funcionamiento a equipo cerrado

Fecha: 10/11/23

Compra N°: 332/2023-525 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 308)
P.A. Nro.: 67845 Letra: E Año: 2023 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 26/10/23 - 12:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo									
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**

Pruebas eléctricas
Chequeo de fugas y neumática
Pruebas funcionales en VC y PC
Se deben incluir los siguientes:
1 (un) sensor de oxigeno compatible con respirador Marca Leistung - Modelo Luft 3
1 (un) Kit de 10K compatible con respirador Marca Leistung - Modelo Luft 3
1 (juego de baterías compatible) con respirador Marca Leistung - Modelo Luft 3
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: : EL TRANSPORTE (FLETE) DE REPUESTOS, PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO, DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
NOTA 2: DEBERA PRESENTAR GARANTIA DE 6 MESES POS MANTENIMIENTO SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y REPUESTOS UTILIZADOS.
NOTA 3: LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARAN EN LOS LUGARES DONDE SE INDICA Y QUE ESTAN UBICADOS LOS RESPIRADORES PULMONARES, TANTO EN USHUAIA, TOLHUIN Y RIO GRANDE.
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL REGIONAL DE USHUAIA – SITO EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE N° 65 – CIUDAD DE USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.-