



Impresión: 07/11/23 15:05:21  
Nº de Hoja: 1  
Cm0059

Compra N°: 1/2023-633  
P.A. Nro.: 85971                      Letra: E                      Año: 2023  
Apertura 06/11/23 - 12:00  
Cotización con destino a: FE Fortalec. en Infraestruct. Sanitaria -Ley Prov.

Renglón		Insumo								
Oferente		Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
1	300030002-94 SERVICIO REPARACION 1									
*	S/Mantenimiento Bomba de Contraste – "tipo Optivantage". Renglón 1: Mantenimiento Correctivo Bomba de Contraste – " tipo Optivantage Trabajo a Realizar Descripción: • Constatación de Falla • Despiece de equipo • reparación/cambio de placa control y placa fuente • Mantenimiento preventivo anual • Actualización de Software • Prueba de Funcionamiento CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1 : EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. NOTA 2 : LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL TRABAJO A REALIZAR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DEL TRABAJO. NOTA 3: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE SEIS (6), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE MANTENIMIENTO A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO HAGA USO DE LA GARANTÍA PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO. NOTA 4: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATO DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS MÉDICAS Zona Sur- HOSPITAL REGIONAL DE USHUAIA – SITO EN 12 DE OCTUBRE Y MAIPU – CIUDAD DE USHUAIA - CP 9410– TIERRA DEL FUEGO.									
SERVICIOS INTEGRALES PARA MEDICINA		0	1,00	1,00	0,00	0,00	4.851.440,00	4.851.440,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:								
D. Amp. I.:		SERVICIO REPARACION - COTIZA REEMPLAZO MAIN PCB POWERHEAD, REEMPLAZO COMMUNICATION BOARD PCB, REINSTALACIÓN SOFTWARE POWERHEAD, REINSTALACIÓN Y ACTUALIZACIÓN SOFTWARE POWERPACK [2023 633-2] S/Mantenimiento Bomba de Contraste – "tipo Optivantage". Renglón 1: Mantenimiento Correctivo Bomba de Contraste – " tipo Optivantage Trabajo a Realizar Descripción: • Constatación de Falla • Despiece de equipo • reparación/cambio de placa control y placa fuente • Mantenimiento preventivo anual • Actualización de Software • Prueba de Funcionamiento CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1 : EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. NOTA 2 : LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL TRABAJO A REALIZAR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DEL TRABAJO. NOTA 3: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE SEIS (6), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE MANTENIMIENTO A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO HAGA USO DE LA GARANTÍA PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO. NOTA 4: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATO DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS MÉDICAS Zona Sur- HOSPITAL REGIONAL DE USHUAIA – SITO EN 12 DE OCTUBRE Y MAIPU – CIUDAD DE USHUAIA - CP 9410– TIERRA DEL FUEGO.								