



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
Ingeniería Clínica Z.N - MS.

ANEXO I

Referente a adquisición de 1 (UNO) MICROSCOPIO ÓPTICO BINOCULAR destinado al Servicio de Anatomía Patológica del HRRG dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia.

REGLÓN Nº 1: 1 (UNO) MICROSCOPIO ÓPTICO BINOCULAR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Microscopio binocular con iluminación LED.
- Cabezal binocular tipo Sliding con inclinación a 45°, rotatoria 360°.
- Portaoculares con distancia interpupilar variable 55 - 75 mm y regulación dióptrica individual ± 5 d.
- Oculares: 1 par 10 x WF y 1 par 16 x WF.
- Objetivos acromáticos 4 X /N.A 0.10, 10 X/N.A 0.25, 40 X (r)/N.A 0.65 y 100 X (r)/N.A 1.25 S. oil según norma Din.
- Aumentos totales 1000 X-1600 X
- Platina mecánica para dos portaobjetos, de medidas, 125 x 115 mm, con mando bajo coaxial y escala Vernier.
- Condensador de Abbe N.A 1.2 regulable en altura y precentrado con diafragma iris y portafiltro.
- Enfoque micro y macrométrico coaxial bilateral.
- División mínima 2 micrones.
- Con focus stop y tensión de ajuste en el micrométrico.
- Iluminación por LED con control de intensidad.

ACCESORIOS QUE DEBEN INCLUIRSE:

- Funda
- filtro azul
- espejo

CONSIDERACIONES GENERALES

NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN EL ANEXO DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN Y TODO DATO CONDUCENTE DEBIENDO ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PUEDE SER MOTIVO PARA DESESTIMAR LA OFERTA.

NOTA 2: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

NOTA 3: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR Y NO EXCLUYENTES, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO.

NOTA 4: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO.



*Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
Ingeniería Clínica Z.N - MS.*

NOTA 5: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.

NOTA 6: SE DEBERÁ ENTREGAR, JUNTO CON EL EQUIPO, LOS MANUALES DE USUARIO Y DE SERVICIO TÉCNICO, LOS MISMOS DEBEN SER ORIGINALES, COMPLETOS Y EN CASTELLANO. DEBERÁN ENTREGARSE AL MOMENTO DE RECEPCIÓN DEL EQUIPO.

NOTA 7: SE DEBERÁ GARANTIZAR POR ESCRITO QUE SE CUENTA CON UN STOCK PERMANENTE DE REPUESTOS CRÍTICOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO POR UN PERÍODO NO INFERIOR A 5 AÑOS.

PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.

LUGAR DE ENTREGA: DIVISIÓN PAÑOL DEL HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE – SITO EN LA CALLE MACKINLAY Y PIEDRABUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420.-

Esp. Bioing. Juan Francisco Navoni
Jefe Depto. Gestión de Tecnologías Médicas ZN
Ministerio de Salud