PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Fecha: 28/11/23

Compra N°: 383/2023-525 (Llamado Nro. 3 de Compra Nro. 179)
P.A. Nro.: 17766 Letra: E Año: 2023 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 14/11/23 - 13:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo									
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**
1	**401030179-1 CAMILLA GINECOLOGICA UNIDAD**									
*	Debe El lecho deberá ser de al menos 3 planos articulados y estructura resistente construido de perfiles de acero. Debe contar con un diseño ergonómico que permita el acceso a pacientes con movilidad reducida. Debe poseer posapiés regulables en diferentes posiciones para exploración ginecológica, Debe permitir posicionamiento Trendelenburg. El tapizado debe ser antibacteriano, lavable y sin costuras. Debe soportar una carga de al menos 120 kg. Debe incluir bandeja para instrumental y recoger residuos de acero inoxidable extraíble.									
BOGDANICH, MARIANO GERMAN		0	1,00	1,00	0,00	0,00	185.625,00	185.625,00	0,00	0,00
Marca:			Laboratorio:							
D. Amp. I.:	CAMILLA GINECOLOGICA - COTIZA CAMILLA GINECOLÓGICA (SEGÚN FORMULARIO DE COTIZACIÓN ADJUNTO) [2023 525-226] Debe El lecho deberá ser de al menos 3 planos articulados y estructura resistente construido de perfiles de acero. Debe contar con un diseño ergonómico que permita el acceso a pacientes con movilidad reducida. Debe poseer posapiés regulables en diferentes posiciones para exploración ginecológica, Debe permitir posicionamiento Trendelenburg. El tapizado debe ser antibacteriano, lavable y sin costuras. Debe soportar una carga de al menos 120 kg. Debe incluir bandeja para instrumental y recoger residuos de acero inoxidable extraíble.									
2	**401030234-1 LAMPARA GINECOLOGICA UNIDAD**									
*	Lámpara de pie montada sobre un pedestal que permita ajustar la altura y Angulo de iluminación. Que permita variar la intensidad de iluminación. Que incluya filtro para una alta restauración del color y alto nivel de eliminación de sombras. Potencia del foco de al menos 25W. Nivel de iluminación central de 12000 Lux Alimentación eléctrica 220V CA/50 HZ									
BOGDANICH, MARIANO GERMAN		0	1,00	1,00	0,00	0,00	144.525,00	144.525,00	0,00	0,00
Marca: ALTUS CLARITAS			Laboratorio:							
D. Amp. I.:	LAMPARA GINECOLOGICA - COTIZA LÁMPARA GNECOLÓGICA. ALTUS CLARITAS (SEGÚN FORMULARIO DE COTIZACIÓN ADJUNTO) [2023 525-226] Lámpara de pie montada sobre un pedestal que permita ajustar la altura y Angulo de iluminación. Que permita variar la intensidad de iluminación. Que incluya filtro para una alta restauración del color y alto nivel de eliminación de sombras. Potencia del foco de al menos 25W. Nivel de iluminación central de 12000 Lux Alimentación eléctrica 220V CA/50 HZ									
3	**401030161-1 DETECTOR DE LATIDOS FETALES UNIDADES**									
*	Equipo portátil con soporte para transductor, con panel de control y pantalla para visualización LCD.									

Fecha: 28/11/23

Compra N°: 383/2023-525 (Llamado Nro. 3 de Compra Nro. 179)
P.A. Nro.: 17766 Letra: E Año: 2023 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 14/11/23 - 13:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
Que posee ajuste de volumen y brillo, con visualizador de frecuencia cardíaca. Que posea transductor ultrasónico Frecuencia de trabajo de al menos 2.5 Mhz con intensidad ultrasónica menor de 10 mW/cm2, método de detección autocorrelación de FCF instantánea, latido a latido, salida de audio 5 watts, rango de cálculo de FCF de 50 a 210 bpm. Que incluya batería recargable e incorporada con autonomía mínima de 30 minutos. Que posea indicador de batería baja Que incluya estuche protector.									
BOGDANICH, MARIANO GERMAN	0	1,00	1,00	0,00	0,00	145.742,00	145.742,00	0,00	0,00
Marca: CONTEC		Laboratorio:							
D. Amp. I.: DETECTOR DE LATIDOS FETALES - DOPPLER FETAL DE BOLSILLO SONOLINE. MARCA: CONTEC (sEGÚN FORMULARIO DE COTIZACIÓN ADJUNTO) [2023 525-226] Equipo portátil con soporte para transductor, con panel de control y pantalla para visualización LCD. Que posee ajuste de volumen y brillo, con visualizador de frecuencia cardíaca. Que posea transductor ultrasónico Frecuencia de trabajo de al menos 2.5 Mhz con intensidad ultrasónica menor de 10 mW/cm2, método de detección autocorrelación de FCF instantánea, latido a latido, salida de audio 5 watts, rango de cálculo de FCF de 50 a 210 bpm. Que incluya batería recargable e incorporada con autonomía mínima de 30 minutos. Que posea indicador de batería baja Que incluya estuche protector.									