



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur  
Dirección General de Ingeniería Sanitaria - MS.

“2023– 40 Aniversario de la Restauración de la Democracia”

## **ANEXO I**

**“S EXPTE. E4347 - 24 S/SOLICITUD DE COMPARA CABLE DE ALIMENTACION PARA EQUIPO DE GASES EN SANGRE - LABORATORIO CENTRO MODULAR TOLHUIN, dependientes del Ministerio de Salud”.**

**Renglón 1: 1 (UN) POWER ADAPTADOR AC/DC:** fuente de alimentación compatible para alimentación eléctrica del equipo marca EDAN modelo i15 analizador de gases.

### **CARACTERISTICAS TECNICAS MÍNIMAS**

- Tensión de salida: 19 V ; 3.5 Amp Máximo
- Tensión de entrada: 100/ 250 V ; 50-60 Hz
- Conector de alimentación 4 pines compatible para el equipo EDAN i15

### **CONSIDERACIONES GENERALES**

**NOTA 1:** LOS OFERENTES DEBERAN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TECNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO I.

**NOTA 2:** EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUIDO CABLE DE CONEXIÓN AL EQUIPO ANALIZADOR DE SANGRE Y CABLE DE ALIMENTACION.

**NOTA 3:** SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN.

**NOTA 4:** EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-

**PLAZO DE ENTREGA:** INMEDIATO DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.

### **LUGAR DE ENTREGA:**

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA HOSPITALARIA TOLHUIN ZONA CENTRO DEL CENTRO MODULAR – SITO EN AV LOS ÑIRES 149 – TOLHUIN – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9412.

**RESPONSABLE AL RECIBIR:** ING WEBER CARINA JEFE DPTO ING HOSPITALARIA TOLHUIN

Ing. WEBER Carina

Departamento de Ingeniería Hospitalaria Zona Centro Tolhuin

Ministerio de Salud TDF