

INF Nº 04/2024
Letra: DICZN-MS
Rio Grande, 06 de marzo de 2024

Informe Técnico de Preadjudicación

Contratación Directa Nº 39/2024-525

En la ciudad de Río Grande a los 06 días del mes de marzo de 2024, a fin de analizar las ofertas recibidas en la Contratación Directa Nº 0039/2024-525 tramitada bajo expediente MS-E-11819-2024, referente a "SOLICITUD DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PLANTA DE ÓSMOSIS INVERSA PORTÁTIL MARCA FG DEL SERVICIO DE HEMODIÁLISIS DEL HRU Y HRRG", habiéndose analizado técnicamente, se procede a avalar las mismas:

AVALAR TÉCNICAMENTE

- Proveedor ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO, CUIT Nº 20-12284563-0 Renglón 1, 2, 3, 4 y 5 alt. 00.
- Proveedor MEDIFAR SRL, CUIT Nº 30-71800743-3 Renglón 5 alt. 00.

De igual modo, se aconseja preadjudicar a las firmas consignadas respetando el siguiente Orden de Mérito:

CUADRO DE PREADJUDICACIÓN POR ORDEN DE MÉRITO

Nº ORDEN	ORDEN DE MÉRITO	ALT.	PROVEEDOR
ÍTEM 1	1º (oferta única)	00	ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO
ÍTEM 2	1º (oferta única)	00	ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO
ÍTEM 3	1º (oferta única)	00	ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO
ÍTEM 4	1º (oferta única)	00	ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO
ÍTEM 5	1º	00	ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO
	2º	00	MEDIFAR SRL

En relación a los ítems con la leyenda "OFERTA ÚNICA", se deja constancia que su precio no resulta inconveniente para el Estado (Dto. Pcial. Nº 674/11 Art. 34 Punto 58).

Bioing. Juliana Nair Tuma
Jefa Dpto. Gestión de Tecnologías Médicas ZS
Ministerio de Salud

Bioing. Luciana Ferro
Dir. Ingeniería Clínica ZN
Ministerio de Salud

Firmado Electrónicamente por
INGENIERO FERRO LUCIANA GRACIELA
Gobierno de Tierra del Fuego
DIRECTOR INGENIERÍA CLÍNICA ZN
06/03/2024 15:57

Firmado Electrónicamente por
JEFE DE DEPARTAMENTO TUMA JULIANA
NAIR
Gobierno de Tierra del Fuego
JEFE DE DEPARTAMENTO Depto. de Gestión de
Tecnologías Médicas ZS
06/03/2024 16:00