



GEN  
GTF

PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 01/03/24 14:24:29  
Nº de Hoja: 1  
Cm0059

Fecha: 01/03/24

Compra N°: 39/2024-525

P.A. Nro.: 11819

Letra: E

Año: 2024

Ambito: 1728

C.N.: 0

D.V.:

Apertura 29/02/24 - 13:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo	Ofertada	Bonificada	Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
<b>1</b>	<b>401080048-1 BOMBA PRESURIZADORA UNIDAD</b>							
*	2 Bombas presurizadoras compatible con planta ósmosis inversa marca FG modelo TP100 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (mínimas) Bomba rotativa Material acero inoxidable Presión 200 PSI máximo Caudal 500 LH máximo CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA Y MODELO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN Y TODO DATO PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL EN EL CASO QUE LO REQUIERA. NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: UNA Para DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS MÉDICAS ZS – HOSPITAL REGIONAL USHUAIA GOBERNADOR ERNESTO CAMPOS – 12 DE OCTUBRE Y MAIPÚCIUDAD DE USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO UNA para DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS MEDICAS ZN – HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE – AMEGHINO 719 -CIUDAD DE RIO GRANDE – CP 9420- TIERRA DEL FUEGO.	0	1,00	2,00	0,00	0,00	2.987.500,00	2.987.500,00
	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO Marca: <b>D. Amp. I.:</b> BOMBA PRESURIZADORA - COTIZA FLUID-O-TECH PA 411 (030019) (FORMULARIO DE COTIZACIÓN) [2024 525-77] 2 Bombas presurizadoras compatible con planta ósmosis inversa marca FG modelo TP100 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (mínimas) Bomba rotativa Material acero inoxidable Presión 200 PSI máximo Caudal 500 LH máximo CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA Y MODELO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN Y TODO DATO PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL EN EL CASO QUE LO REQUIERA. NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: UNA Para DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS MÉDICAS ZS – HOSPITAL REGIONAL USHUAIA GOBERNADOR ERNESTO CAMPOS – 12 DE OCTUBRE Y MAIPÚCIUDAD DE USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO UNA para DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS MEDICAS ZN – HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE – AMEGHINO 719 -CIUDAD DE RIO GRANDE – CP 9420- TIERRA DEL FUEGO.							
<b>2</b>	<b>270010007-5 ACOPLÉ RAPIDO 1/2 PULGADA UNIDAD</b>							
*	2 (DOS) Acople de bomba compatible con Planta de ósmosis inversa FG modelo TP100 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (mínimas) Acople compatible con renglón N°1 y planta de FG modelo TP100 CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA Y MODELO QUE ACREDITE							







GEN  
GTF

PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 01/03/24 14:24:29  
Nº de Hoja: 4  
Cm0059

Fecha: 01/03/24

Compra N°: 39/2024-525

P.A. Nro.: 11819

Letra: E

Año: 2024

Ambito: 1728

C.N.: 0

D.V.:

Apertura 29/02/24 - 13:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo										
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado		
ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	0	1,00	5,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00		
Marca:		Laboratorio:									
<b>D. Amp. I.:</b> Tiras reactivas control I p/ Analizador quimico - COTIZA OXIDIAL (SEGÚN FORMULARIO DE COTIZACIÓN)											
[2024 525-77] 5 (CINCO) Tira Reactiva Determinación Dureza de agua											
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (mínimas)											
Presentación: frasco o paquete de 100 unidades											
Detección mínima: 17 PPM											
CONSIDERACIONES GENERALES											
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA Y MODELO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN Y TODO DATO CONDUCENTE DEBIENDO ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL EN EL CASO QUE LO REQUIERA											
NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-											
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.											
LUGAR DE ENTREGA:											
tres para DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS MÉDICAS ZS – HOSPITAL REGIONAL USHUAIA GOBERNADOR ERNESTO CAMPOS – 12 DE OCTUBRE Y MAIPÚCIUDAD DE USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO											
Dos para DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS MEDICAS ZN – HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE – AMEGHINO 719 -CIUDAD DE RIO GRANDE – CP 9420- TIERRA DEL FUEGO.											
5	<b>250210891-1 Tiras reactivas control I p/ Analizador quimico Unidad</b>										
*	14 (CATORCE)Tira Reactiva Concentración de Ácido Peracético										
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (mínimas)										
	Presentación: franco o paquete de 100 unidades o similar										
	Detección mínima: 0,5 PPM										
	CONSIDERACIONES GENERALES										
	NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA Y MODELO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN Y TODO DATO CONDUCENTE DEBIENDO ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL EN EL CASO QUE LO REQUIERA										
	NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-										
	PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.										
	LUGAR DE ENTREGA:										
	Dos para DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS MÉDICAS ZS – HOSPITAL REGIONAL USHUAIA GOBERNADOR ERNESTO CAMPOS – 12 DE OCTUBRE Y MAIPÚCIUDAD DE USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO										
	Doce para DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS MEDICAS ZN – HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE – AMEGHINO 719 -CIUDAD DE RIO GRANDE – CP 9420- TIERRA DEL FUEGO.										
ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	0	1,00	14,00	0,00	0,00	43.600,00	43.600,00	0,00	0,00		
Marca:		Laboratorio:									
<b>D. Amp. I.:</b> Tiras reactivas control I p/ Analizador quimico - COTIZA OXIDIAL (EGÚN FORMULARIO DE COTIZACIÓN)											

