



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

Secretaría de Gestión de Servicios Asistenciales  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00064/2024

Pieza Administrativa E Nro. 20161- E - 2024- 1728 - 0/

RAF 577 FE FDO. DE FINANC. DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD HRRG L

Fecha: 29/04/24

Apertura: 3/5/2024 12:00

Encuadre Legal: LP 1015 ART. 18 INC L)

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....


C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Comentario : S/ADQUISICIÓN DE MICROSCOPIO PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO H.R.R.G.  
(CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES VER ANEXO I )

Notas de Pedidos Relacionadas: 2024/577 96 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	<b>Microscopio. Unidad</b>			
>>	MICROSCOPIO BINOCULAR PARA INMUNOFLUORESCENCIA LED. Estativo con diseño de líneas curvas que proporcionan una gran estabilidad, Iluminador incorporado de luz transmitida LED 3w. Fuente de poder auto ajustable 110-220 voltsy regulación electrónica de intensidad de luz. Diafragma de campo para realizar iluminación de Köhler. Movimiento de enfoque Micro-Macrométrico con perillas de comando Bi-lateral.Cabezal Binocular ángulo de observación inclinado 30 grados, que favorece la correcta postura del observador, campo visual de hasta 20mm. Par de oculares de Gran campo WF 10x/18 mm con ajuste de dioptrías. Revolver porta-objetivos Cuádruple para óptica corregida al infinito: Plan Achromat 10x/0.25 Plan Achromat 20x/0.40 Plan Achromat 40x/0.65 Plan Achromat 100x/1.25 Condensador para Campo claro con diafragma de luz y A.N. 0.9/1.25 Apto para contraste de fases y campo oscuro. Platina de 140 x 135mm con porta muestra y rango de trabajo X/Y de 75x30mm. Comando de desplazamiento ubicado a la derecha. Acepta accesorio para Epifluorescencia LED y sistemas para documentación digital. Sistema integrado de Epifluorescencia LED de intensidad regulable compuesto por	1.00	.....	.....

  
Gomez Yarina  
Leg. 30187349/00  
Jefa Departamento Administrativo  
Contable HRRG



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

Secretaría de Gestión de Servicios Asistenciales  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00064/2024

Pieza Administrativa E Nro. 20161- E - 2024- 1728 - 0/

RAF 577 FE FDO. DE FINANC. DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD HRRG L

Fecha: 29/04/24

Apertura: 3/5/2024 12:00

Encuadre Legal: LP 1015 ART. 18 INC L)

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Comentario : S/ADQUISICIÓN DE MICROSCOPIO PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO H.R.R.G.  
(CARACTERISTICAS Y CONDICIONES VER ANEXO I)

Notas de Pedidos Relacionadas: 2024/577 96 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	<p>Iluminador de luz reflejada Iled Módulo LED 470nm Módulo reflector con set de filtros 09 (FITC) Corredera con filtro amarillo Sistema de protección contra la luz externa para los oculares. Lámpara piloto de indicadora del funcionamiento del sistema de epi-iluminación: la luminosidad de la lámpara piloto corresponde a la intensidad luminosa ajustada. Función de seguridad INTERLOCK: El microscopio Primo StarILED con dispositivo de luz reflejada FL está provisto de una función de seguridad (Interlock) que cuida de que el LED incorporado en el dispositivo de luz reflejada se apague tan pronto que se gire el dispositivo de luz reflejada con respecto al estativo o se lo quite. Nota: principales ventajas de la iluminación LED No es necesario cambiar lámparas Los diodos de luz tienen una duración mínima de 10 años. No es necesario centrado de lámparas Se puede utilizar inmediatamente sin tiempos de calentamiento o enfriamiento Muy baja producción de calor. (Protección de las muestras). Incluye: Aceite inmersión. Funda de protección. Manual de Instrucciones. Incluye: Aceite inmersión. Funda de protección. Manual de Instrucciones.</p>			

Memo (Nro: 3) - FORMULARIO DE COTIZACIÓN CONTRATACION DIRECTA

Página 2 de 4

Gomez Yanina  
Leg. 30187349/00  
Jefa Departamento Administrativo  
Contable HRRG



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

Secretaría de Gestión de Servicios Asistenciales  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00064/2024

Pieza Administrativa E Nro. 20161- E - 2024- 1728 - 0/

RAF 577 FE FDO. DE FINANC. DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD HRRG L

Fecha: 29/04/24

Apertura: 3/5/2024 12:00

Encuadre Legal: LP 1015 ART. 18 INC L)

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Comentario : S/ADQUISICIÓN DE MICROSCOPIO PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO H.R.R.G.  
(CARACTERISTICAS Y CONDICIONES VER ANEXO I )

Notas de Pedidos Relacionadas: 2024/577 96 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
-------	-------------	----------	--------------	---------

LA OFERTA DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL (PRESENCIAL O VIA CORREO ELECTRONICO). SU PRESENTACIÓN Y EL HECHO DE COTIZAR Y FIRMAR EL PRESENTE FORMULARIO, IMPLICA EL PLENO CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN, COMO ASÍ TAMBIÉN DE LAS OBLIGACIONES EMERGENTES DE LA ADJUDICACIÓN. TODAS LAS HOJAS QUE CONFORMEN LA OFERTA DEBERÁN ESTAR FIRMADAS Y ACLARADAS POR EL OFERENT O POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO. ASIMISMO, LA OFERTA DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADA DEL CERTIFICADO PROTDF VIGENTE.

SE INDICA QUE LA OFERTA DEBERÁ COMPLETARSE UTILIZANDO DOS DECIMALES EN LAS COLUMNAS DE CANTIDAD Y PRECIO, EN TODOS LOS RENGLONES QUE LA COMPONEN.

ADEMÁS, LA COTIZACIÓN DEBERÁ REALIZARSE SIN CONSIDERAR EL I.V.A., SEGÚN LEY NUMERO 19.640 DE SER NECESARIO, LOS REQUERIMIENTOS, PLAZOS DE CUMPLIMIENTO, Y OTRAS CONDICIONES Y ACLARACIONES ADICIONALES RELACIONADAS CON LA PRESENTE CONTRATACIÓN, SE DETALLARAN EN UN ANEXO ADJUNTO EN CASO DE CORRESPONDER.

TOTAL :\$ .....

Son Pesos: .....

.....  
Firma y Sello Responsable

Los precios deberán expresarse en pesos hasta dos decimales (\$.....)

Forma de Pago	30(TREINTA)DIAS, RECIBIDA Y CONFORME DE FACT. DCTO.674/11ART.34 PUNTO 96
Plazo de Entrega:	SEGUN ANEXO I
Mantenimiento de Oferta:	30(TREINTA)DIAS DEL CIERRE DE COTIZACION-PRORROGABLE DCTO 674/11 ART.34 PUNTO 47
Lugar de Entrega:	SEGUN ANEXO I
Recepción de Sobres Cerrados hasta:	EL DIA 03/05/24 A LAS 12HS
Domicilio de presentación de ofertas:	VIA CORREO ELECTRONICO COMPRAS-HRRG@TIERRADELFUEGO.GOB.AR O A LA OFICINA DE COMPRAS DEL HRRG
Domicilio de apertura de ofertas:	AMEGHINO 709- RIO GRANDE TIERRADEL FUEGO OFICINA DE COMPRAS DEL HRRG
Vigencia del Contrato:	NO APLICA
Garantía de Oferta:	SI SE REQUIERE
Requiere Muestra:	No

Gomez Yanina  
Leg. 30187349/00  
Jefa Departamento Administrativo  
Contable HRRG



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

Secretaría de Gestión de Servicios Asistenciales  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00064/2024

Pieza Administrativa E Nro. 20161- E - 2024- 1728 - 0/

RAF 577 FE FDO. DE FINANC. DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD HRRG L

Fecha: 29/04/24

Apertura: 3/5/2024 12:00

Encuadre Legal: LP 1015 ART. 18 INC L)

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....


C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Comentario : S/ADQUISICIÓN DE MICROSCOPIO PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO H.R.R.G.  
(CARACTERISTICAS Y CONDICIONES VER ANEXO I )

Notas de Pedidos Relacionadas: 2024/577 96 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	Flete a Cargo	DEL PROVEEDOR		

  
Gomez Yanina  
Leg. 30187349/00  
Jefa Departamento Administrativo  
Contable HRRG



## ANEXO I

Referente a adquisición de Microscopio binocular de inmunofluorescencia para el Servicio de Laboratorio Central del HRRG dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia.

### RENGLÓN Nº 1: 1 (UNO) MICROSCOPIO BINOCULAR DE INMUNOFLUORESCENCIA PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CENTRAL DEL HRRG

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Estativo ergonómico con iluminador incorporado, de intensidad regulable iluminación de LED blanco de al menos 3W y con función automática de apagado LED.
- Diafragma de campo incorporado en el cuerpo para iluminación Köhler
- La platina se debe detener a la altura establecida incluso cuando se gira el tornillo de enfoque, para eliminar el riesgo de enfocar demasiado y romper los portaobjetos o dañar los objetivos.
- Sistema anti-hongos tanto en la pintura como en el sistema óptico.
- Platina de al menos 140 x 135mm con porta muestra y rango de trabajo X/Y de al menos 75x30mm.
- Cabezal de observación binocular de ángulo de observación inclinado de 30º, campo de visión de hasta 20 mm y distancia interpupilar graduable al menos entre 48 y 75 mm.
- Par de oculares de Gran Campo WF10x/18 con ajuste de dioptrías
- Condensador Abbe para campo claro con diafragma de luz y A.N. 0.9/1.25 compatible para contraste de fases y campo oscuro.
- Revólver porta-objetivos cuádruple para óptica corregida al infinito
- Sistema óptico corregido al infinito de larga distancia compuesto por los siguientes objetivos PLANACROMATICOS (aumento/apertura numérica):
  - Plan-ACHROMAT 10x/0.25
  - Plan-ACHROMAT 20x/0.40
  - Plan-ACHROMAT 40x/0.65
  - Plan-ACHROMAT 100x/1.25

El equipo se debe entregar con:

- funda protectora
- manual de instrucciones.
- Alimentación: Adaptador CA incluido
- Sistema integrado de Epifluorescencia LED de intensidad regulable compuesto por iluminador de luz reflejada, modulo LED 470nm, modulo reflector con set de filtros 09, corredera con filtro amarillo y sistema de protección contra la luz externa para los oculares

#### CONSIDERACIONES GENERALES

**NOTA 1:** LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN Y TODO DATO CONDUCENTE DEBIENDO ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA.

**NOTA 2:** EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

**NOTA 3:** LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR Y NO EXCLUYENTES, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO.

**NOTA 4:** SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12) MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO.

  
Gomez Yanina  
Leg. 30187349/00  
Jefa Departamento Administrativo  
Contable HRRG

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos"



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur  
Departamento de Gestión de Tecnologías  
Médicas Z.N - MS.

«2024 - 30° ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN  
NACIONAL DE 1994»

**NOTA 5:** EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.

**NOTA 6:** SE DEBERÁ GARANTIZAR QUE SE CUENTA CON UN STOCK PERMANENTE DE REPUESTOS CRÍTICOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO POR UN PERÍODO NO INFERIOR A 5 AÑOS.

**NOTA 7:** EL EQUIPO DEBERÁ ESTAR REGISTRADO EN EL ANMAT. DEBERÁ CUMPLIMENTAR CON TODO LO ESTABLECIDO EN LA NORMA IRAM 4220-1 (O SU EQUIVALENTE IEC 60601-1) EXIGIDA PARA EQUIPOS MÉDICOS.

**PLAZO DE ENTREGA:** TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.

**LUGAR DE ENTREGA:** DIVISIÓN PAÑOL DEL HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE – SITO EN LA CALLE MACKINLAY Y PIEDRABUENA – CIUDAD DE RIO GRANDE – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9420.-

Ing. Marcos A. Saac  
Div. Instalaciones Áreas Críticas  
Ministerio de Salud TDF AelIAS

  
Gomez Yanina  
Leg. 30187349/00  
Jefa Departamento Administrativo  
Contable HRRG