PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Fecha: 05/04/24

Compra N°: 59/2024-525
P.A. Nro.: 12742 Letra: E Año: 2024 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 25/03/24 - 11:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
1 **401030084-1 TURBINA USO ODONTOLOGICO UNIDAD**									
* Corresponde cotizar: Cuerpo metálico. Sistema sujeción fresa tipo Push Button. Para fresa estándar 1.6mm de diámetro. RPM entre 35000 a 38000. Acople tipo Borden 2 vías. Presión de trabajo aire 2 a 3 Kg/cm2. Spray de agua en zona de trabajo tipo triple. Luz led incorporada. Rodamientos cerámicos. Esterilizable por autoclave 135ºC a vapor H2O									
ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	0	1,00	9,00	0,00	0,00	627.860,00	627.860,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							
D. Amp. I.: TURBINA USO ODONTOLOGICO- COTIZA MOD SIRION LED MARCA KMD (VER DESCRIPCIÓN DETALLADA EN ADJUNTO AL FORMULARIO) [2024 525-115] Corresponde cotizar: Cuerpo metálico. Sistema sujeción fresa tipo Push Button. Para fresa estándar 1.6mm de diámetro. RPM entre 35000 a 38000. Acople tipo Borden 2 vías. Presión de trabajo aire 2 a 3 Kg/cm2. Spray de agua en zona de trabajo tipo triple. Luz led incorporada. Rodamientos cerámicos. Esterilizable por autoclave 135ºC a vapor H2O									