PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Fecha: 23/03/24

Compra N°: 48/2024-525
P.A. Nro.: 12936 Letra: E Año: 2024 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 13/03/24 - 14:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo									
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**
1	**300030002-128 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 0**									
*	CORRESPONDE COTIZAR: -S/Mantenimiento correctivo de 1 (uno) Videocolonoscopio marca Pentax modelo EC-3890LI S/N Q110344 incorporado en torre de endoscopia marca Pentax modelo EPKi5010 S/N UB010336 del servicio de quirófano del Hospital Regional Rio Grande, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Tierra del Fuego". ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VIDEOCOLONOSCOPIO MARCA PENTAX MODELO EC-3890LI S/N Q110344 Se requiere realizar destape de canal de aire agua. Revisar estado general y funcionamiento. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: El transporte (flete) debe estar a cargo del proveedor.- PLAZO DE ENTREGA: Treinta (30) días de notificada de la orden de compra. LUGAR DE MANTENIMIENTO: Servicio de Ing. Clínica del Hospital Regional Rio Grande – sito en la calle Ameghino 709 – Ciudad de Rio Grande – Tierra del Fuego – C.P. 9420									
CORPO MEDICA S.A.		0	1,00	1,00	0,00	0,00	160.800,00	160.800,00	0,00	0,00
Marca:			Laboratorio:							
D. Amp. I.:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO-COTIZA REPARACIÓN EQUIPO PENTAX-DESTAPE DE CANAL AIRE AGUA-LEGAJO 4430 EC-3890LI Q110344-CONDICIONES DE PAGO: A CONTADO; EL ENVÍO SERÁ SIN CARGO: CORPOMEDICA MISMO-PRESUPUESTO SIN IVA INCLUIDO									

[2024 525-99] CORRESPONDE COTIZAR:
-S/Mantenimiento correctivo de 1 (uno) Videocolonoscopio marca Pentax modelo EC-3890LI S/N Q110344 incorporado en torre de endoscopia marca Pentax modelo EPKi5010 S/N UB010336 del servicio de quirófano del Hospital Regional Rio Grande, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Tierra del Fuego".
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
VIDEOCOLONOSCOPIO MARCA PENTAX MODELO EC-3890LI S/N Q110344
Se requiere realizar destape de canal de aire agua.
Revisar estado general y funcionamiento.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: El transporte (flete) debe estar a cargo del proveedor.-
PLAZO DE ENTREGA: Treinta (30) días de notificada de la orden de compra.
LUGAR DE MANTENIMIENTO: Servicio de Ing. Clínica del Hospital Regional Rio Grande – sito en la calle Ameghino 709 – Ciudad de Rio Grande – Tierra del Fuego – C.P. 9420

Firmado Electrónicamente por
AGENTE ALIENO NADIA
Gobierno de Tierra del Fuego
AGENTE
23/03/2024 10:19