Fecha: 02/05/24

Compra N°: 90/2024-525 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 76)
P.A. Nro.: 13174 Letra: E Año: 2024 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 25/04/24 - 11:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado

1 **300030108-1 Servicio de Mantenimiento Equipo Medico unidad**

* Mantenimiento correctivo Flat Panel marca Drtech NS 3543WF
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS
Reparación de detector
Actualización software de cargador de batería
Dos (2) baterías compatibles con el detector
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN Y TODO DATO CONDUCENTE DEBIENDO ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA.
NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA: DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS MÉDICAS ZONA SUR – 12 DE OCTUBRE N.º 65 - CIUDAD DE USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.-

CERETANI, PABLO LUIS	0	1,00	1,00	0,00	0,00	6.616.000,00	6.616.000,00	0,00	0,00

Marca: Laboratorio:

D. Amp. I.: Servicio de Mantenimiento Equipo Medico- VER PRESUPUESTO ADJUNTO
[2024 525-112] Mantenimiento correctivo Flat Panel marca Drtech NS 3543WF
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS
Reparación de detector
Actualización software de cargador de batería
Dos (2) baterías compatibles con el detector
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN Y TODO DATO CONDUCENTE DEBIENDO ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA.
NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA: DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS MÉDICAS ZONA SUR – 12 DE OCTUBRE N.º 65 - CIUDAD DE USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.-

2 **300030108-1 Servicio de Mantenimiento Equipo Medico unidad**

* Mantenimiento correctivo Ecógrafo ESAOTE modelo MyLab Gold NS 04957
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS
Recambio de disco rígido compatible con software Esaote.
Actualización de software de ser necesaria
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fecha: 02/05/24

Compra N°: 90/2024-525 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 76)
P.A. Nro.: 13174 Letra: E Año: 2024 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 25/04/24 - 11:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
REQUERIDAS EN EL ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN Y TODO DATO CONDUCENTE DEBIENDO ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA. NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS MÉDICAS ZONA SUR – 12 DE OCTUBRE N.º 65 - CIUDAD DE USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.-									
CERETANI, PABLO LUIS	0	1,00	1,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							
D. Amp. I.: Servicio de Mantenimiento Equipo Medico- VER PRESUPUESTO ADJUNTO [2024 525-112] Mantenimiento correctivo Ecógrafo ESAOTE modelo MyLab Gold NS 04957 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS Recambio de disco rígido compatible con software Esaote. Actualización de software de ser necesaria CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN Y TODO DATO CONDUCENTE DEBIENDO ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA. NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR. PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS MÉDICAS ZONA SUR – 12 DE OCTUBRE N.º 65 - CIUDAD DE USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.-									