PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Fecha: 21/05/24

Compra N°: 126/2024-525
P.A. Nro.: 38260 Letra: E Año: 2024 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 17/05/24 - 11:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
1	**290030121-1 Lampara de led Unidad**								
*	dos (2) cabezales luz led para sillón odontológico que se pueda adaptar. Compatible con sillón FOSHAN ANGLE MEDICAL APPARATUS Especificaciones Generales: Luz LED: luz blanca, fría y focalizada no molesta a los pacientes Cantidad de led minima: 6 seis Adaptable a cualquier unidad Switch y sensor de movimiento de encendido Para fuente de alimentación: AC 12V- 24V Consumo de energía entre: 4-8w Intensidad de la luz (lux) aproximados: 10.000-45.000lux Agarraderas desmontables para una fácil limpieza CRI: 85% Movimiento: 3 direcciones Temperatura de color: 5000-6000 k CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME Y/O FOTO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO. NOTA 2: EN CASO DE CONSIDERARLO NECESARIO SE PODRÁ SOLICITAR INFORMACIÓN TÉCNICA ACLARATORIA. NOTA 3: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. NOTA 4: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN, CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO. NOTA 5: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- PLAZO DE ENTREGA: 30 (TREINTA) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: Centro Modular Sanitario - Av Los Ñires 149 – Tolhuin TDF CP 9412								
ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	0	1,00	2,00	0,00	0,00	507.000,00	507.000,00	0,00	0,00
Marca:		Laboratorio:							
D. Amp. I.:	Lampara de led-COTIZA LOXO-FOCO DE 6 LED-LAMPARA DENTAL LED MODELO CX249-23-CARACTERISTICAS: LA ILUMINACIÓN PUEDE ALCANZAR MÁS DE 45000 LUX CUANDO LA POTENCIA ES DE 6W.EL MODO DE REFLEXI COLOR Y TEMPERATURA PARA EL PUNTO DE LUZ TOTAL SON LOS MISMOS, REDUCEN EN GRAN MEDIDA LA SEPARACION DE COLOR A TRAVES DE LA LENTE,ASI COMO EL EFECTO SOBRE EL MATERIAL SENSIBLE A LA LU INTERRUPTOR)-MOVIMIENTO LIBRE DE 3 DIRECCIONES, COLOCANDO LA LUZ DONDE DESEE-FACILES DE LIMPIAR,CON ASAS EXTRAIBLES-6 LED DE ALTA POTENCIA-ILUMINACION AJUSTABLE(CONTINUA)-TEMPERATURA 5300K,ASPECTO A LA LUZ NATURAL PARA REDUCIR EL DAÑO A LOS OJOS DURANTE UNA OPERACION PROLONGADA-DETALLES TECNICOS: FUENTE DE ALIMENTACION:AC12-24V-CONSUMO DE ENERGIA:6W [2024 525-189] dos (2) cabezales luz led para sillón odontológico que se pueda adaptar. Compatible con sillón FOSHAN ANGLE MEDICAL APPARATUS Especificaciones Generales: Luz LED: luz blanca, fría y focalizada no molesta a los pacientes Cantidad de led minima: 6 seis Adaptable a cualquier unidad Switch y sensor de movimiento de encendido								

Fecha: 21/05/24

Compra N°: 126/2024-525
P.A. Nro.: 38260 Letra: E Año: 2024 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 17/05/24 - 11:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo									
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**

Para fuente de alimentación: AC 12V- 24V
Consumo de energía entre: 4-8w
Intensidad de la luz (lux) aproximados: 10.000-45.000lux
Agarraderas desmontables para una fácil limpieza
CRI: 85%
Movimiento: 3 direcciones
Temperatura de color: 5000-6000 k
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR INFORME Y/O FOTO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO.
NOTA 2: EN CASO DE CONSIDERARLO NECESARIO SE PODRÁ SOLICITAR INFORMACIÓN TÉCNICA ACLARATORIA.
NOTA 3: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
NOTA 4: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN, CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO.
NOTA 5: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
PLAZO DE ENTREGA: 30 (TREINTA) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA: Centro Modular Sanitario - Av Los Ñires 149 – Tolhuin TDF CP 9412

Firmado Electrónicamente por
AGENTE ALIENO NADIA
Gobierno de Tierra del Fuego
AGENTE
21/05/2024 13:07