Ushuaia, 27 de Mayo de 2024.-

Departamento Compras - MS

INFORME TÉCNICO EVALUACIÓN TECNOLÓGICAS DE COMPRA DIRECTA N.º 03/2024-106

Por medio de la presente se realiza el informe técnico de los renglones N° 1 , 2 y 10 del expediente N° MS-E-23658-2024: "***ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL BANCO DESCENTRALIZADO DE AYUDAS TÉCNICAS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN DE USHUAIA DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE GESTIÓN DE PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN***", los cuales son por definición producto médico activo.

Del análisis de tecnologías acorde al formulario de cotización se realiza las siguientes menciones:

Cumplimiento de Solicitud

- Proveedor ***IMAF SAS*** **CUIT N.º 30-71804190-9**
  - ***RENGLÓN N.º: 2, y 10,*** Alternativa N.º 00
  - ***RENGLÓN N.°: 1 y 10,*** Alternativa N.º 01

  Cabe aclarar que la silla de rueda modelo ECLIPS XXL posee un ancho de asiento de hasta 75 cm y una profundidad de 102cm, siendo estos valores los que mejor se aproximan a lo solicitado
- Proveedor ***RANGUS S.A.*** **CUIT N.º 30-71622281-7**
  - ***RENGLÓN N.º: 2 y 10,*** Alternativa N.º 00
- Proveedor ***USH726 DE MARIANO BOGDANICH*** **CUIT N.º 20-23462969-8**
  - ***RENGLÓN N.º: 2 y 10,*** Alternativa N.º 00

Incumplimiento de solicitud

- Proveedor ***IMAF SAS*** **CUIT N.º 30-71804190-9**
  - ***RENGLÓN N.º: 1,*** Alternativa N.º 00

  Por NO ajustarse a las especificaciones técnicas del formulario de cotización. Especificación técnica: ancho de silla solicitada de 80 cm aproximadamente, la oferta es de 56 cm.

- Proveedor ***RANGUS S.A.*** **CUIT N.º 30-71622281-7**
  - ***RENGLÓN N.º: 1*** *Alternativa N.º 00*

  Por NO ajustarse a las especificaciones técnicas del formulario de cotización. Especificación técnica: ancho de silla solicitada de 80 cm aproximadamente, la oferta es de 51 cm.
- Proveedor ***USH726 DE MARIANO BOGDANICH*** **CUIT N.º 20-23462969-8**
  - ***RENGLÓN N.º: 1*** *Alternativa N.º 00*

  Por NO ajustarse a las especificaciones técnicas del formulario de cotización. Especificación técnica: ancho de silla solicitada de 80 cm aproximadamente, la oferta es de 51 cm.

Una vez realizado el análisis de especificaciones técnicas se precede a la evaluación económica, dando como resultado el siguiente orden de mérito

NUMERO DE ORDEN	ORDEN DE MERITO	ALT	PROVEEDOR
ITEM 1	*1°*	01	*IMAF SAS*
ITEM 2	*1°*	00	*IMAF SAS*
	2°	00	*USH726 DE MARIANO BOGDANICH*
	3°	00	*RANGUS S.A.*
ITEM 10	*1°*	00	*RANGUS S.A.*
	2°	00	*USH726 DE MARIANO BOGDANICH*
	3°	00	*IMAF SAS*
	4°	01	*IMAF SAS*

Se deja constancia que la oferta presentada por el proveedor **IMAF SAS** en el ítem N°1, es el único oferente que cumple con lo solicitado en el formulario de cotización. Siendo este un instrumental de alta criticidad para pacientes obesos, se recomienda la adquisición de la silla de ruedas aún cuando la oferta supera el 20% de la reserva inicial en orden N° 29, acotando además que este valor se ajusta al valor del mercado actual.

Sin otro particular, atte.

Bioing. Juliana N. Tuma
Jefa de Departamento
Departamento de Gestión de TMZS
Ministerio de Salud

Firmado Electrónicamente por
JEFE DE DEPARTAMENTO TUMA JULIANA NAIR
Gobierno de Tierra del Fuego
JEFE DE DEPARTAMENTO Depto. de Gestión de Tecnologías Médicas ZS
29/05/2024 11:14