



Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00139/2024

Pieza Administrativa E Nro. 46431- E - 2024- 1728 - 0/

RAF 577 FE FDO. DE FINANC. DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD HRRG L

Fecha: 17/07/24

Apertura: 22/7/2024 10:00

Encuadre Legal: LEY 1015 ART. 18 INC.L)

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Comentario : S/adquisición de insumos descartables para Unidad de Endoscopia Digestiva Diagnostica y
Terapéutica del Hospital Regional Rio Grande.

Notas de Pedidos Relacionadas: 2024/577 176 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	PINZA BIOPSIA 160 CM C/AGUJA RADIAL JAW 4. Unidad			
>>	Corresponde cotizar: Radial Jaw 4 de capacidad estándar con aguja diámetro externo de la pinza en mm 2,2 / Longitud de trabajo(cm) 160/ Canal de trabajo mínimo(mm) 2,8 -Caja x 5 unidades	3.00
2	PINZA BIOPSIA 240CM C/AGUJA RADIAL JAW 4. Unidad			
>>	CORRESPONDE COTIZAR:Radial Jaw 4 de capacidad estándar con aguja diámetro externo de la pinza en mm 2,2 / Longitud de trabajo(cm) 240/ Canal de trabajo mínimo(mm) 2,8- Caja x 5 unidades	3.00
3	CLIP PARA HEMOSTASIA ROTARIO Y REPOSICIONABLE APERTURA DE 11M LONGITUD DE TRABAJO DE 2350mm. Unidad			
>>	CORRESPONDE COTIZAR: Clip para hemostasia lockado Ancho de apertura(mm)11/Diámetro B3 la camisa (mm)2,6/ Longitud de trabajo (mm) 2350/ mínimo del canal (mm)2,8	7.00
4	CLIP PARA HEMOSTASIA ROTARIO Y REPOSICIONABLE APERTURA DE 22M LONGITUD DE TRABAJO DE 2350MM. Unidad			
>>	CORRESPONDE COTIZAR: Clip para hemostasia lockado Ancho de apertura(mm)22/Diámetro de la camisa (mm)2,6/ Longitud de trabajo (mm) 2350/tamaño mínimo del canal (mm)2,8	7.00
5	LIGADOR DE BANDAS MULTIPLES D.E. DEL ENDOSCOPIO 8,6-11mm. Unidad			
>>	CORRESPONDE COTIZAR: -Super 7 Ligador de bandas Canal de trabajo mínimo (mm)2,8/ D.E. del endoscopio(mm)8,6-11/ Número de bandas/ unidad de ligadura 7	7.00
6	SONDA BIPOLAR HEMOSTASIA CON INYECCION 7 FR-CANAL 2.8 MM-210 CM Unidad			
>>	CORRESPONDE COTIZAR: Injection Gold Probe Catéter D.E. (F) / (mm)7 / 2,33 Aguja: Gauge: 25 Diámetro externo(mm) 0,51 Diámetro interno(mm)0,24/ Canal de trabajo mínimo (mm) 2,8/ Longitud de trabajo(cm) 210	3.00

Davila Belén
Leg. 36733892/00
Jefa Div. Compras
H.R.R.G. W/C.
DAC



Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00139/2024

Pieza Administrativa E Nro. 46431- E - 2024- 1728 - 0/

RAF 577 FE FDO. DE FINANC. DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD HRRG L

Fecha: 17/07/24

Apertura: 22/7/2024 10:00

Encuadre Legal: LEY 1015 ART. 18 INC.L)

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Comentario : S/adquisición de insumos descartables para Unidad de Endoscopia Digestiva Diagnostica y
Terapéutica del Hospital Regional Rio Grande.

Notas de Pedidos Relacionadas: 2024/577 176 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
7	SONDA BIPOLAR HEMOSTASIA 7 FR - CANAL 2.8 MM- 300 CM. Unidad			
>>	CORRESPONDE COTIZAR: -Gold Probe Catéter D.E.(F)/ (mm) 7 / 2,33/ Canal de trabajo mínimo(mm) 2,8/ Longitud de trabajo(cm) 350	1.00
8	AGUJA PARA ESCLEROTERAPIA GAUGE 25-CATETER CONTRASTE. Unidad			
>>	CORRESPONDE COTIZAR: -Interject Aguja para escleroterapia/ Diseño del catéter: Contraste/ D.E. de la vaina(mm) 2,3/ Aguja:D.E.(mm)0,0,51 D.I.(mm)0,24 Gauge 25/ Máxima longitud de extensión la aguja(mm) 4/ Longitud de trabajo(cm) 240	3.00
9	AGUJA PARA ESCLEROTERAPIA GAUGE 25 CATETER TRANSPARENTE. Un			
>>	CORRESPONDE COTIZAR: -Interject Aguja para escleroterapia/ Diseño del catéter: Transparente/ D.E. de la vaina(mm) 2,3/ Aguja:D.E.(mm)0,0,51 D.I.(mm)0,24 Gauge 25/ Máxima longitud de extensión la aguja(mm) 4/ Longitud de trabajo(cm) 240	3.00
10	GUÍA ESTANDAR RECTA 0,025"x260cm. Unidad			
>>	CORRESPONDE COTIZAR: -Guía estándar, recta, 0.025''x 260cm Jagwire-CAJAS X 2 UNIDADES	2.00
11	GUÍA ESTANDAR 0,025"x450cm. Unidad			
>>	CORRESPONDE COTIZAR:-Guía estándar, 0.025''x 450cm Jagwire- CAJA X 2 UNIDADES	2.00
12	BALON DE DILATACION DE EXPANSION RADIAL CONTROLADA CON GUIA - INFLADO DE 6-7-8MM. UNIDAD			
>>	CORRESPONDE COTIZAR: -Balón de dilatación colónicos/esofágicos/pilóricos/biliares con guía/ D.E. de inflado del balón(mm)6-7-8 (F)36-40,5-45/ Longitud del balón(cm)5,5/ Presiones de inflado (ATM)3-6-10 (kPa)304-608-1013/ Canal de trabajo mínimo(mm) 2,8/3,2/	2.00
13	BALON DE DILATACION DE EXPANSION RADIAL CONTROLADA CON GUIA -			

Dayila Belón
Leg. 26733892/00
Jefa Div. Compras
H.R.R.G
DAC



Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00139/2024

Pieza Administrativa E Nro. 46431- E - 2024- 1728 - 0/

RAF 577 FE FDO. DE FINANC. DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD HRRG L

Fecha: 17/07/24

Apertura: 22/7/2024 10:00

Encuadre Legal: LEY 1015 ART. 18 INC.L)

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Comentario : S/adquisición de insumos descartables para Unidad de Endoscopia Digestiva Diagnostica y
Terapéutica del Hospital Regional Rio Grande.

Notas de Pedidos Relacionadas: 2024/577 176 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
INFLADO DE 10-11-12MM. UNIDAD				
>>	CORRESPONDE COTIZAR: -Balón de dilatación colónicos/esofágicos/pilóricos/biliares con guía/ D.E. de inflado del balón(mm)10-11-12 (F)36-40,5-45/ Longitud del balón(cm)5,5/ Presiones de inflado (ATM)3-5-8 (kPa)304-507-811/ Canal de trabajo mínimo(mm) 2,8/3,2/ Diámetro del catéter(F) / (mm)7,5 / 2,50/ Longitud de trabajo(cm) 240.	2.00
14 BALON DE DILATACION TRIPLE EXPANSION 12-15MM 240CM X8CM. UNIDA				
>>	CORRESPONDE COTIZAR: -Balón de dilatación colónicos/esofágicos/pilóricos/biliares con guía/ D.E. de inflado del balón(mm)12-13,5-15 (F)36-40,5-45/Longitud del balón(cm)5,5/ Presiones de inflado (ATM)3-4,5-8(kPa)304-456-811/ Canal de trabajo mínimo(mm) 2,8/3,2/ Diámetro del catéter(F) / (mm)7,5 / 2,50/ Longitud de trabajo(cm) 240	2.00
15 BALON DE DILATACION DE EXPANSION RADIAL CONTROLADA CON GUIA - INFLADO DE 18-19-20MM. UNIDAD				
>>	CORRESPONDE COTIZAR: -Balón de dilatación colónicos/esofágicos/pilóricos/biliares con guía/ D.E. de inflado del balón(mm)18-19-20 (F)36-40,5-45/Longitud del balón(cm)5,5/ Presiones de inflado (ATM)3-4,5-6 (kPa)304-456-608/ Canal de trabajo mínimo(mm) 2,8/3,2/ Diámetro del catéter(F) / (mm)7,5 / 2,50/ Longitud de trabajo (cm) 240.	2.00
16 BALON DE DILATACION ESOFAGICO PARA ACALASIA-LONGITUD 10cm tipo Boston. Unidad				
>>	CORRESPONDE COTIZAR: -Balones de dilatación para Acalasia/ D.E. de inflado del balón (mm) 35/ Longitud del balón (cm) 10/ Diámetro del catéter	2.00

Davila Belén

Leg. 36733692/00

Jefa Div. Compras

H.R.R.G



Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00139/2024
Pieza Administrativa E Nro. 46431- E - 2024- 1728 - 0/
RAF 577 FE FDO. DE FINANC. DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD HRRG L

Fecha: 17/07/24
Apertura: 22/7/2024 10:00

Encuadre Legal: LEY 1015 ART. 18 INC.L)
Nombre o Razón Social del Proponente:
Domicilio:
C.U.I.T:Teléfono:
Correo electrónico:

Comentario : S/adquisición de insumos descartables para Unidad de Endoscopia Digestiva Diagnostica y
Terapéutica del Hospital Regional Rio Grande.
Notas de Pedidos Relacionadas: 2024/577 176 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	(F) / (mm)14 / 4,67/ Longitud de trabajo (cm) 90/ Guía recomendada (in) / (mm)0,038 / 0,97			
17	ASA DE POLIPECTOMIA OVALADA EXTRA PEQUEÑA 11mm D.E. DE CATETE 1,9mm. UNIDAD			
>>	CORRESPONDE COTIZAR: -asas pediátricas profile ovalada extra pequeña/ Rigidez:flexible/ Diámetro del asa (mm) 11/ D.E. del catéter (mm) 1,9/Longitud de trabajo (cm) 240/ Canal de trabajo mínimo (mm)2,0 - CAJA X 5 UNIDADES	2.00
18	ASA DE POLIPECTOMIA OVALADA EXTRA PEQUEÑA 13mm D.E. DE CATETE 1,9mm. UNIDAD			
>>	CORRESPONDE COTIZAR: -asas pediátricas profile ovalada extra pequeña/ Rigidez:flexible/ Diámetro del asa (mm) 13/ D.E. del catéter (mm) 1,9/Longitud de trabajo (cm) 240/ Canal de trabajo mínimo (mm)2,0-CAJA X 10 UNIDADES	2.00
19	ASA DE POLIPECTOMIA OVALADA EXTRA PEQUEÑA 27mm D.E. DE CATETE 2mm. UNIDAD			
>>	CORRESPONDE COTIZAR:-asas pediátricas profile ovalada extra pequeña/ Rigidez:flexible/ Diámetro del asa (mm) 27/ D.E. del catéter (mm) 1,9/ Longitud de trabajo (cm) 240/ Canal de trabajo mínimo (mm)2,0 CAJA X 5 UNIDADES	2.00
20	ASA DE POLIPECTOMIA OVALADA 3 EN 1 10/20/30mm. UNIDAD			
>>	CORRESPONDE COTIZAR:-asas de polipectomía 3 en 1/ Diámetro del asa (mm) 10/20/30 /Tamaño del canal (mm) ≥2,8/ Diámetro de la camisa (mm) 2,3/Longitud de trabajo (mm) 2300 CAJA X 10 UNIDADES	2.00

Memo (Nro: 3) - FORMULARIO DE COTIZACIÓN CONTRATACION DIRECTA
LA OFERTA DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL (PRESENCIAL O VIA CORREO ELECTRONICO). SU
PRESENTACIÓN Y EL HECHO DE COTIZAR Y FIRMAR EL PRESENTE FORMULARIO, IMPLICA EL PLENO
CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA PRESENTE

Davila Belén
Leg. 36733892/00
Jefa Div. Compras
H.R.R.G
DAC



Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00139/2024

Pieza Administrativa E Nro. 46431- E - 2024- 1728 - 0/

RAF 577 FE FDO. DE FINANC. DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD HRRG L

Fecha: 17/07/24

Apertura: 22/7/2024 10:00

Encuadre Legal: LEY 1015 ART. 18 INC.L)

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Comentario : S/adquisición de insumos descartables para Unidad de Endoscopia Digestiva Diagnostica y
Terapéutica del Hospital Regional Rio Grande.

Notas de Pedidos Relacionadas: 2024/577 176 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	CONTRATACIÓN, COMO ASÍ TAMBIÉN DE LAS OBLIGACIONES EMERGENTES DE LA ADJUDICACIÓN. TODAS LAS HOJAS QUE CONFORMEN LA OFERTA DEBERÁN ESTAR FIRMADAS Y ACLARADAS POR EL OFERENT O POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO. ASIMISMO, LA OFERTA DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADA DEL CERTIFICADO PROTDF VIGENTE. SE INDICA QUE LA OFERTA DEBERÁ COMPLETARSE UTILIZANDO DOS DECIMALES EN LAS COLUMNAS DE CANTIDAD Y PRECIO, EN TODOS LOS RENGLONES QUE LA COMPONEN. ADEMÁS, LA COTIZACIÓN DEBERÁ REALIZARSE SIN CONSIDERAR EL I.V.A., SEGÚN LEY NUMERO 19.640 DE SER NECESARIO, LOS REQUERIMIENTOS, PLAZOS DE CUMPLIMIENTO, Y OTRAS CONDICIONES Y ACLARACIONES ADICIONALES RELACIONADAS CON LA PRESENTE CONTRATACIÓN, SE DETALLARAN EN UN ANEXO ADJUNTO EN CASO DE CORRESPONDER.			

TOTAL :\$

Son Pesos:

.....
Firma y Sello Responsable

Los precios deberán expresarse en pesos hasta dos decimales (\$	
Forma de Pago	30(TREINTA) DIAS, RECIBIDA Y CONFORME DE FACT. DCTO.674/11ART.34 PUNTO 96.
Plazo de Entrega:	INMEDIATO RECIBIDA LA O.C. DCTO. 674/11ART.34 PUNTO 81
Mantenimiento de Oferta:	30(TREINTA) DIAS DEL CIERRE DE COTIZACIÓN-PRORROGABLE DCTO 674/11 ART.34 PUNTO 47.
Lugar de Entrega:	DEPÓSITO CENTRAL DEL HRRG.
Recepción de Sobres Cerrados hasta:	HASTA EL DIA 22/07/2024 A LAS 10:00HS VIA CORREO ELECTRONICO COMPRASHRRGTDF@GMAIL.COM O A LA OFICINA DE COMPRAS DEL HRRG.
Domicilio de presentación de ofertas:	VIA CORREO ELECTRONICO COMPRASHRRGTDF@GMAIL.COM O A LA OFICINA DE COMPRAS DEL HRRG.
Domicilio de apertura de ofertas:	AMEHINO 709 RIO GRANDE - TDF - OFICINA DE COMPRAS DEL HRRG.
Vigencia del Contrato:	NO APLICA
Garantía de Oferta:	SE SOLICITA
Requiere Muestra:	No
Flete a Cargo	DEL PROVEEDOR

Davila Belén
Leg. 36733892/00
Jefa Div. Compras
H.R.R.G. Nc
DAC