



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

MINISTERIO DE SALUD

000931

Escudo

USHUAIA, 16 JUL. 2024

VISTO el Expediente MS-E-52497-2024 del registro de esta Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la adquisición de equipamiento destinado a internación, cardiología y emergencias del Centro de Rehabilitación Ushuaia, dependiente de la Secretaria de Gestión de Programas de Rehabilitación del Ministerio de Salud de la Provincia.

Que con el propósito de concretar la mencionada adquisición resulta procedente llamar a Licitación Privada, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones, establecer los miembros de la Comisión de Pre-adjudicación para el análisis de las ofertas y facultar a la Dirección de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud de la Provincia a modificar las fechas establecidas para la apertura de sobres en caso de resultar necesario.

Que se cuenta con partida presupuestaria para afrontar el gasto de acuerdo a la Ley Provincial Nº 1465 y Decreto Provincial Nº 01/24, siendo el mismo solventado con fondos de Afectación Específica.

Que la presente contratación se encuadra legalmente dentro de lo establecido en las Leyes Provinciales Nº 1015, Artículo 17º, Inciso a) y Nº 1150, los Decretos Provinciales Nº 674/11, Nº 188/23, sus modificatorios y complementarios, Nº 01/24, y las Resoluciones O.P.C Nº 17/21, Nº 18/21 y Nº 58/21.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, en virtud de lo establecido por los Decretos Provinciales Nº 3154/23, Nº 3175/23 y Nº 188/23 sus modificatorios y complementarios.

Por ello:

EL SECRETARIO DE GESTIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada Nº 1/24 RAF 106, por la que tramita la adquisición de equipamiento destinado a internación, cardiología y emergencias del Centro de Rehabilitación Ushuaia, dependiente de la Secretaria de Gestión de Programas de Rehabilitación del Ministerio de Salud de la Provincia. Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Formulario de Cotización y Pliego de Bases y Condiciones Particulares que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 3º.- Designar como integrantes titulares de la Comisión de Pre-adjudicación para la evaluación de las ofertas a los agentes MITRIONE Daniela Soledad Legajo 32962296/00, BERNEDO Roberto Emilio Legajo 27914700/00 y NUÑEZ Natalia Alejandra Legajo Nº 31472955/00; y como miembros suplentes a los agentes SCILINGO Silvana Florencia Legajo 25223522/00, TUMA Juliana Nair Legajo 30164482/00 y ZENTENO Marcelo Darío, Legajo Nº 32135979/00.

ARTÍCULO 4º.- Autorizar a la Dirección de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud de la Provincia a modificar las fechas y horas límites para la recepción de ofertas y apertura de sobres.

ARTÍCULO 5º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la UGG

///...2

M.S.
CS

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Jessica P. CORDOBA
Jefa de Depto. Registro y
D...
Min...



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur
República Argentina

MINISTERIO DE SALUD

...///2

9098UG, UGC UC9098 e Inciso 20000 y 40000, correspondiente a la RAF 106, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 6°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

000931

RESOLUCIÓN S.G.S.A. N°

/24.

M.S.
CS

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Jessica P. CORDOBA
Jefa de Depto. Registro y
Distribución
Ministerio de Salud

Dr. José Ricardo Torino
Secretario de Gestión
de Servicios Asistenciales
Ministerio de Salud
MN 83454 MM 785
MEDICO NEFROLOGO



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MINISTERIO DE SALUD

000931

ANEXO I – RESOLUCIÓN S.G.S.A. N° /24

LICITACIÓN PRIVADA N° 1/24 RAF 106

“ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DESTINADO A INTERNACIÓN, CARDIOLOGÍA Y EMERGENCIAS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN USHUAIA, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE GESTIÓN DE PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA”

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

1º. OBJETO

La PROVINCIA a través del Ministerio de Salud llama a LICITACIÓN PRIVADA para la adquisición de equipamiento destinado a internación, cardiología y emergencias del Centro de Rehabilitación Ushuaia, dependiente de la Secretaria de Gestión de Programas de Rehabilitación del Ministerio de Salud de la Provincia.

2º. JURISDICCIÓN CONTRATANTE

Ministerio de Salud.

3º. EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Expediente MS-E-52497/2024.

4º. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

Ley Provincial N° 1015, artículo 17º inciso a) – Licitación Privada.

5º. RUBRO

Equipamiento médico.

6º. PLAZO DE CONTRATACIÓN

La duración de la presente contratación será desde que se notifique la Orden de Compra correspondiente y hasta tanto se finalice la entrega programada.

7º. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CONTRATACIÓN

Según las especificaciones detalladas en el Formulario de Solicitud de Cotización. Asimismo se solicita folletería y/o imágenes ilustrativas de los insumos, indicando detalles/descripciones que permitan una mejor identificación del producto al momento de su evaluación.

8º CONSIDERACIONES GENERALES

Nota 1: Los oferentes deberán mencionar marca, modelo, informe técnico que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas en el anexo y todo dato conducente debiendo acompañar a la propuesta como por ejemplo folletos ilustrativos. La no presentación de características técnicas desestimara la oferta.

M.S.
CS

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL
JESSICA P. CORDOBA
Jefa de Depto. Registro y
D. de la Provincia de Tierra del Fuego

///...2



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MINISTERIO DE SALUD

000931

ANEXO I – RESOLUCIÓN S.G.S.A. N° /24

LICITACIÓN PRIVADA N° 1/24 RAF 106

“ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DESTINADO A INTERNACIÓN, CARDIOLOGÍA Y EMERGENCIAS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN USHUAIA, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE GESTIÓN DE PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA”

...///2

Nota 2: El equipo se debe entregar con todos los accesorios básicos y necesarios para su correcto funcionamiento.

Nota 3: Los valores y rangos indicados son descriptivos a modo de indicar las características del equipo a adquirir y no excluyentes, quedando a juicio de la comisión evaluadora la aprobación de lo ofertado.

Nota 4: Se deberá presentar garantía de doce (12) meses contra todo defecto de fabricación, con mantenimiento preventivo a cargo del proveedor en su totalidad. En el caso en que el equipo haga uso de la garantía, esta última deberá ampliarse el período durante el cual el equipo se encontró fuera de servicio.

Nota 5: El transporte (flete) debe estar a cargo del proveedor.

Nota 6: Instalación, puesta en marcha del equipo y capacitación a usuarios y personal técnico, deberá estar a cargo del proveedor en su totalidad. Se aceptará capacitación online en caso de ser necesaria.

Nota 7: Se deberá presentar en caso de existir certificación del equipo, tal como anmat, ce, iram e iso, para el análisis y ponderación técnica efectuada por el comité de preadjudicación.

Nota 8: Se deberá entregar, junto con el equipo, los manuales de usuario y servicio técnico.

Nota 9: Se deberá garantizar por escrito que se cuenta con un stock permanente de repuestos críticos y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del equipo por un período no inferior a 5 años.

9°. PLAZO DE ENTREGA

Treinta (30) días corridos desde la notificación de la Orden de Compra, o en su defecto, desde la cancelación del anticipo financiero.

10°. LUGAR DE ENTREGA

Centro de Rehabilitación Ushuaia, sito en calle Onachaga N° 146, Ushuaia, CP 9410, Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur.

M.S.
CS

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Jessica P. CORDOBA
Jefa de Depto. Registro y
Documentación
Ministerio de Salud

///...3



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MINISTERIO DE SALUD

000931

ANEXO I – RESOLUCIÓN S.G.S.A. N°

/24

LICITACIÓN PRIVADA N° 1/24 RAF 106

“ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DESTINADO A INTERNACIÓN, CARDIOLOGÍA Y EMERGENCIAS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN USHUAIA, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE GESTIÓN DE PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA”

...///3

11º. FORMA DE PRESENTACIÓN DEL SOBRE DE OFERTA

La OFERTA se presentará en sobre cerrado sin membrete o marca alguna. El mismo deberá

contener en el frente el siguiente texto: PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR – DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES – MINISTERIO DE SALUD – LICITACIÓN PRIVADA N° 1/24 RAF 106 – FECHA DE APERTURA 30/07/24 – HORA 11:00”

12º. FECHA Y LUGAR DE APERTURA DE SOBRES

El lugar, la fecha y hora límite para la Recepción de Ofertas, así como para el Acto de Apertura de Sobres, serán los establecidos en el Formulario de Solicitud de Cotización. Asimismo la Dirección de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia gestionara la difusión, mediante Comunicado, que será publicado en los medios que establece la reglamentación. Dicho comunicado formará parte integrante del presente PLIEGO. Ante cualquier consulta comunicarse al teléfono 02901-591166 o los correos electrónicos: comprasmayoresms@gmail.com y comprasms@tierradelfuego.gob.ar

13º. DOMICILIO Y CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL

Av. Leandro Alem N° 629 – 3º piso – Dirección de Compras y Contrataciones – Ministerio de Salud – Ushuaia, Tierra del Fuego. comprasmayoresms@gmail.com y comprasms@tierradelfuego.gob.ar

14º. COMUNICACIONES E IMPUGNACIONES

Serán válidas las comunicaciones e impugnaciones que los interesados, oferentes y/o adjudicatarios realicen en el domicilio sito en la calle Av. Leandro Alem N° 629 de la ciudad de Ushuaia y aquellas remitidas a las direcciones institucional de correos electrónicos: comprasmayoresms@gmail.com y comprasms@tierradelfuego.gob.ar

15º. COMUNICACIONES

A los efectos de las comunicaciones realizadas en el marco de la presente licitación Privada, se

M.S.
CS

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Jessica P. CORDOBA
Jefa de Depto. Registro y
D. de la Provincia de Tierra del Fuego

///...4



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MINISTERIO DE SALUD

000931

ANEXO I – RESOLUCIÓN S.G.S.A. N°

/24

LICITACIÓN PRIVADA N° 1/24 RAF 106

“ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DESTINADO A INTERNACIÓN, CARDIOLOGÍA Y EMERGENCIAS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN USHUAIA, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE GESTIÓN DE PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA”

...///4

indica el sitio web de la Oficina Provincial de Contrataciones es:
<http://compras.tierradelfuego.gob.ar/>. Como así tambien los correos electrónicos:
comprasmayoresms@gmail.com y comprasms@tierradelfuego.gob.ar

16º. CONSULTAS AL PLIEGO

Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de especificaciones técnicas deberán efectuarse en la Dirección de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud sita en Av. Leandro Alem N° 629 – 3º piso de la ciudad de Ushuaia o vía correo electrónico a las direcciones: comprasmayoresms@gmail.com y comprasms@tierradelfuego.gob.ar

17º. MONEDA DE COTIZACIÓN

La cotización se fija en pesos moneda nacional.

18º ENTREGAS PARCIALES

Se recibirán entregas parciales y se tramitará su correspondiente cancelación.

19º FORMA DE PAGO

Treinta (30) días desde la conformidad de la factura, según decreto provincial n° 674/11, artículo 34, punto 96. Asimismo se aceptaran otras alternativas de pago sujetas a consideración de la comisión de pre-adjudicación.

M.S.
CS

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Jessica P. CORDOBA
Jefa de Depto. Registro y
D...
Min...

Dr. José Ricardo Torino
Secretario de Gestión
de Servicios Asistenciales
Ministerio de Salud
MN 83454 MM 785
MEDICO NEFROLOGO



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Coordinación
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

000931

Cm0058

Solicitud de Cotización

Licitación Privada Nro. 00001/2024
Pieza Administrativa E Nro. 52497- E - 2024- 1728 - 0/
RAF 106 Dir Gral Admin Financiera MINISTERIO DE SALUD

Fecha: 18/07/24
Apertura: 30/7/2024 11:00

Nombre o Razón Social del Proponente:
Domicilio:
C.U.I.T:Teléfono:
Correo electrónico:

Notas de Pedidos Relacionadas: 2024/106 9 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	Equipo BiPAP. Unidad			
>>	Ventilador no invasivo CPAP y BIPAP con humidificador Activo	2.00
	Especificaciones técnicas			
	Modalidades mínimas: CPAP, BiPAP y Auto BiPAP			
	Rango Flujo: 0 a 150 l/min +/- 10% o similar			
	Rango Presión: 5 a 20 cm H2O, con resolución máxima de 0,1			
	cm H2O o similar			
	Sensor de presión: -10 a 40 cm H2O, analógico o similar			
	Sensor de Flujo: -60 a 150 l/min, digital o similar			
	Reservorio de agua: lavable con posibilidad de esterilizar			
	Calentador: hasta 70 °C, temperatura del gas menor a 40 °C			
	o similar			
	Filtro de aire estándar o hipoalergénico			
	Alarmas audibles			
	Alimentación 220V 50Hz			
	Accesorios mínimos:			
	Cubeta de agua			
	Juego de Tubuladura y máscara para adulto			
	Juego de Tubuladura y máscara para pediátrico			
	Fuente de alimentación			
	Bolso de traslado			
	Filtro hipoalergénico y estándar (2 unidades de cada uno)			
2	Carro de paro p/emergencias cardiovasculares. Unidad			
>>	Especificaciones técnicas	1.00
	Carro diseñado para curación			
	Esqueleto metálico de alta resistencia con terminación			
	epoxi o similar			
	De paneles desmontables plásticos lavable (grado médico)			
	Poseer ruedas para movimiento, al menos 1 con freno,			
	diámetro no menor a 7,5 cm			
	De al menos 4 (cuatro) cajones			
	Deberá poseer barral anti choque y soporte de manejo			
	(manipulación)			
	Dimensiones solicitadas aproximadas: ancho: entre 90 cm y			
	95 cm, alto: entre 95 cm y 110			
	cm, profundidad: entre 60 cm y 70 cm			

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Jessica P. CORDOBA
Jefa de Depto. Registro y
D...



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Coordinación
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

000931

Cm0058

Solicitud de Cotización

Licitación Privada Nro. 00001/2024
Pieza Administrativa E Nro. 52497- E - 2024- 1728 - 0/
RAF 106 Dir Gral Admin Financiera MINISTERIO DE SALUD

Fecha: 18/07/24
Apertura: 30/7/2024 11:00

Nombre o Razón Social del Proponente:
Domicilio:
C.U.I.T.:Teléfono:
Correo electrónico:

Notas de Pedidos Relacionadas: 2024/106 9 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	Deberá presenta área de trabajo y preparación, lavable y de alta resistencia. Poseer bandeja independiente para cardiodesfibrilador desmontables Poseer sistema de porta-sueros y porta-basurero, ambos desmontables Poseer porta-tubo de oxigeno, para medida de tubo de aluminio 685 L Accesorios mínimos: 3 (tres) cajones con altura no menor a 9 cm con divisores internos (cantidad mínima) 3 (tres) cajones con altura no menor a 15 cm (cantidad mínima) Basurero y porta basurero Sistema de cerradura (por tambor o precinto)			
3	Bomba de infusion. Unidad			
>>	Bomba de Infusión volumétrica doble canal Especificaciones técnicas Batería interna: mínimo de 5 horas de uso continuo. De control micro-procesado. Dos canales de infusión independientes Compatible con sistemas de acople/trabajo Modos de Infusión: modo ml/h, modo de peso corporal, modo de goteo, modo de carga de dosis, modo de secuencia, modo de rampa subida/bajada, se deberá informar el total de modos disponibles, para su ponderación y evaluación. Deberá Indicar tamaño de pantalla. Precisión mayor a 1 ml/h Indicar Tasa de Infusión Rango de Ajuste 10 -1200ml/h (mínimo) Incremento Mínimo del Caudal 0.01ml/h Sin límite de volumen de infusión con incremento mínimo 0.01ml Intervalo de Tiempo desde 1 min en adelante Rango de Detección de Oclusión -75 mmHg ~ - 700 mmHg	2.00		

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL
JESICA E. CORDOBA
Jefa de Depto. Registro y
E



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Coordinación
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

000931

Cm0058

Solicitud de Cotización

Licitación Privada Nro. 00001/2024
Pieza Administrativa E Nro. 52497- E - 2024- 1728 - 0/
RAF 106 Dir Gral Admin Financiera MINISTERIO DE SALUD

Fecha: 18/07/24
Apertura: 30/7/2024 11:00

Nombre o Razón Social del Proponente:
Domicilio:
C.U.I.T.:Teléfono:
Correo electrónico:

Notas de Pedidos Relacionadas: 2024/106 9 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	(mínimo) Rango de Detección de Aire al menos 5 niveles Compatible con guías siliconadas estándar Alarmas audibles Alimentación 220V 50Hz Accesorios mínimos: Fuente de alimentación o cable según corresponda. Sujeción para portasueros. Baterías Internas.			
4	MONITOR MULTIPARAMETRICO 5 PARAMETROS. unidad			
>>	Medición de Electrocardiograma (ECG) y gráfica de curvas en pantalla. Medición de Saturación de Oxígeno (SPO2) y opción de gráfica de curva en pantalla. Medición de presión no invasiva (PNI) manual y/o automática. Curva de Respiración y frecuencia respiratoria. Revisión de eventos de ECG. Registro gráfico y tabular de todos los parámetros y registro de datos, con alarmas diferentes para cada evento. Capacidad de futura ampliación a parámetros presión invasiva, capnografía y gasto cardíaco. Apto para uso adulto y pediátrico Alarmas regulables para todos los parámetros solicitados. Tamaño mínimo de pantalla 10 pulgadas. Conexión de red eléctrica 220 volt, 50 Hz. Accesorios mínimos: 1 (UNO) Cable paciente reusable para ECG adulto. 1 (UNO) Sensor de SPO2 adulto reusable. 1 (UNO) Sensor de SPO2 pediátrico reusable 1 (UNO) Prolongador para sensor de SPO2. 1 (UNO) Brazaletes para PNI adulto 1 (UNO) Brazaletes pediátrico grande 1 (UNO) Brazaletes pediátrico estándar	2.00		

[Handwritten signature]

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Jessica P. CORDOBA
Jefa de Depto. Registro y
D...



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Coordinación
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

000931

Cm0058

Solicitud de Cotización

Licitación Privada Nro. 00001/2024
Pieza Administrativa E Nro. 52497- E - 2024- 1728 - 0/
RAF 106 Dir Gral Admin Financiera MINISTERIO DE SALUD

Fecha: 18/07/24
Apertura: 30/7/2024 11:00

Nombre o Razón Social del Proponente:
Domicilio:
C.U.I.T:Teléfono:
Correo electrónico:

Notas de Pedidos Relacionadas: 2024/106 9 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	1 (UNO) Brazaletes pediátrico chico			
	1 (UNO) Manguera prolongadora.			
	Cable de alimentación eléctrica.			
	Batería			
5	Laringoscopio. Unidad			
>>	Laringoscopio con ramas rectas y curvas	1.00		
	Especificaciones técnicas			
	Kit Laringoscopio de ramas curvas y rectas (en caso de que la marca ofertada no posea el formato, podrá cotizarse combinando equipos)			
	Iluminación a LED			
	De acero inoxidable			
	De al menos 4 (cuatro) ramas Miller, medidas: 00, 0, 1 y 2			
	De al menos tres ramas Mc-Intosh, medidas: 2, 3 y 4			
	De acople rápido			
	Tipo de transmisión de luz: fibra óptica			
	Poseer dos mangos			
	Funcionamiento a pilas			
	Accesorios mínimos:			
	Al menos una (1) lámpara de repuesto por mango			
	Estuche de almacenaje			
6	Laringoscopio. Unidad			
>>	Laringoscopio con ramas rectas	1.00		
	Especificaciones técnicas			
	Laringoscopio de ramas rectas			
	Iluminación a LED			
	De acero inoxidable			
	De al menos 4 (cuatro) ramas Miller, medidas: 0, 1, 2 y 3			
	De acople rápido			
	Tipo de transmisión de luz: fibra óptica			
	Funcionamiento a pilas			
	Accesorios mínimos:			
	Al menos una (1) lámpara de repuesto por equipo			
	Estuche de almacenaje			

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL
Jesica P. CORDOBA
Jefa de Depto. Registro y
C
M



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

000931

Secretaría de Coordinación
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Licitación Privada Nro. 00001/2024
Pieza Administrativa E Nro. 52497- E - 2024- 1728 - 0/
RAF 106 Dir Gral Admin Financiera MINISTERIO DE SALUD

Fecha: 18/07/24
Apertura: 30/7/2024 11:00

Nombre o Razón Social del Proponente:
Domicilio:
C.U.I.T:Teléfono:
Correo electrónico:

Notas de Pedidos Relacionadas: 2024/106 9 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
7	Pico Medidor de Flujo Pulmonar. Unidad			
>>	Medidor pico flujo portátil uso pediátrico y adulto. Rango flujo: de 50 a 900 lts./min mínimo con salto de 10 lts./min o similar Resistencia al flujo: 0, 5 KPa como máximo o similar Respuesta en frecuencia: 15 lts./min como máximo o similar Resolución de escala diferenciada: De 50 a 400 lts./min: resolución de 5 lts./min. o similar. De 60 a 700 lts./min: resolución de 10 lts./min. o similar. Superior a 700 lts./min.: resolución de 20 lts./min o similar Manija de sujeción Accesorios: Bolso o caja para protección, guardado y transporte. Un (1) juego de pilas en el caso que lo necesite	1.00
8	Tensiómetro. Unidad			
>>	Tensiómetro Digital para pared Especificaciones técnicas De lectura rápida Almacenamiento de al menos 25 mediciones en memoria. Indicador de estado batería Libre de mercurio Apto para uso pediátrico, adulto e hiperobesos Error menor al 5% Poseer medición de pulso cardíaco Poseer límite de sobrepresión Realizar cálculo de presión arterial media (PAM) Modo activo / modo espera Estándar aceptados (al menos uno deberá poseer): BHS, AAMI, CE0120 Metodo oscilométrico, desinflado en pasos Rango de medición mínimo de 0 a 250 mmHg De bajo peso. Alimentación a pilas o baterías. Accesorios mínimos: 2 (dos) Brazaletes o mango adultos por unidad.	1.00

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Jessica P. CORDOBA
Jefa de Depto. Registro y
C
M



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Coordinación
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

000931

Cm0058

Solicitud de Cotización

Licitación Privada Nro. 00001/2024
Pieza Administrativa E Nro. 52497- E - 2024- 1728 - 0/
RAF 106 Dir Gral Admin Financiera MINISTERIO DE SALUD

Fecha: 18/07/24
Apertura: 30/7/2024 11:00

Nombre o Razón Social del Proponente:
Domicilio:
C.U.I.T:Teléfono:
Correo electrónico:

Notas de Pedidos Relacionadas: 2024/106 9 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	1 (uno) Brazaletes o mango hiper obesos por unidad.			
	2 (dos) Brazaletes o mango pediátrico por unidad.			
	1 (un) juego de pilas o batería recargable por equipo.			
	1 (una) Fuente de alimentación por equipo.			
9	Termometro Clinico Digital. unidad			
>>	Termómetro digital axial portátil	5.00		
	Especificaciones técnicas			
	Termómetro digital corporal para uso humano			
	Display de tipo LCD retro iluminado			
	Memoria de al menos 20 mediciones			
	Posibilidad de configurar valores de alarma			
	Apagado automático			
	Indicación de alta y baja temperatura			
	Rango de medición de temperatura de al menos entre 32 a 42,5°C			
	Exactitud no menor a:± 0,3 °C			
	Distancia de medición entre 5 y 15cm			
	Tiempo de respuesta próximo a 0,5 segundos			
	Temperatura de operación: 0 a 50 °C			
	Alimentación: a pilas			
	Dimensiones aproximadas: 130 x 80 x 40 mm			
	Accesorios mínimos:			
	Al menos un juego de pilas por equipos			
10	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL			
>>	Oxímetro de Pulso tipo dedal	2.00		
	Especificaciones técnicas			
	Uso a Batería o pilas.			
	Para uso adulto y pediátrico			
	Rango de medición mínimo de 70 ~ 100 %			
	Resolución de 1 %			
	Poseer onda pletismográfica			
	Medición de Frecuencia Cardíaca			
	Posibilidad de función de giroscopio de pantalla			
	Accesorios mínimos:			
	Al menos un juego de pilas por equipos			

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Jessica P. CORDOBA
Jefa de Depto. Registro y
C...



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Coordinación
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

000931

Cm0058

Solicitud de Cotización

Licitación Privada Nro. 00001/2024
Pieza Administrativa E Nro. 52497- E - 2024- 1728 - 0/
RAF 106 Dir Gral Admin Financiera MINISTERIO DE SALUD

Fecha: 18/07/24
Apertura: 30/7/2024 11:00

Nombre o Razón Social del Proponente:
Domicilio:
C.U.I.T.:Teléfono:
Correo electrónico:

Notas de Pedidos Relacionadas: 2024/106 9 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
11	Balanza. Unidad			
>>	Balanza Pediátrica digital HASTA DOS AÑOS	1.00
	Especificaciones técnicas			
	Equipo de mesa, variante mecánica o digital			
	Peso máximo 20 kg, resolución 10 gr o similar			
	Base de material antideslizable			
	Patas regulables			
	Sistema mecánico con nivel de burbuja o digital con visor			
	de cuatro (4) dígitos aprox.			
	Calibración mecánica			
12	Balanza. Unidad			
>>	Balanza Pediátrica con altímetro	1.00
	Especificaciones técnicas			
	Equipo de piso, variante mecánica o digital			
	Peso máximo 200 kg, resolución 100 gr o similar			
	Base con piso antideslizante			
	Patas regulables			
	Altímetro hasta 2 metros, resolución 1 cm o similar			
	Altímetro pediátrico hasta 1,5 metros con resolución de 10			
	cm			
	Manubrio para paciente pediátrico.			
	Sistema mecánico con nivel de burbuja o digital con visor			
	de cinco (5) dígitos aprox.			
	Altura del visor: aproximadamente 1,20 metros			
	Calibración mecánica			
13	Balanza. Unidad			
>>	Balanzas Adulto Obeso con altímetro	1.00
	Especificaciones técnicas			
	Equipo de piso, variante digital			
	Peso mínimo 300 kg, resolución 100 gr.			
	Base con piso antideslizante			
	Patas regulables			
	Altímetro mínimo 2 metros, resolución 1 cm			
	Sistema digital con visor de cinco (5) dígitos o similar			

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Jessica P. CORDOBA
Jefa de Depto. Registro y
Distribución
Ministerio de Salud



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Coordinación
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

020931

Cm0058

Solicitud de Cotización

Licitación Privada Nro. 00001/2024
Pieza Administrativa E Nro. 52497- E - 2024- 1728 - 0/
RAF 106 Dir Gral Admin Financiera MINISTERIO DE SALUD

Fecha: 18/07/24
Apertura: 30/7/2024 11:00

Nombre o Razón Social del Proponente:
Domicilio:
C.U.I.T.:Teléfono:
Correo electrónico:

Notas de Pedidos Relacionadas: 2024/106 9 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	Altura del visor: aproximadamente 1,20 metros			
	Calibración mecánica			
	Alimentación 220V 50Hz			
14	Electrocardiografo. Unidad			
>>	Especificaciones técnicas	1.00		
	Electrocardiógrafo simple canal digital o similar			
	Tasa de muestreo de análisis de ECG: entre 400 y 500 mps			
	Tasa de muestreo: mínimo 1000 mps			
	Modo de adquisición: pre-adquisición o pos-adquisición,			
	proporcionar entre 10 o 15			
	segundo de adquisición de ECG instantánea.			
	Rango dinámico: Diferencial CA de +- 15 mv aproximadamente,			
	desfase CC +- 500 mv			
	aproximadamente			
	Resolución: 1 microV/LSB a 500 mps mínimo			
	Respuesta de frecuencia: - 5dB como máximo			
	Filtro de movimiento de línea base: 0,05 Hz mínimo para			
	eliminación de movimiento de			
	base de línea			
	Frecuencia de corte alta: 15 Hz, 40 Hz y 150 Hz o similares			
	Filtro de CA: 50/60 Hz			
	Impedancia de entrada: mayos a 50 MOhm con protección de			
	desfibrilador			
	Corriente de fuga: 10 microA como máximo			
	Medidor de frecuencia cardiaca: 20 a 350 lpm +- 10%			
	aproximadamente			
	Ganancia: 5, 10, 15 y 20 mm/mV o similares, automático			
	Pantalla digital			
	Impresora matriz de punto térmica			
	Velocidad de impresora: automática			
	Alimentación 220V, 50 Hz			
	Autonomía de 2 hs mínimo			
	Accesorios mínimos:			
	Cable de alimentación			
	Cable paciente 10 latiguillos con conector tipo banana para			
	electrodo de pecho y pinzas.			

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Jessica P. CORDOBA
Jefa de Depto. Registro y
D...



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Coordinación
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

000931

Cm0058

Solicitud de Cotización

Licitación Privada Nro. 00001/2024

Pieza Administrativa E Nro. 52497- E - 2024- 1728 - 0/

RAF 106 Dir Gral Admin Financiera MINISTERIO DE SALUD

Fecha: 18/07/24

Apertura: 30/7/2024 11:00

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Notas de Pedidos Relacionadas: 2024/106 9 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	Juego de pinza (4 unidades)			
	Juego de chupete (6 unidades)			
	Cable tierra			
	1 (un) rollo de papel para primeras impresiones			
	Batería			
	Bolso de traslado			
15	Monitor. Unidad			
>>	Monitor Holter con grabadora	1.00		
	Especificaciones técnicas			
	Holter digital tres canales de ECG			
	Tarjeta de memoria de 256 Mb, 512 Mb o 1 Gb (Compatible hasta 8 Gb)			
	Registro de 24 hs. completo. Posibilidad de realizar estudios de 48 hs.			
	Botón de evento cardíaco accesible y fácil de utilizar.			
	Funcionamiento a pila AA para su funcionamiento, compatible con una pila AA recargable.			
	Memorias SD que soporte el estudio.			
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA GRABADORA:			
	Velocidad de registro y ganancia configurable por el usuario.			
	Relación de rechazo de modo común: > 80 dB.			
	Rango dinámico mínimo: 15 mVAC. Respuesta en frecuencia: 0.0.5 a 128 Hz (-3 dB).			
	Resolución 16 bits.			
	Frecuencia de muestreo 256 Hz.			
	Accesorios mínimos:			
	Software de análisis			
	Llave de habilitación			
	Cable conexión equipo- computadora			
	Si el dispositivo utiliza tarjeta de memoria, debe incluir el lector			
	Cable paciente pentapolar tipo snap sellado o similar			
	Estuche y cinto para sujeción			

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Jessica P. CORDOBA
Jefa de Depto. Registro y
Distribución
Ministerio de Salud



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Coordinación
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

000931

Cm0058

Solicitud de Cotización

Licitación Privada Nro. 00001/2024
Pieza Administrativa E Nro. 52497- E - 2024- 1728 - 0/
RAF 106 Dir Gral Admin Financiera MINISTERIO DE SALUD

Fecha: 18/07/24
Apertura: 30/7/2024 11:00

Nombre o Razón Social del Proponente:
Domicilio:
C.U.I.T.:Teléfono:
Correo electrónico:

Notas de Pedidos Relacionadas: 2024/106 9 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
16	Tensiómetro. Unidad			
>>	Tensiómetro Digital de mano	2.00
	Especificaciones técnicas			
	De lectura rápida			
	Almacenamiento de al menos 25 mediciones en memoria.			
	Indicador de estado batería			
	Libre de mercurio			
	Apto para uso pediátrico, adulto e hiperobesos			
	Error menor al 5%			
	Poseer medición de pulso cardíaco			
	Poseer límite de sobrepresión			
	Realizar cálculo de presión arterial media (PAM)			
	Modo activo / modo espera			
	Estándares aceptados (al menos uno deberá poseer): BHS,			
	AAMI, CE0120			
	Método oscilométrico, desinflado en pasos			
	Rango de medición mínimo de 0 a 250 mmHg			
	De bajo peso.			
	Alimentación a pilas o baterías.			
	Accesorios mínimos:			
	2 (dos) Brazaletes o mango adultos por unidad.			
	1 (uno) Brazaletes o mango hiper obesos por unidad.			
	2 (dos) Brazaletes o mango pediátrico por unidad.			
	1 (un) juego de pilas o batería recargable por equipo.			
	1 (una) Fuente de alimentación por equipo en el caso que			
	utilice baterías recargables.			
17	Aspirador. Unidad			
>>	Aspirador de secreciones portátil	1.00
	Especificaciones Técnicas:			
	Presión de aspiración: aproximadamente 80 KPa			
	Presión máxima de aspiración (sobrecarga): 100 KPa			
	Flujo: mínimo 15 Lt./min o similar			
	Ruido: 65 dB.			
	Capacidad líquida en recipiente: mínimo 1 Lt.			
	Alimentación 220V 50 Hz			
	Accesorios mínimos:			

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Jessica P. CORDOBA
Jefa de Depto. Registro y
D...
Min...

000931



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Coordinación
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Licitación Privada Nro. 00001/2024
Pieza Administrativa E Nro. 52497- E - 2024- 1728 - 0/
RAF 106 Dir Gral Admin Financiera MINISTERIO DE SALUD

Fecha: 18/07/24
Apertura: 30/7/2024 11:00

Nombre o Razón Social del Proponente:
Domicilio:
C.U.I.T:Teléfono:
Correo electrónico:

Notas de Pedidos Relacionadas: 2024/106 9 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	Frasco de 1 Lt. con tapa y con filtro			
	Tubuladura con filtro			
	Broche de agarre			
	Tubuladura paciente			
	Cable de alimentación			
18	Oxímetro. Unidad			
>>	Oxímetro de Pulso tipo mesa	1.00
	Especificaciones técnicas			
	Oxímetro de pulso de mesa digital			
	Para uso adulto y pediátrico			
	Rango de medición mínimo de 70 ~ 100 %			
	Resolución de 1 %			
	Poseer onda pletismográfica			
	Medición de Frecuencia Cardíaca			
	Alimentación 200V 50 Hz			
	Batería suficiente para autonomía de 2 hs mínimo			
	Accesorios mínimos:			
	Cable de alimentación			
	Batería			
	Prolongador de cable de saturometría			
	Un (1) saturómetro pediátrico utilizable			
	Un (1) saturómetro adulto reutilizable			
19	Carro de transporte manual. Unidad			
>>	Carro de Medicamentos	1.00
	Especificaciones técnicas			
	Carro diseñado para medicación			
	Esqueleto metálico de alta resistencia con terminación			
	epoxi o similar,			
	Poseer accesorio porta gaveteros			
	De paneles desmontables plásticos lavable (grado médico)			
	Poseer ruedas para movimiento, al menos 1 con freno,			
	diámetro no menor a 7,5 cm			
	De al menos 4 (cuatro) cajones			
	Deberá poseer barral anti choque y soporte de manejo			
	(manipulación)			

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Jesica P. CORDOBA
Jefa de Depto Registro y
Desarrollo de
Materiales

000931



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Coordinación
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Licitación Privada Nro. 00001/2024
Pieza Administrativa E Nro. 52497- E - 2024- 1728 - 0/
RAF 106 Dir Gral Admin Financiera MINISTERIO DE SALUD

Fecha: 18/07/24
Apertura: 30/7/2024 11:00

Nombre o Razón Social del Proponente:
Domicilio:
C.U.I.T.:Teléfono:
Correo electrónico:

Notas de Pedidos Relacionadas: 2024/106 9 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	Dimensiones solicitadas (aproximadas): Ancho: entre 70 cm y 90 cm Alto: entre 100 cm y 160 cm Profundidad: entre 60 cm y 70 cm Deberá presenta área de trabajo y preparación, lavable y de alta resistencia. Accesorios mínimos: 2 (dos) cajones con altura no menor a 9 cm con divisores internos (cantidad mínima) 2 (dos) cajones con altura no menor a 15 cm (cantidad mínima) Sistema de cerradura (por tambor o precinto) Gaveteros, según modelo ofertado			
20	CARRO DE CURACIONES. UNIDAD			
>>	Especificaciones técnicas Carro diseñado para curación Esqueleto metálico de alta resistencia con terminación epoxi o similar De paneles desmontables plásticos lavable (grado médico) Poseer ruedas para movimiento, al menos 1 con freno, diámetro no menor a 7,5 cm De al menos 4 (cuatro) cajones Deberá poseer barral anti choque y soporte de manejo (manipulación) Dimensiones solicitadas aproximadas: Ancho: entre 90 cm y 95 cm Alto: entre 95 cm y 110 cm Profundidad: entre 60 cm y 70 cm Deberá presenta área de trabajo y preparación, lavable y de alta resistencia. Accesorios mínimos: 4 (cuatro) cajones con altura no menor a 9 cm Basurero y porta basurero Sistema de cerradura (por tambor o precinto)	2.00
21	Mascarilla Buconasal. Unidad			

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Jessica R. CORDOBA
Jefa de Depto. Registro y
D... ..
M...



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Coordinación
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

000931

Solicitud de Cotización

Licitación Privada Nro. 00001/2024
Pieza Administrativa E Nro. 52497- E - 2024- 1728 - 0/
RAF 106 Dir Gral Admin Financiera MINISTERIO DE SALUD

Fecha: 18/07/24
Apertura: 30/7/2024 11:00

Nombre o Razón Social del Proponente:
Domicilio:
C.U.I.T.:Teléfono:
Correo electrónico:

Notas de Pedidos Relacionadas: 2024/106 9 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
>>	Talle M compatible con el equipo ventilador no invasivo cpap y bipap	2.00
22	Mascarilla Buconasal. Unidad			
>>	Talle L compatible con el equipo ventilador no invasivo cpap y bipap	2.00
23	Mascarilla Buconasal. Unidad			
>>	Pediatrica compatible con el equipo ventilador no invasivo cpap y bipap	2.00
24	Cardiodesfibrilador Onda bifasica. Unidad			
>>	Cardiodesfibrilador para carro de paro Especificaciones técnicas Cardiodesfibrilador Forma de onda bifásica Truncada Exponencial (BTE) Compensación de impedancia automática, rango de impedancia de 20 a 22 ohm Rango de carga: de 1 a 360 J Tiempo de carga: de 5 a 10 segundos dependiendo del valor de carga Cardioversión sincronizada Marcapaseo no invasivo: Onda cuadrada de pulso Ancho de pulso: 20 ms +/- 5% Período de reamado: 200 a 300 ms Rango de ritmo: de 40 ppm a 150 ppm +/- 1,5% Modo DEA: Configuración a cargo del usuario Salida de 100 a 360J Serie de descarga: 1, 2 y 3 configurable Monitorización ECG: Cable: 3 o 5 latiguillos tipo snap Selección de señal: I, II, III, aVL, aVF, V Monitorización para pediátrico y adulto con resolución de 1 lpm Alarma de arritmia y bradicardia modificables	1.00

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Jessica P. CORDOBA
Jefa de Depto Registro y
Documentación

000931



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Coordinación
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización

Licitación Privada Nro. 00001/2024
Pieza Administrativa E Nro. 52497- E - 2024- 1728 - 0/
RAF 106 Dir Gral Admin Financiera MINISTERIO DE SALUD

Fecha: 18/07/24
Apertura: 30/7/2024 11:00

Nombre o Razón Social del Proponente:
Domicilio:
C.U.I.T:Teléfono:
Correo electrónico:

Notas de Pedidos Relacionadas: 2024/106 9 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	Respiración por impedancia Alarmas visibles, audibles y sonoras Alimentación: 220 V 50 Hz Accesorios mínimos: Cable de alimentación Batería Paletas adulto y pediátrico con botones de carga y descarga Cable ECG: 3 ó 5 latiguillos Cable para parche DEA			
25	Mascara de Oxigeno c/Reservorio Adulto y Tubuladura. unidad			
>>	MASCARA PARA OXIGENOTERAPIA, adultos EN MATERIAL PLASTICO ATOXICO, CON TUBULADURA 2.872,00 21%; Cat, 2011/2/3, Pag CRISTAL DE CONCENTRACION VARIABLE (CON REGULACION DE PORCENTAJE DE OXIGENO)	20.00
26	Mascara de Oxigeno c/Reservorio Pediatrica y Tubuladura. unidad			
>>	MASCARA PARA OXIGENOTERAPIA, PEDIATRICO EN MATERIAL PLASTICO ATOXICO, CON TUBULADURA 2.872,00 21%; Cat, 2011/2/3, Pag CRISTAL DE CONCENTRACION VARIABLE (CON REGULACION DE PORCENTAJE DE OXIGENO)	10.00
27	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL			
>>	OXIMETRO TIPO DEDAL PEDIATRICO Especificaciones técnicas Uso a Batería o pilas. Para uso pediátrico Rango de medición mínimo de 70 ~ 100 % Resolución de 1 % Poseer onda pletismográfica Medición de Frecuencia Cardíaca Posibilidad de función de giroscopio de pantalla Accesorios mínimos: Al menos un juego de pilas por equipos	2.00

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Jessica P. CORDOBA
Jefa de Depto. Registro y
Distribución
Ministerio de Salud



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Secretaría de Coordinación
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

000931

Cm0058

Solicitud de Cotización

Licitación Privada Nro. 00001/2024
Pieza Administrativa E Nro. 52497- E - 2024- 1728 - 0/
RAF 106 Dir Gral Admin Financiera MINISTERIO DE SALUD

Fecha: 18/07/24
Apertura: 30/7/2024 11:00

Nombre o Razón Social del Proponente:
Domicilio:
C.U.I.T:Teléfono:
Correo electrónico:

Notas de Pedidos Relacionadas: 2024/106 9 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
Memo	(Nro: 1) - FORMULARIO DE COTIZACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA LA OFERTA DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL, EN SOBRE CERRADO. SU PRESENTACIÓN Y EL HECHO DE COTIZAR Y FIRMAR EL PRESENTE FORMULARIO, IMPLICA EL PLENO CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, COMO ASÍ TAMBIÉN DE LAS OBLIGACIONES EMERGENTES DE LA ADJUDICACIÓN. TODAS LAS HOJAS QUE CONFORMEN LA OFERTA DEBERÁN ESTAR FIRMADAS POR EL OFERENTE O POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO. ASIMISMO, LA OFERTA DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADA POR LA GARANTÍA DE OFERTA, EQUIVALENTE AL UNO (1%) DEL TOTAL DE LO COTIZADO. SE INDICA QUE LA OFERTA DEBERÁ COMPLETARSE UTILIZANDO DOS DECIMALES EN LAS COLUMNAS DE CANTIDAD Y PRECIO, EN TODOS LOS RENGLONES QUE LA COMPONEN. ADEMÁS, LA COTIZACIÓN DEBERÁ REALIZARSE SIN CONSIDERAR EL I.V.A., SEGÚN LEY N° 19.640.			

TOTAL :\$
Son Pesos:

.....
Firma y Sello Responsable

Los precios deberán expresarse en pesos hasta dos decimales (\$.....)	
Forma de Pago	SEGÚN DECRETO PROVINCIAL N° 674/11. SE ACEPTARAN ALTERNATIVAS DE PAGO SUJETAS A DESICION DE LA COMISION DE PREADJUDICACION.
Plazo de Entrega:	TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Mantenimiento de Oferta:	SEGÚN DECRETO PROVINCIAL N° 674/11
Lugar de Entrega:	CENTRO DE REHABILITACION USHUAIA – SITO EN CALLE ONACHAGA N° 146 – USHUAIA – CP 9410 – TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
Recepción de Sobres Cerrados hasta:	EL ACTO DE APERTURA DE SOBRES
Domicilio de presentación de ofertas:	SEGÚN PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
Domicilio de apertura de ofertas:	SEGÚN PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
Vigencia del Contrato:
Garantía de Oferta:	SEGÚN DECRETO PROVINCIAL N° 674/11
Requiere Muestra:	No
Flete a Cargo	PROVEEDOR

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL
JESICA P. CORDOBA
Jefa de Depto. Registro y
D. de la Oficina de Registro y
D. de la Oficina de Registro y

Dr. José Ricardo Torino
Secretario de Gestión
de Servicios Asistenciales
Ministerio de Salud
MN 83454 MM 785
MEDICO NEFROLOGO