Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Dirección de Ingeniería Hosp. Z.N
Ministerio de Salud.

INF. Nº 104/2024
Letra: DIHZN-MS
Rio Grande, 22 de Agosto de 2024

Informe Técnico de Pre Adjudicación
CONTRATACION DIRECTA N° 228/2024-525

En la ciudad de Río Grande a los 22 días del mes de Agosto de 2024, a fin de analizar las ofertas recibidas en la contratación directa N° 228/2024-525**,** referente a la SOLICITUD ADQUISICIÓN DE CONTROLADORES DE TEMPERATURA COMBISTATO PARA SER INSTALADOS EN HELADERAS DE LOS CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES REGIONALES DE LA PROVINCIA, Dependiente del Ministerio de Salud. Habiéndose analizado técnicamente lo presentado por el oferente, se procede a avalar la misma, de acuerdo a lo siguiente:

No AVALAR TECNICAMENTE

- Proveedor DAVICO GLORIA RAQUEL CUIT N° 27-13677312-2 **–** Renglón N° 1. Alternativa 00. Dado que no posee el sensor solicitado.
-

AVALAR TECNICAMENTE

- Proveedor BOGDANICH MARIANO GERMAN CUIT N° 20-23462969-8 **–** Renglón N° 1. Alternativa 00.
- Proveedor DAVICO GLORIA RAQUEL CUIT N° 27-13677312-2 **–** Renglón N° 1. Alternativa 01.

CUADRO DE PREADJUDICACION POR ORDEN DE MERITO

Nº de renglón	ORDEN DE MERITO	ALT.	PROVEEDOR
1	1	00	BOGDANICH MARIANO GERMAN
	2	01	DAVICO GLORIA RAQUEL

ACLARACIONES IMPORTANTES

- Tras el análisis de las ofertas presentadas, se ha determinado que la oferta de BOGDANICH MARIANO GERMÁN se ubica en primer lugar. Aunque el combistato ofrecido no incluye la sonda SB59, cuenta con dos sensores y cumple con los requerimientos técnicos solicitados

Ing. Lorena Fracalossi
Directora Ingeniería Hospitalaria ZN
Ministerio de Salud

Firmado Electrónicamente por
INGENIERO FRACALOSSI FOLONIER LORENA CINTIA
Gobierno de Tierra del Fuego
DIRECTOR Directora Ingeniería Hospitalaria ZN
22/08/2024 19:34