



GEN
GTF

PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 30/07/24 11:27:19
Nº de Hoja: 2
Cm0059

Fecha: 30/07/24

Compra N°: 24/2024-529 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 22)

P.A. Nro.: 52234

Letra: E

Año: 2024

Ambito: 1728

C.N.: 0

D.V.:

Apertura 30/07/24 - 10:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANC. DE INSTITUC. PÚBL. DE SALU

Renglón	Insumo	Ofertado	Bonificado	Adjudicado	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
	<p>NOTA 6: INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y CAPACITACIÓN A USUARIOS Y PERSONAL TÉCNICO, DEBERÁ ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. SE ACEPTARÁ CAPACITACIÓN ONLINE EN CASO DE SER NECESARIA.</p> <p>NOTA 7: SE DEBERÁ PRESENTAR EN CASO DE EXISTIR CERTIFICACIÓN DEL EQUIPO, TALCOMO ANMAT, CE, IRAM e ISO, PARA EL ANÁLISIS Y PONDERACIÓN TÉCNICA EFECTUADA POR EL COMITÉ DE PREADJUDICACIÓN.</p> <p>NOTA 8: SE DEBERÁ ENTREGAR, JUNTO CON EL EQUIPO, LOS MANUALES DE USUARIO Y SERVICIO TÉCNICO.</p> <p>NOTA 9: SE DEBERÁ GARANTIZAR POR ESCRITO QUE SE CUENTA CON UN STOCK PERMANENTE DE REPUESTOS CRÍTICOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO POR UN PERÍODO NO INFERIOR A 5 AÑOS.</p> <p>PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS MÉDICAS ZONA SUR –12 DE OCTUBRE N°65 - CIUDAD DE USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.-</p>							
MG PHARMACORP S.R.L.		0	1,00	1,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
	<p>Marca: BIOBASE - BSC-1100II B2-X</p> <p>Laboratorio:</p> <p>D. Amp. I.: Cabina de bioseguridad</p> <p>[2024 529-261] Cabina de Bioseguridad Clase II tipo B2</p> <p>Especificaciones técnicas mínimas</p> <p>Cabina de bioseguridad clase II tipo B2</p> <p>Material acero inoxidable</p> <p>Sistema flujo de aire 0% recirculación, 100% escape al aire</p> <p>Sistema de control microprocesado</p> <p>Velocidad mínima de entrada aproximado: 0,5 m/s o similar</p> <p>Velocidad de flujo descendente aproximado: 0,3 o similar</p> <p>Sistema de monitoreo donde indique variantes a tener en cuenta como velocidad, humedad, temperatura, tiempo de trabajo del sistema, etc</p> <p>Debe poseer lámpara UV</p> <p>Debe poseer filtro anti partículas</p> <p>Debe poseer lámpara iluminadora</p> <p>Debe poseer filtro HEPA o ULPA</p> <p>Ventana frontal realizada en vidrio templado</p> <p>Dimensiones a tener en cuenta para la instalación:</p> <p>Con instalación incluida no debe superar los 240 cm de alto.</p> <p>Los bultos necesarios para el armado de la cabina, deben poder ingresar por puertas de 75 cm de ancho y 2 metros de alto.</p> <p>Altura de la superficie de trabajo no menor a 80 cm aproximado.</p> <p>Alimentación 200V 50Hz.</p> <p>Accesorios mínimos</p> <p>Conducto de escape si lo requiere</p> <p>Ventilador de extracción si lo requiere</p> <p>Soporte de base</p> <p>Ventilador de extracción si lo requiere</p> <p>Cable de alimentación o transformador en el caso que lo requiera</p> <p>UPS en el caso que lo requiera</p> <p>CONSIDERACIONES GENERALES</p> <p>NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN</p>							



GEN
GTF

PLANILLA COMPARATIVA DE PREADJUDICACIÓN

Impresión: 30/07/24 11:27:19
Nº de Hoja: 3
Cm0059

Fecha: 30/07/24

Compra N°: 24/2024-529 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 22)

P.A. Nro.: 52234

Letra: E

Año: 2024

Ambito: 1728

C.N.: 0

D.V.:

Apertura 30/07/24 - 10:00

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANC. DE INSTITUC. PÚBL. DE SALU

Renglón	Insumo										
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado		
	<p>EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE DEBIENDO ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA COMO POR EJEMPOLO FOLLETOS ILUSTRATIVOS E. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA.</p> <p>NOTA 2: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.</p> <p>NOTA 3: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR Y NO EXCLUYENTES, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO.</p> <p>NOTA 4: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12) MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN, CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO.</p> <p>NOTA 5: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-</p> <p>NOTA 6: INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y CAPACITACIÓN A USUARIOS Y PERSONAL TÉCNICO, DEBERÁ ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. SE ACEPTARÁ CAPACITACIÓN ONLINE EN CASO DE SER NECESARIA.</p> <p>NOTA 7: SE DEBERÁ PRESENTAR EN CASO DE EXISTIR CERTIFICACIÓN DEL EQUIPO, TALCOMO ANMAT, CE, IRAM e ISO, PARA EL ANÁLISIS Y PONDERACIÓN TÉCNICA EFECTUADA POR EL COMITÉ DE PREADJUDICACIÓN.</p> <p>NOTA 8: SE DEBERÁ ENTREGAR, JUNTO CON EL EQUIPO, LOS MANUALES DE USUARIO Y SERVICIO TÉCNICO.</p> <p>NOTA 9: SE DEBERÁ GARANTIZAR POR ESCRITO QUE SE CUENTA CON UN STOCK PERMANENTE DE REPUESTOS CRÍTICOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO POR UN PERÍODO NO INFERIOR A 5 AÑOS.</p> <p>PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS MÉDICAS ZONA SUR -12 DE OCTUBRE N°65 - CIUDAD DE USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.-</p>										

Observación: BIOBASE - BSC-1100II B2-X