



Impresión: 02/08/24 12:26:23
Nº de Hoja: 1
Cm0059

Compra N°: 23/2024-525
P.A. Nro.: 40569 Letra: E Año: 2024 A
Apertura 29/07/24 - 11:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES

Renglón		Insumo								
Oferente		Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
1	401030084-1 TURBINA USO ODONTOLOGICO UNIDAD									
*	TURBINA ODONTOLÓGICA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): 4 salidas Spray agua y aire. Sistema de sujeción de fresa Push Button. Acople Borden de 2 vías. Rodamientos cerámicos de buena calidad. Nivel de ruido menor a 70 dB Alcance de al menos 320.000 r.p.m. Esterilizable en autoclave. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: Los oferentes deberán mencionar marca, modelo y todo dato conducente debiendo acompañar a la propuesta folletos ilustrativos en papel. La no presentación de características técnicas desestimara la oferta NOTA 2: Los valores y rangos indicados son descriptivos a modo de indicar las características mínimas del equipo a adquirir, quedando a juicio de la comisión evaluadora la aprobación de lo ofertado. NOTA 3: El transporte (flete) debe estar a cargo del proveedor. PLAZO DE ENTREGA: treinta (30) días de notificada de la orden de compra. LUGAR DE ENTREGA: División Pañol Zona Norte, en la calle Mackinlay y Piedrabuena – Ciudad de Rio Grande – Tierra del Fuego – C.P. 9420 y en Departamento de Gestión de Tecnologías Medicas ZS – calle 12 de Octubre y Maipú – Ciudad de Ushuaia – Tierra del Fuego – C.P. 9410.									
ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	0	1,00		25,00	0,00	0,00	210.345,00	210.345,00	0,00	0,00
Marca:	Laboratorio:									
D. Amp. I.:	TURBINA USO ODONTOLOGICO COTIZA									
	Turbina KMD 52000 Ultra Torque - KMD									
	- Spray x 4-Push button									
	- Rodamientos cerámicos									
	- Reducción de estrés sonoro									
	- Torque óptimo-390.000 RP									
	[2024 525-207] TURBINA ODONTOLÓGICA									
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):									
	4 salidas Spray agua y aire.									
	Sistema de sujeción de fresa Push Button.									
	Acople Borden de 2 vías.									
	Rodamientos cerámicos de buena calidad.									
	Nivel de ruido menor a 70 dB Alcance de al menos 320.000 r.p.m.									
	Esterilizable en autoclave.									
	CONSIDERACIONES GENERALES									
	NOTA 1: Los oferentes deberán mencionar marca, modelo y todo dato conducente debiendo acompañar a la propuesta folletos ilustrativos en papel. La no presentación de características técnicas desestimara la oferta									
	NOTA 2: Los valores y rangos indicados son descriptivos a modo de indicar las características mínimas del equipo a adquirir, quedando a juicio de la comisión evaluadora la aprobación de lo ofertado.									
	NOTA 3: El transporte (flete) debe estar a cargo del proveedor.									
	PLAZO DE ENTREGA: treinta (30) días de notificada de la orden de compra.									



Impresión: 02/08/24 12:26:23
Nº de Hoja: 2
Cm0059

Compra N°: 23/2024-525
P.A. Nro.: 40569 Letra: E Año: 2024 A
Apertura 29/07/24 - 11:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES

Renglón		Insumo								
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado	
	LUGAR DE ENTREGA: División Pañol Zona Norte, en la calle Mackinlay y Piedrabuena – Ciudad de Rio Grande – Tierra del Fuego – C.P. 9420 y en Departamento de Gestión de Tecnologías Medicas ZS – calle 12 de Octubre y Maipú – Ciudad de Ushuaia – Tierra del Fuego – C.P. 9410.									
2	401030163-1 MICROMOTOR NEUMATICO UNIDAD									
*	MICROMOTOR NEUMÁTICO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Acoplamiento al micromotor por sistema borden. Velocidad de trabajo bidireccional regulable entre 5000 a 25000 RPM Sistema de gatillo de cambio fresa a Gatillo o Push Button, Relación de transmisión 1: 1 Refrigeración externa Esterilizable en autoclave CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: Los oferentes deberán mencionar marca, modelo y todo dato conducente debiendo acompañar a la propuesta folletos ilustrativos en papel. La no presentación de características técnicas desestimara la oferta NOTA 2: Los valores y rangos indicados son descriptivos a modo de indicar las características mínimas del equipo a adquirir, quedando a juicio de la comisión evaluadora la aprobación de lo ofertado. NOTA 3: El transporte (flete) debe estar a cargo del proveedor. PLAZO DE ENTREGA: treinta (30) días de notificada de la orden de compra. LUGAR DE ENTREGA: División Pañol Zona Norte, en la calle Mackinlay y Piedrabuena – Ciudad de Rio Grande – Tierra del Fuego – C.P. 9420 y en Departamento de Gestión de Tecnologías Medicas ZS – calle 12 de Octubre y Maipú – Ciudad de Ushuaia – Tierra del Fuego – C.P. 9410									
ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	0	1,00	25,00	0,00	0,00	152.504,00	152.504,00	0,00	0,00	
Marca:	Laboratorio:									
D. Amp. I.:	MICROMOTOR NEUMATICO COTIZA									
	Micromotor neumatico Orion - KMD									
	- Potencia óptima									
	- Autoclavable a 135°C									
	- Velocidad regulable									
	- 5.000 a 20.000 r.p.m									
	[2024 525-207] MICROMOTOR NEUMÁTICO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Acoplamiento al micromotor por sistema borden. Velocidad de trabajo bidireccional regulable entre 5000 a 25000 RPM Sistema de gatillo de cambio fresa a Gatillo o Push Button, Relación de transmisión 1: 1 Refrigeración externa Esterilizable en autoclave CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: Los oferentes deberán mencionar marca, modelo y todo dato conducente debiendo acompañar a la propuesta folletos ilustrativos en papel. La no presentación de características técnicas desestimara la oferta NOTA 2: Los valores y rangos indicados son descriptivos a modo de indicar las características									



Impresión: 02/08/24 12:26:23
Nº de Hoja: 3
Cm0059

Compra N°: 23/2024-525
P.A. Nro.: 40569 Letra: E Año: 2024 A
Apertura 29/07/24 - 11:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES

Renglón		Insumo							
Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
	mínimas del equipo a adquirir, quedando a juicio de la comisión evaluadora la aprobación de lo ofertado. NOTA 3: El transporte (flete) debe estar a cargo del proveedor. PLAZO DE ENTREGA: treinta (30) días de notificada de la orden de compra. LUGAR DE ENTREGA: División Pañol Zona Norte, en la calle Mackinlay y Piedrabuena – Ciudad de Rio Grande – Tierra del Fuego – C.P. 9420 y en Departamento de Gestión de Tecnologías Medicas ZS – calle 12 de Octubre y Maipú – Ciudad de Ushuaia – Tierra del Fuego – C.P. 9410								
3	401030194-2 CONTRA ANGULO (pieza micromotor) unidad								
*	CONTRA ÁNGULO PUCH BUTTON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Relación de transmisión 1:1 Encastre tipo INTRA Debe poseer Irrigación externa Velocidad de rotación entre 14.000-25.000 r/min Refrigeración externa Esterilizable en autoclave. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: Los oferentes deberán mencionar marca, modelo y todo dato conducente debiendo acompañar a la propuesta folletos ilustrativos en papel. La no presentación de características técnicas desestimara la oferta NOTA 2: Los valores y rangos indicados son descriptivos a modo de indicar las características mínimas del equipo a adquirir, quedando a juicio de la comisión evaluadora la aprobación de lo ofertado. NOTA 3: El transporte (flete) debe estar a cargo del proveedor. PLAZO DE ENTREGA: treinta (30) días de notificada de la orden de compra. LUGAR DE ENTREGA: División Pañol Zona Norte, en la calle Mackinlay y Piedrabuena – Ciudad de Rio Grande – Tierra del Fuego – C.P. 9420 y en Departamento de Gestión de Tecnologías Medicas ZS – calle 12 de Octubre y Maipú – Ciudad de Ushuaia – Tierra del Fuego – C.P. 9410.								
ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	0	1,00	25,00	0,00	0,00	123.891,00	123.891,00	0,00	0,00
Marca: Laboratorio:									
D. Amp. I.: CONTRA ANGULO (pieza micromotor) COTIZA									
Contra ángulo Push Botan Orion - KMD									
- Push button									
- Refrigeración externa incorporada									
- Tallado preciso									
- 1:1 sistema intra									
[2024 525-207] CONTRA ÁNGULO PUCH BUTTON									
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):									
Relación de transmisión 1:1									
Encastre tipo INTRA									
Debe poseer Irrigación externa									
Velocidad de rotación entre 14.000-25.000 r/min									
Refrigeración externa									
Esterilizable en autoclave.									
CONSIDERACIONES GENERALES									



Compra N°: 23/2024-525
P.A. Nro.: 40569 Letra: E Año: 2024 A
Apertura 29/07/24 - 11:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES

Renglón		Insumo								
Oferente		Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
4	*	NOTA 1: Los oferentes deberán mencionar marca, modelo y todo dato conducente debiendo acompañar a la propuesta folletos ilustrativos en papel. La no presentación de características técnicas desestimara la oferta								
		NOTA 2: Los valores y rangos indicados son descriptivos a modo de indicar las características mínimas del equipo a adquirir, quedando a juicio de la comisión evaluadora la aprobación de lo ofertado.								
		NOTA 3: El transporte (flete) debe estar a cargo del proveedor.								
		PLAZO DE ENTREGA: treinta (30) días de notificada de la orden de compra.								
		LUGAR DE ENTREGA: División Pañol Zona Norte, en la calle Mackinlay y Piedrabuena – Ciudad de Rio Grande – Tierra del Fuego – C.P. 9420 y en Departamento de Gestión de Tecnologías Medicas ZS – calle 12 de Octubre y Maipú – Ciudad de Ushuaia – Tierra del Fuego – C.P. 9410.								
		401030260-1 CAVITADOR NEUMATICO Unidad								
		CAVITADOR NEUMATICO								
		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):								
		Refrigeración interna dirigida a la zona de trabajo								
		Superficie externa metálica								
		Frecuencia de oscilación: 6 KHz Ultrasilencioso								
		Acople Borden de 2 vías								
		Esterilizable en autoclave								
		Debe Incluir 3 insertos								
		CONSIDERACIONES GENERALES								
		NOTA 1: Los oferentes deberán mencionar marca, modelo y todo dato conducente debiendo acompañar a la propuesta folletos ilustrativos en papel. La no presentación de características técnicas desestimara la oferta								
		NOTA 2: Los valores y rangos indicados son descriptivos a modo de indicar las características mínimas del equipo a adquirir, quedando a juicio de la comisión evaluadora la aprobación de lo ofertado.								
		NOTA 3: El transporte (flete) debe estar a cargo del proveedor.								
		PLAZO DE ENTREGA: treinta (30) días de notificada de la orden de compra.								
		LUGAR DE ENTREGA: División Pañol Zona Norte, en la calle Mackinlay y Piedrabuena – Ciudad de Rio Grande – Tierra del Fuego – C.P. 9420 y en Departamento de Gestión de Tecnologías Medicas ZS – calle 12 de Octubre y Maipú – Ciudad de Ushuaia – Tierra del Fuego – C.P. 9410								
ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO		0	1,00	19,00	0,00	0,00	183.752,00	183.752,00	0,00	0,00
	Marca:		Laboratorio:							
	D. Amp. I.: CAVITADOR NEUMATICO COTIZA									
	Cavitador neumático - GEMA									
	- Incluye 3 insertos									
	- Refrigeración interna									
	- Rapidez y eficiencia en remoción de cálculos									
	- 6.000 hz									
	[2024 525-207] CAVITADOR NEUMATICO									
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO):									
	Refrigeración interna dirigida a la zona de trabajo									
	Superficie externa metálica									
	Frecuencia de oscilación: 6 KHz Ultrasilencioso									
	Acople Borden de 2 vías									



Impresión: 02/08/24 12:26:23
Nº de Hoja: 5
Cm0059

Compra N°: 23/2024-525
P.A. Nro.: 40569 Letra: E Año: 2024 A
Apertura 29/07/24 - 11:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES

Renglón		Insumo								
Oferente		Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
		Esterilizable en autoclave Debe Incluir 3 insertos CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: Los oferentes deberán mencionar marca, modelo y todo dato conducente debiendo acompañar a la propuesta folletos ilustrativos en papel. La no presentación de características técnicas desestimara la oferta NOTA 2: Los valores y rangos indicados son descriptivos a modo de indicar las características mínimas del equipo a adquirir, quedando a juicio de la comisión evaluadora la aprobación de lo ofertado. NOTA 3: El transporte (flete) debe estar a cargo del proveedor. PLAZO DE ENTREGA: treinta (30) días de notificada de la orden de compra. LUGAR DE ENTREGA: División Pañol Zona Norte, en la calle Mackinlay y Piedrabuena – Ciudad de Rio Grande – Tierra del Fuego – C.P. 9420 y en Departamento de Gestión de Tecnologías Medicas ZS – calle 12 de Octubre y Maipú – Ciudad de Ushuaia – Tierra del Fuego – C.P. 9410								
5		401030355-1 LOCALIZADOR DE APICES UNIDAD .								
*		LOCALIZADOR DE APICE Debe estar equipado con una pantalla LCD, que proporcione imágenes claras Con tecnología avanzada de múltiples redes de frecuencia de medición de impedancia y la calibración automática. Que permita medir la longitud de la endodoncia sin el secado del canal Accesorios esterilizables. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: Los oferentes deberán mencionar marca, modelo y todo dato conducente debiendo acompañar a la propuesta folletos ilustrativos en papel. La no presentación de características técnicas desestimara la oferta NOTA 2: Los valores y rangos indicados son descriptivos a modo de indicar las características mínimas del equipo a adquirir, quedando a juicio de la comisión evaluadora la aprobación de lo ofertado. NOTA 3: El transporte (flete) debe estar a cargo del proveedor. PLAZO DE ENTREGA: treinta (30) días de notificada de la orden de compra. LUGAR DE ENTREGA: División Pañol Zona Norte, en la calle Mackinlay y Piedrabuena – Ciudad de Rio Grande – Tierra del Fuego – C.P. 9420 y en Departamento de Gestión de Tecnologías Medicas ZS – calle 12 de Octubre y Maipú – Ciudad de Ushuaia – Tierra del Fuego – C.P. 9410								
	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	0	1,00	3,00	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00
	Marca:		Laboratorio:							
	D. Amp. I.: LOCALIZADOR DE APICES COTIZA (C-ROOT-1+) LOCALIZADOR DE APICE (MOD. C-ROOT-1+) - COXO Voltaje de funcionamiento del adaptador: AC100-240V, 50/60HZ; Batería: batería de iones de litio intercambiable DC7.4V 1800mAh Pantalla: pantalla táctil TFT-LCD a color Especificaciones de la pantalla: tamaño: 73,44 x 48,96 mm (3,5 pulgadas) resolución: 480 x 320 Tiempo de carga: 3 horas Tecnología multifrecuencia: Más preciso, incluso e/sangre o pulpa residual. Sencillo y ligero: El grosor es de solo 2 cm, pero brinda una precisión inimaginable. Pantalla táctil: Fácil de ajustar varios parámetros ·Luminancia· Sonido de alarma ·Posición del vertice · Incluye 4 ganchos metalicos.									



Compra N°: 23/2024-525
P.A. Nro.: 40569 Letra: E Año: 2024 A
Apertura 29/07/24 - 11:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES

Renglón	Insumo										
	Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado	
	[2024 525-207] LOCALIZADOR DE APICE Debe estar equipado con una pantalla LCD, que proporcione imágenes claras Con tecnología avanzada de múltiples redes de frecuencia de medición de impedancia y la calibración automática. Que permita medir la longitud de la endodoncia sin el secado del canal Accesorios esterilizables. CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: Los oferentes deberán mencionar marca, modelo y todo dato conducente debiendo acompañar a la propuesta folletos ilustrativos en papel. La no presentación de características técnicas desestimara la oferta NOTA 2: Los valores y rangos indicados son descriptivos a modo de indicar las características mínimas del equipo a adquirir, quedando a juicio de la comisión evaluadora la aprobación de lo ofertado. NOTA 3: El transporte (flete) debe estar a cargo del proveedor. PLAZO DE ENTREGA: treinta (30) días de notificada de la orden de compra. LUGAR DE ENTREGA: División Pañol Zona Norte, en la calle Mackinlay y Piedrabuena – Ciudad de Rio Grande – Tierra del Fuego – C.P. 9420 y en Departamento de Gestión de Tecnologías Médicas ZS – calle 12 de Octubre y Maipú – Ciudad de Ushuaia – Tierra del Fuego – C.P. 9410										
6	296000005-1 Kit de 5 puntas para cavitador ultrasónico unidad										
*	SET DE PUNTAS PARA CAVITADOR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Set puntas en blíster 5 unidades Compatible con modelos Woodpecker GD1 x 2 unidades GD2 GD4 PD1 Roscas de las puntas internas CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: Los oferentes deberán mencionar marca, modelo y todo dato conducente debiendo acompañar a la propuesta folletos ilustrativos en papel. La no presentación de características técnicas desestimara la oferta NOTA 2: Los valores y rangos indicados son descriptivos a modo de indicar las características mínimas del equipo a adquirir, quedando a juicio de la comisión evaluadora la aprobación de lo ofertado. NOTA 3: El transporte (flete) debe estar a cargo del proveedor. PLAZO DE ENTREGA: treinta (30) días de notificada de la orden de compra. LUGAR DE ENTREGA: División Pañol Zona Norte, en la calle Mackinlay y Piedrabuena – Ciudad de Rio Grande – Tierra del Fuego – C.P. 9420 y en Departamento de Gestión de Tecnologías Médicas ZS – calle 12 de Octubre y Maipú – Ciudad de Ushuaia – Tierra del Fuego – C.P. 9410										
	ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	0	20.999,00	2,00	0,00	0,00	166.500,00	166.500,00	0,00	0,00	
	Marca:		Laboratorio:								
	D. Amp. I.: Kit de 5 puntas para cavitador ultrasónico COTIZA SET DE 5 PUNTAS PARA CAVITADOR UDS-B - WOODPECKER Incluye las siguientes puntas - G1 (x 2 unidades) - G2 - G4 - P1 [2024 525-207] SET DE PUNTAS PARA CAVITADOR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Set puntas en blíster 5 unidades Compatible con modelos Woodpecker GD1 x 2 unidades GD2										



Impresión: 02/08/24 12:26:23
Nº de Hoja: 8
Cm0059

Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo
Oferente	Alt Precio Ref. Cant. Ofertada Cant. Bonificada Cant. Adjudicada Precio Unit. C/Bon Precio Unitario Precio Total Adjudicado C/Bon Precio Total Adjudicado
	51 017/.02 (violeta) 52 020/.04 (blanca) F1 020/.07 (amarilla) F2 025/.08 (roja) F3 030/.09 (azul) - Presentación: 1 serie por caja (6 limas) - Longitud: 25mm - Velocidad: 400rpm - Torque: 3.0Ncm [2024 525-207] LIMAS PARA ENDODONCIA MECANIZADA DE 21 Y 25 MM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS (A MODO ORIENTATIVO): Blister por 6 unidades Protaper Sx F3 25mm SX (19mm) S1 (25mm) S2 (25mm) F1 (25mm) F2 (25mm) F3 (25mm) Material NITI Velocidad: 350 RPM Torque: 2 Nt CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: Los oferentes deberán mencionar marca, modelo y todo dato conducente debiendo acompañar a la propuesta folletos ilustrativos en papel. La no presentación de características técnicas desestimara la oferta NOTA 2: Los valores y rangos indicados son descriptivos a modo de indicar las características mínimas del equipo a adquirir, quedando a juicio de la comisión evaluadora la aprobación de lo ofertado. NOTA 3: El transporte (flete) debe estar a cargo del proveedor PLAZO DE ENTREGA: treinta (30) días de notificada de la orden de compra. LUGAR DE ENTREGA: División Pañol Zona Norte, en la calle Mackinlay y Piedrabuena – Ciudad de Rio Grande – Tierra del Fuego – C.P. 9420 y en Departamento de Gestión de Tecnologías Medicas ZS – calle 12 de Octubre y Maipú – Ciudad de Ushuaia – Tierra del Fuego – C.P. 9410

Firmado Electrónicamente por
AGENTE NÚÑEZ NATALIA ALEJANDRA
Gobierno de Tierra del Fuego
JEFE DE DEPARTAMENTO COMPRAS
MAYORES
02/08/2024 12:27