Fecha: 31/08/24

Compra N°: 245/2024-525
P.A. Nro.: 63620 Letra: E Año: 2024 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 27/08/24 - 11:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo									
Oferente		**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**
1	**401030430-1 Compresor Odontologico Unidad**									
ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO		0	1,00	3,00	0,00	0,00	1.033.725,00	1.033.725,00	0,00	0,00

* Compresor tipo odontológico
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Descripción: Compresor sin aceite tipo odontológico 750W (1HP)
Potencia 750w (1HP).
Tanque entre 30 a 50Lts.
Alimentación eléctrica monofásico 220VAC.
Bajo nivel de ruido <75dB
Presión máxima de trabajo 8Kg/cm2.
Caudal no menor a 150L/min.
Presostato de regulación con rango entre 2.5kg y 5kg accionamiento a válvula check.
Válvula de seguridad.
Purgador
Manómetro de presión de tanque.
Regulador de presión de salida con manómetro y trampa de agua.
Filtro de entrada de aire.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN Y TODO DATO CONDUCENTE DEBIENDO ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA.
NOTA 2: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
NOTA 3: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO.
NOTA 4: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO.
NOTA 5: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
NOTA 6: SE DEBERÁ ENTREGAR, JUNTO CON EL EQUIPO, LOS MANUALES DE USUARIO Y SERVICIO TÉCNICO, LOS MISMOS DEBEN SER ORIGINALES, COMPLETOS Y EN CASTELLANO. DEBERÁN ENTREGARSE AL MOMENTO DE RECEPCIÓN DEL EQUIPO.
NOTA 7: SE DEBERÁ PRESENTAR EN CASO DE EXISTIR CERTIFICACIÓN DEL EQUIPO, TAL COMO ANMAT, CE, IRAM e ISO, PARA EL ANÁLISIS Y PONDERACIÓN TÉCNICA EFECTUADA POR EL COMITÉ DE PREADJUDICACIÓN.
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA: DIVISION PAÑOL ZONA SUR, SITO EN 12 DE OCTUBRE Nº65 – CIUDAD DE USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.

Marca: A-TEC Laboratorio:
D. Amp. I.: Compresor Odontologico - COTIZA COMPRESOR DE AIRE ODONTOLÓGICO 1HP MOD. AT 80/38 - A-TEC (SEGÚN PRESUPUESTO Y FOLLETOS ADJUNTOS)

Fecha: 31/08/24

Compra N°: 245/2024-525
P.A. Nro.: 63620 Letra: E Año: 2024 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 27/08/24 - 11:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón **Insumo**

Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado
ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO	1	1,00	3,00	0,00	0,00	1.090.946,00	1.090.946,00	0,00	0,00

[2024 525-311] Compresor tipo odontológico
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Descripción: Compresor sin aceite tipo odontológico 750W (1HP)
Potencia 750w (1HP).
Tanque entre 30 a 50Lts.
Alimentación eléctrica monofásico 220VAC.
Bajo nivel de ruido <75dB
Presión máxima de trabajo 8Kg/cm2.
Caudal no menor a 150L/min.
Presostato de regulación con rango entre 2.5kg y 5kg accionamiento a válvula check.
Válvula de seguridad.
Purgador
Manómetro de presión de tanque.
Regulador de presión de salida con manómetro y trampa de agua.
Filtro de entrada de aire.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN Y TODO DATO CONDUCENTE DEBIENDO ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA.
NOTA 2: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
NOTA 3: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO.
NOTA 4: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO.
NOTA 5: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
NOTA 6: SE DEBERÁ ENTREGAR, JUNTO CON EL EQUIPO, LOS MANUALES DE USUARIO Y SERVICIO TÉCNICO, LOS MISMOS DEBEN SER ORIGINALES, COMPLETOS Y EN CASTELLANO. DEBERÁN ENTREGARSE AL MOMENTO DE RECEPCIÓN DEL EQUIPO.
NOTA 7: SE DEBERÁ PRESENTAR EN CASO DE EXISTIR CERTIFICACIÓN DEL EQUIPO, TAL COMO ANMAT, CE, IRAM e ISO, PARA EL ANÁLISIS Y PONDERACIÓN TÉCNICA EFECTUADA POR EL COMITÉ DE PREADJUDICACIÓN.
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA: DIVISION PAÑOL ZONA SUR, SITO EN 12 DE OCTUBRE Nº65 – CIUDAD DE USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.

Marca: NARDI & HERRERO Laboratorio:

D. Amp. I.: Compresor Odontologico - COTIZA COMPRESOR DE AIRE ODONTOLÓGICO 1HP - NARDI & HERRERO (SEGÚN PRESUPUESTO Y FOLLETOS ADJUNTOS)
[2024 525-311] Compresor tipo odontológico
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Descripción: Compresor sin aceite tipo odontológico 750W (1HP)

Fecha: 31/08/24

Compra N°: 245/2024-525
P.A. Nro.: 63620 Letra: E Año: 2024 Ambito: 1728 C.N.: 0 D.V.:
Apertura 27/08/24 - 11:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo								
Oferente	**Alt**	**Precio Ref.**	**Cant. Ofertada**	**Cant. Bonificada**	**Cant. Adjudicada**	**Precio Unit. C/Bon**	**Precio Unitario**	**Precio Total Adjudicado C/Bon**	**Precio Total Adjudicado**

Potencia 750w (1HP).
Tanque entre 30 a 50Lts.
Alimentación eléctrica monofásico 220VAC.
Bajo nivel de ruido <75dB
Presión máxima de trabajo 8Kg/cm2.
Caudal no menor a 150L/min.
Presostato de regulación con rango entre 2.5kg y 5kg accionamiento a válvula check.
Válvula de seguridad.
Purgador
Manómetro de presión de tanque.
Regulador de presión de salida con manómetro y trampa de agua.
Filtro de entrada de aire.
CONSIDERACIONES GENERALES
NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO I DEL FORMULARIO DE COTIZACIÓN Y TODO DATO CONDUCENTE DEBIENDO ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA FOLLETOS ILUSTRATIVOS EN PAPEL. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA.
NOTA 2: EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR CON TODOS LOS ACCESORIOS BÁSICOS Y NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
NOTA 3: LOS VALORES Y RANGOS INDICADOS SON DESCRIPTIVOS A MODO DE INDICAR LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO A ADQUIRIR, QUEDANDO A JUICIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA LA APROBACIÓN DE LO OFERTADO.
NOTA 4: SE DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE DOCE (12), MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN A CARGO DEL PROVEEDOR EN SU TOTALIDAD. EN EL CASO EN QUE EL EQUIPO HAGA USO DE LA GARANTÍA, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ AMPLIARSE EL PERÍODO DURANTE EL CUAL EL EQUIPO SE ENCONTRÓ FUERA DE SERVICIO.
NOTA 5: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-
NOTA 6: SE DEBERÁ ENTREGAR, JUNTO CON EL EQUIPO, LOS MANUALES DE USUARIO Y SERVICIO TÉCNICO, LOS MISMOS DEBEN SER ORIGINALES, COMPLETOS Y EN CASTELLANO. DEBERÁN ENTREGARSE AL MOMENTO DE RECEPCIÓN DEL EQUIPO.
NOTA 7: SE DEBERÁ PRESENTAR EN CASO DE EXISTIR CERTIFICACIÓN DEL EQUIPO, TAL COMO ANMAT, CE, IRAM e ISO, PARA EL ANÁLISIS Y PONDERACIÓN TÉCNICA EFECTUADA POR EL COMITÉ DE PREADJUDICACIÓN.
PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.
LUGAR DE ENTREGA: DIVISION PAÑOL ZONA SUR, SITO EN 12 DE OCTUBRE Nº65 – CIUDAD DE USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.

Firmado Electrónicamente por
AGENTE MOLINELLI MACARENA LUCIA
Gobierno de Tierra del Fuego
JEFE DIVISION COMPRAS TRANSFERENCIAS INTERNAS
31/08/2024 11:38