



Impresión: 03/10/24 14:27:14
Nº de Hoja: 1
Cm0059

Compra N°: 274/2024-525 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 258)
P.A.: N° 69081 Letra E Año 2024 Ámbito 1728
Apertura 26/09/24 - 13:00
Cotización con destino a: FE FDO. DE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCI

Renglón	Insumo										
	Oferente	Alt	Precio Ref.	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit. C/Bon	Precio Unitario	Precio Total Adjudicado C/Bon	Precio Total Adjudicado	
1	300030003-45 Mantenimiento y Reparación de Equipos Médicos UNIDAD										
*	Mantenimiento Correctivo Endocámara Marca Storz modelo TH100 NS PV833457-H										
	Especificaciones técnicas mínimas										
	Remplazo de Cabezal										
	Remplazo de Cable de Cabezal										
	Colocación de O-Rings										
	Desarme y limpieza del sistema óptico										
	Centrado de prisma										
	Calibración de sistema parfocal										
	Analizar compatibilidad son software de Torre										
	CONSIDERACIONES GENERALES										
	NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE DEBIENDO ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA COMO POR EJEMPOLO FOLLETOS ILUSTRATIVOS. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA.										
	NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-										
	PLAZO DE ENTREGA: DOSCIENTOS SETENTA (270) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.										
	LUGAR DE ENTREGA: DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS MÉDICAS ZONA SUR – 12 DE OCTUBRE N°65 - CIUDAD DE USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.-										
	KARL STORZ ENDOSCOPIA ARGENTINA S	0	1,00	1,00	0,00	0,00	2.372.070,02	2.372.070,02	0,00	0,00	
	Marca:	Laboratorio:									
	D. Amp. I.:	Mantenimiento y Reparación de Equipos Médicos									
	[2024 525-326] Mantenimiento Correctivo Endocámara Marca Storz modelo TH100 NS PV833457-H										
	Especificaciones técnicas mínimas										
	Remplazo de Cabezal										
	Remplazo de Cable de Cabezal										
	Colocación de O-Rings										
	Desarme y limpieza del sistema óptico										
	Centrado de prisma										
	Calibración de sistema parfocal										
	Analizar compatibilidad son software de Torre										
	CONSIDERACIONES GENERALES										
	NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE DEBIENDO ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA COMO POR EJEMPOLO FOLLETOS ILUSTRATIVOS. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA.										
	NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.-										
	PLAZO DE ENTREGA: DOSCIENTOS SETENTA (270) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA.										
	LUGAR DE ENTREGA: DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS MÉDICAS ZONA SUR – 12 DE OCTUBRE N°65 - CIUDAD DE USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.-										
2	300030003-45 Mantenimiento y Reparación de Equipos Médicos UNIDAD										
*	Mantenimiento Correctivo Fuente de Luz marca Storz modelo 20161420 NS ZW4345										



Impresión: 03/10/24 14:27:14
Nº de Hoja: 2
Cm0059

Renglón	Insumo
Oferente	Alt Precio Ref. Cant. Ofertada Cant. Bonificada Cant. Adjudicada Precio Unit. C/Bon Precio Unitario Precio Total Adjudicado C/Bon Precio Total Adjudicado
KARL STORZ ENDOSCOPIA ARGENTINA S	Especificaciones técnicas mínimas Recambio de sistema LED Verificación de funcionamiento y calibración CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE DEBIENDO ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA COMO POR EJEMPOLO FOLLETOS ILUSTRATIVOS. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA. NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- PLAZO DE ENTREGA: DOSCIENTOS SETENTA (270) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS MÉDICAS ZONA SUR – 12 DE OCTUBRE N°65 - CIUDAD DE USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.-
Marca: D. Amp. I.:	Laboratorio: Mantenimiento y Reparación de Equipos Médicos [2024 525-326] Mantenimiento Correctivo Fuente de Luz marca Storz modelo 20161420 NS ZW4345
	Especificaciones técnicas mínimas Recambio de sistema LED Verificación de funcionamiento y calibración CONSIDERACIONES GENERALES NOTA 1: LOS OFERENTES DEBERÁN MENCIONAR MARCA, MODELO, INFORME TÉCNICO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO Y TODO DATO CONDUCENTE DEBIENDO ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA COMO POR EJEMPOLO FOLLETOS ILUSTRATIVOS. LA NO PRESENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESESTIMARA LA OFERTA. NOTA 2: EL TRANSPORTE (FLETE) DEBE ESTAR A CARGO DEL PROVEEDOR.- PLAZO DE ENTREGA: DOSCIENTOS SETENTA (270) DÍAS DE NOTIFICADA DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS MÉDICAS ZONA SUR – 12 DE OCTUBRE N°65 - CIUDAD DE USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO – C.P. 9410.-

