



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
Dirección Ingeniería Sanitaria Zona Sur - MS.

"2023 - 40° ANIVERSARIO DE LA RESTAURACIÓN DE LA DEMOCRACIA"

Ushuaia, 08 de Enero de 2025.-

Departamento Compras - MS

INFORME TÉCNICO DE PREADJUDICACION CONTRATACIÓN DIRECTA N.º 330/2024-525

En la ciudad de Ushuaia a los ocho (8) del mes de Enero de 2025, a fin de analizar la oferta recibida en la Contratación Directa por Computa Abreviada N° 330/2024-525 tramitada por el Expediente E-81346-2024, referente a **S/ ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO MÉDICO MARCA ABBOTT MODELO C4100 EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HRU**, habiéndose analizado técnicamente lo presentado por los oferentes, se procede a avalar las mismas:

AVALAR TÉCNICAMENTE

- Proveedor **Casa Lumar S.R.L.** **CUIT N.º 30-67579383-9**
REGLÓN N.º: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 15, Alternativa N.º 00
Por ajustarse a las especificaciones técnicas del formulario de cotización.
- Proveedor **Lavori Henninger Gustavo Adolfo** **CUIT N.º 20-24518738-7**
REGLÓN N.º: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28, Alternativa N.º 00
Por ajustarse a las especificaciones técnicas del formulario de cotización.
- Proveedor **Saiz Ariel Alfredo** **CUIT N.º 20-28011580-1**
REGLÓN N.º: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28, Alternativa N.º 00
Por ajustarse a las especificaciones técnicas del formulario de cotización.

NO AVALAR TÉCNICAMENTE

- Proveedor **Electroluz S.R.L** **CUIT N.º 30-70765742-8**
Por presentar propuesta fuera de término.

De igual modo, se aconseja preadjudicar a la firma consignada respetando el siguiente Orden de Mérito:

CUADRO DE PREADJUDICACION POR ORDEN DE MERITO

NUMERO DE ORDEN	ORDEN DE MERITO	ALT	PROVEEDOR
ITEM 1	1°	00	Casa Lumar S.R.L
	2°	00	Lavori Henninger Gustavo Adolfo
	3°	00	Saiz Ariel Alfredo
ITEM 2	1°	00	Casa Lumar S.R.L
	2°	00	Lavori Henninger Gustavo Adolfo
	3°	00	Saiz Ariel Alfredo
ITEM 3	1°	00	Casa Lumar S.R.L
	2°	00	Saiz Ariel Alfredo



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
Dirección Ingeniería Sanitaria Zona Sur - MS.

	3°	00	Lavori Henninger Gustavo Adolfo
ITEM 4	1°	00	Casa Lumar S.R.L
	2°	00	Lavori Henninger Gustavo Adolfo
	3°	00	Saiz Ariel Alfredo
ITEM 5	1°	00	Casa Lumar S.R.L
	2°	00	Lavori Henninger Gustavo Adolfo
	3°	00	Saiz Ariel Alfredo
ITEM 6	1°	00	Casa Lumar S.R.L
	2°	00	Lavori Henninger Gustavo Adolfo
	3°	00	Saiz Ariel Alfredo
ITEM 7	1°	00	Casa Lumar S.R.L
	2°	00	Lavori Henninger Gustavo Adolfo
	3°	00	Saiz Ariel Alfredo
ITEM 8	1°	00	Casa Lumar S.R.L
	2°	00	Saiz Ariel Alfredo
	3°	00	Lavori Henninger Gustavo Adolfo
ITEM 9	1°	00	Casa Lumar S.R.L
	2°	00	Saiz Ariel Alfredo
	3°	00	Lavori Henninger Gustavo Adolfo
ITEM 10	1°	00	Casa Lumar S.R.L
	2°	00	Saiz Ariel Alfredo
	3°	00	Lavori Henninger Gustavo Adolfo
ITEM 11	1°	00	Casa Lumar S.R.L
	2°	00	Lavori Henninger Gustavo Adolfo
	3°	00	Saiz Ariel Alfredo
ITEM 12	1°	00	Casa Lumar S.R.L
	2°	00	Lavori Henninger Gustavo Adolfo
	3°	00	Saiz Ariel Alfredo
ITEM 13	1°	00	Casa Lumar S.R.L
	2°	00	Saiz Ariel Alfredo
	3°	00	Lavori Henninger Gustavo Adolfo
ITEM 14	1° (oferta única)	00	Lavori Henninger Gustavo Adolfo
ITEM 15	1°	00	Casa Lumar S.R.L
	2°	00	Saiz Ariel Alfredo



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
Dirección Ingeniería Sanitaria Zona Sur - MS.

	3°	00	Lavori Henninger Gustavo Adolfo
ITEM 16	1°	00	Lavori Henninger Gustavo Adolfo
	2°	00	Saiz Ariel Alfredo
ITEM 17	1°	00	Lavori Henninger Gustavo Adolfo
	2°	00	Saiz Ariel Alfredo
ITEM 18	1°	00	Saiz Ariel Alfredo
	2°	00	Lavori Henninger Gustavo Adolfo
ITEM 19	1°	00	Saiz Ariel Alfredo
	2°	00	Lavori Henninger Gustavo Adolfo
ITEM 20	1°	00	Lavori Henninger Gustavo Adolfo
	2°	00	Saiz Ariel Alfredo
ITEM 21	1°	00	Lavori Henninger Gustavo Adolfo
	2°	00	Saiz Ariel Alfredo
ITEM 22	1°	00	Saiz Ariel Alfredo
	2°	00	Lavori Henninger Gustavo Adolfo
ITEM 23	1°	00	Lavori Henninger Gustavo Adolfo
	2°	00	Saiz Ariel Alfredo
ITEM 24	1°	00	Lavori Henninger Gustavo Adolfo
	2°	00	Saiz Ariel Alfredo
ITEM 25	1°	00	Lavori Henninger Gustavo Adolfo
	2°	00	Saiz Ariel Alfredo
ITEM 26	1°	00	Lavori Henninger Gustavo Adolfo
	2°	00	Saiz Ariel Alfredo
ITEM 27	1°	00	Lavori Henninger Gustavo Adolfo
	2°	00	Saiz Ariel Alfredo
ITEM 28	1°	00	Lavori Henninger Gustavo Adolfo
	2°	00	Saiz Ariel Alfredo

Así mismo, se deja constancia que:

- Los materiales solicitados serán destinados a trabajos de reformas en la planta de agua y nueva instalación eléctrica destinado al emplazamiento del analizador marca Abbott modelo C4100 perteneciente al Servicio de Laboratorio del Hospital Regional de Ushuaia.
- En relación al ítem 14 que resulta con la leyenda "OFERTA ÚNICA", se deja constancia que su precio no resulta inconveniente para el estado (Dto. Pcial. N° 674/11 Art. 34 Punto 58). Debido a que el mencionado ítem supera el 20% de la reserva inicial, se deberá tener en cuenta razones de merito, oportunidad y causales técnicas pero también económicas, ya que en la evaluación de la oferta se analizo todos los indicadores
"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos"



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
Dirección Ingeniería Sanitaria Zona Sur - MS.

"2023 - 40° ANIVERSARIO DE LA RESTAURACIÓN DE LA DEMOCRACIA"

constitutivos de la misma (precio, plazo, aspectos técnicos, antecedentes en contrataciones similares). Es importante aclarar que el sería un costo mayor no adquirir dichos insumos y reiniciar el proceso de adquisición ya que se dilatarían los plazos y perjudicaría el servicios desde lo asistencial por que no podría llevarse adelante la puesta en marcha de la nueva planta de osmosis que permitirá la futura instalación del equipo de química Abbot, modelo C4100 nuevo, que al día de la fecha se encuentra embalado en resguardo a ser emplazado en el HRU. Hoy en día el Laboratorio Central del HRU cuenta con un solo equipo de similares características, marca Abbot modelo C4000, no contando con un buck up. Es imperioso considerar esta necesidad como una planificación estratégica para la productividad y correcta prestación del servicio de Laboratorio Central.

Sin otro particular, atte.

Bioing. Juliana N. Tuma
Jefa de Departamento
Departamento de Gestión de TMZS
Ministerio de Salud

Firmado Electrónicamente por
JEFE DE DEPARTAMENTO TUMA JULIANA
NAIR
Gobierno de Tierra del Fuego
JEFE DE DEPARTAMENTO Depto. de Gestión de
Tecnologías Médicas ZS
09/01/2025 12:36