



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
Hospital Regional Río Grande
Ministerio de Salud

RECTIFICO INFORME TÉCNICO DE PREADJUDICACION
COMPRA DIRECTA Nº 27/2025 - 577

En la ciudad de Río Grande, a los 13 días del mes de marzo 2025 a fin de analizar las ofertas recibidas en la compra directa Nº 27/2025 - 577 tramitada por el Expediente Nº 15393/2025, referente a la S/ADQUISICION DE DIABOLOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA - PERIODO 6 MESES - HRRG, habiéndose analizado técnicamente lo presentado por los oferentes, se procede a avalar las mismas:

AVALAR TÉCNICAMENTE

- **D.V. S.R.L CUIT 30-71156730-1 Renglón 1**
Ventajas de uso: Mayor adaptabilidad y permanencia en tratamientos prolongados, uso de Otopatía Crónica.
Adaptabilidad de tamaño 7,5 mm x 200 mm y material teflón vs silicona, tanto en población pediátrica como adultos.
Favorece la limpieza del conducto auditivo extremo y el cuidado post operatorio.
Favorece la colocación y extracción (la presencia del extractor alambre) tanto en el quirófano como en consultorio en forma ambulatorio.

NO AVALAR TÉCNICAMENTE

- **ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO CUIT: 20-12284563-0 Renglón 1** por experiencia de uso.

NUMERO DE ORDEN	ORDEN DE MERITO PROVEEDOR	A L T.	PROVEEDOR
REGLON 1	OFERTA UNICA	0	D.V. S.R.L.

En relación a los ítems con la leyenda "Oferta única", se deja constancia que su precio no resulta Inconveniente para el Estado (Dto. Pcial. Nº 674/11, Art. 34, Punto 58).

Dra. Silvina De Toma
Departamento de Otorrinolaringología

Dr. Darío Costas
Jefe Dpto. Cirugía HRRG

