



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
Hospital Regional Rio Grande
Ministerio de Salud

RETIFICACION INFORME TÉCNICO DE PREADJUDICACION
COMPRA DIRECTA N° 14/2025 - 577

En la ciudad de Rio Grande, a los 17 días del mes de marzo de 2025 a fin de analizar las ofertas recibidas en la compra directa N° 14/2025 - 577 tramitada por el Expediente N° 9820/2025, referente a la “S/ADQUISICION DE TELA PARA QUIROFANO (NEONATOLOGIA, CIRUGIA, HEMODINAMIA Y PARTO) PARA 6 MESES – HRRG”, habiéndose analizado técnicamente lo presentado por los oferentes, se procede a avalar las mismas:

AVALAR TÉCNICAMENTE

- *ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO CUIT: 20-12284563-0 Renglón 1 - 200 metros, Renglón 2 – 426 metros y Renglón 3 – 363 metros, ya que cumple con las características solicitadas experiencia de uso.*

NO AVALAR TÉCNICAMENTE

- *PENELOPE SH DE RAKELA ANA M, RAKELA MARGARITA Y RAKELA MAGDALENA C.U.I.T. N° 30-65807307-5 Renglón 1,2 y 3, no se avala técnicamente ya que no se ajusta al ancho de tela solicitado, y el encogimiento de la tela supera al 5% estimado en la compra, según Anexo I*
- *RIGA JORGE SEBASTIAN C.U.I.T. N°20-30571474-8, no se avala técnicamente porque el encogimiento de la tela supera el 5% estimado en la compra, según Anexo I*

NUMERO DE ORDEN	ORDEN DE MERITO PROVEEDOR	ALT.	PROVEEDOR
REGLON 1	OFERTA UNICA Preadjudicar 200 metros	x	• ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO
REGLON 2	OFERTA UNICA Preadjudicar 426 metros	x	• ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO
REGLON 3	OFERTA UNICA Preadjudicar 363 metros	x	• ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO

En relación a los ítems con la leyenda “Oferta única”, se deja constancia que su precio no resulta Inconveniente para el Estado (Dto. Pcial. N° 674/11, Art. 34, Punto 58).

Paula Gatica
Jef. Unidad de costura
Hospital Regional Rio Grande

Andrea Oyarzun
Jefa de Servicio de Esterilización
Hospital Regional Rio Grande

