



INF Nº 12/2025
Letra: DICZN-MS
Rio Grande, 13 de junio de 2025

Informe Técnico de Preadjudicación

Contratación Directa Nº 171/2025-525

En la ciudad de Río Grande a los 13 días del mes de junio de 2025, a fin de analizar las ofertas recibidas en la Contratación Directa Nº 171/2025-525 tramitada bajo expediente MS-E-28660-2025, referente a “ADQUISICIÓN DE BATERÍAS UPS DESTINADAS AL HRRG Y CMST (TM-01)”, habiéndose analizado técnicamente, se procede a avalar las mismas:

AVALAR TÉCNICAMENTE

- Proveedor COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L, CUIT Nº 30-67064351-0 Renglón 1, 2 y 3 alt. 00.
- Proveedor BOGDANICH MARIANO GERMAN 20-23462969-8 Renglón 1, 2 y 3 alt. 00.
- Proveedor RIGA JORGE SEBASTIAN, CUIT Nº 20-30571474-8 Renglón 1, 2 Y 3 alt. 00.
- Proveedor INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA, CUIT Nº 30-71543714-3 Renglón 2 alt. 00.

NO AVALAR TÉCNICAMENTE

Proveedor INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA, CUIT Nº 30-71543714-3 Renglón 1 y 3 alt. 00.
Por no cumplir con las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el formulario de Cotización. En ítem 1 se solicita batería recargable de voltaje nominal 12V, capacidad nominal 5 Ah con dimensiones 90x70x102 mm. Lo ofertado indica batería recargable de voltaje nominal 12V, capacidad nominal 9Ah con dimensiones 94x65x151 mm. Estas dimensiones no se corresponden con las requeridas. En ítem 3 se solicita batería recargable de voltaje nominal 12V, capacidad nominal 9 Ah con dimensiones 95x65x151 mm. Lo ofertado indica batería recargable de voltaje nominal 12V y capacidad nominal 7Ah la cual no se corresponde con lo requerido.

De igual modo, se aconseja preadjudicar a las firmas consignadas respetando el siguiente Orden de Mérito:

CUADRO DE PREADJUDICACIÓN POR ORDEN DE MÉRITO

Nº ORDEN	ORDEN DE MÉRITO	ALT.	PROVEEDOR
ÍTEM 1	1º	00	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L
	2º	00	BOGDANICH MARIANO GERMAN
	3º	00	RIGA JORGE SEBASTIAN
ÍTEM 2	1º	00	BOGDANICH MARIANO GERMAN
	2º	00	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L
	3º	00	RIGA JORGE SEBASTIAN
	4º	00	INTEGRAL BIOMEDICAL SOLUTIONS SA
ÍTEM 3	1º	00	RIGA JORGE SEBASTIAN
	2º	00	BOGDANICH MARIANO GERMAN
	3º	00	COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L

Bioing. Weber Carina Roxana
Jefe Dpto. Ingeniería Hospitalaria ZC
Ministerio de Salud

Bioing. Luciana Ferro MP 031
Dir. Ingeniería Clínica ZN
Ministerio de Salud

Firmado Electrónicamente por
INGENIERO FERRO LUCIANA GRACIELA
Gobierno de Tierra del Fuego
DIRECTOR INGENIERÍA CLÍNICA ZN
13/06/2025 15:23

Firmado Electrónicamente por
INGENIERO WEBER CARINA ROXANA
Gobierno de Tierra del Fuego
JEFE DE DEPARTAMENTO dpto Ingenieria
Hospitalaria ZC
13/06/2025 15:30